

Destinatari:
Tel./Fax:
Nr. și data procedurii:

CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE
Gabriela Lisenco Telefonul de contact 068998428E-mail gabriela.lisenco@capcs.gov.md
ocds-b3wdp1-MD-177546505224 din 06.05.2026

Anexa nr. 22 - Specificații tehnice

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7	8
11	33100000-1	Congelator pentru laborator (Ultra-Low freezer), vertical 100-200L	BDF-86V108	China	Biobase	<p>Congelator pentru laborator (Ultra-Low freezer), vertical 100-200L Cod 140600</p> <p>Descriere Congelatoarele sunt concepute pentru a oferi stocare specializată pentru probe biologice, culturi de celule și alte materiale sensibile la temperatura</p> <p>Parametrul Specificația Configurație vertical</p> <p>Capacitatea internă a camerei ≥ 100 și 200 litri Număr de sertare, tip box ≥ 2 buc. Ușa Externă ≥ 1 Mecanism blocare cu cheie Roți obligatoriu Construcție interioară oțel inoxidabil Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă Afișaj temperatură digital LCD / LED</p> <p>Înregistrare temperaturii și posibilitatea de export pe stic USB obligatoriu, cu soft inclus dacă este necesar pentru citirea datelor exportate la calculator</p> <p>Alarmer acustică vizuală ușa deschisă lipsa curentului electric</p> <p>Posibilitatea de setare a alarmei limita maximă a temperaturii limita minimă a temperaturii</p> <p>Baterie internă pentru alarmă și menținerea detelor a alarmelor obligatoriu, ≥ 48 ore</p> <p>Răcire ventilată sau statică Refrigerent fără CFC / HCFC Diapazon de temperatură -50°C .. - 86 °C Alimentare 220 V, 50 Hz</p>	<p>Congelator pentru laborator (Ultra-Low freezer), vertical 100-200L Cod 140600</p> <p>Descriere Congelatoarele sunt concepute pentru a oferi stocare specializată pentru probe biologice, culturi de celule și alte materiale sensibile la temperatura</p> <p>Parametrul Specificația Configurație vertical</p> <p>Capacitatea internă a camerei 108 Număr de sertare, tip box 2 buc. Ușa Externă 1 Mecanism blocare cu cheie Roți -4 Construcție interioară oțel inoxidabil Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă Afișaj temperatură digital LED</p> <p>Înregistrare temperaturii</p> <p>Alarmer acustică vizuală ușa deschisă lipsa curentului electric</p> <p>Posibilitatea de setare a alarmei limita maximă a temperaturii limita minimă a temperaturii Baterie internă pentru alarmă și menținerea detelor a alarmelor obligatoriu, ≥ 48 ore Răcire ventilată Refrigerent R404A/R23 Diapazon de temperatură -40°C .. - 86 °C Alimentare 220 V, 50 Hz Nivelul de zgomot ≤ 60 db, DM000424091</p>	ISO, CE Marca, DM000424091

Anexa nr. 23 - Specificații de preț

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unit de măsură (U/M)	Cantitatea, U/M	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	33100000-1	Congelator pentru laborator (Ultra-Low freezer), vertical 100-200L	buc	1	69.100,0000	82.920,0000	69.100,00	82.920,00	11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
Total, lei (Suma fără TVA, Suma cu TVA)							69.100,00	82.920,00	

- Prețurile sunt indicate pentru cantitățile solicitate.
- Oferta este valabilă în decurs de 160 zile din data prezentării.
- Prețurile includ toate taxele și impozitele determinate de legislația în vigoare.
- Condiții de livrare DDP INCOTERMS 2013.
- Termenii de livrare - conform graficului, care va fi stabilit la momentul încheierii Contractului.
- Termenii de valabilitate sunt stabiliți de producător, restanța lor fiind nu mai puțin de 80 %.
- CertIFICATELE de calitate ale produselor chimice de la Producător vor fi prezentate la data livrării mărfii.
- Produsele chimice precursori vor putea fi predate doar cu deținerea de către Beneficiar a Autorizației speciale a MS pentru acestea.
- Conform HG Nr. 1088 din 05.10.2004 la data livrării bunurilor Beneficiarul trebuie să prezinte Autorizație pentru activitate cu precursori.

În așteptarea deciziei Dumneavoastră,
Cu respect,
directorul SRL "ECOCHIMIE"
Nicolae Iurcu