

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1771933425731 din 24.02.2026
Denumirea procedurii de achiziție: Gaze speciale 2026

Nr. d/o	Codul CPV	Denumirea bunurilor și specificația tehnică deplină solicitată	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	Lot 1 Institutul de Chimie_Gaze Speciale pentru alimentarea Spectrometrului RMN							
	24111000-5	<i>Heliu lichid</i>	1331	Ucraina	Ingas	Heliu lichid, pentru alimentarea Spectrofotometrului RMN „Bruker-400”, puritatea 99,995 %.	Heliu lichid, pentru alimentarea Spectrofotometrului RMN „Bruker-400”, puritatea 99,999 %.	ISO
	24111000-5	<i>Heliu comprimat</i>	25449	Ucraina	Ingas	Heliu comprimat, pentru alimentarea Spectrofotometrului RMN „Bruker-400”, puritatea 99,995 %. Necesari pentru serviciile de transvazare a heliului lichid (3 trei butelii a câte 5,6 m3) acesta va fi livrat împreună cu Heliul lichid, fiind folosit ca instrument pentru transvazarea heliului lichid din vasul Dewar al furnizorului în Spectrometrul RMN Bruker-400.	Heliu comprimat, pentru alimentarea Spectrofotometrului RMN „Bruker-400”, puritatea 99,995 %. Necesari pentru serviciile de transvazare a heliului lichid (3 trei butelii a câte 5,6 m3) acesta va fi livrat împreună cu Heliul lichid, fiind folosit ca instrument pentru transvazarea heliului lichid din vasul Dewar al furnizorului în Spectrometrul RMN Bruker-400.	ISO

Semnăt: _____

Valabilitatea ofertei: **60 zile**

Numele, Prenumele: **Michiciuc Gheorghe**

07.03.2026

Funcția: **Director**

Oferatntul: **SRL «Mic — Tan»**

Adresa: **mun. Chișinău str. Academiei, 3**