

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:			LP nr. 21171806/ ocds-b3wdp1-MD-1707918878443					Data: 23 martie 2024	Alternativa nr.: -
Denumirea licitației:			Achiziționarea protezelor valvulare și vasculare, inclusiv consumabile conform necesităților și IMSP beneficiare pentru anul 2024 (repetat)						Pagina: 1 din 2
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produceătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	standarde de referință
33100 000-1	8	Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica, steril	Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica, steril	Regent 19AGN-751; 21AGN-751;	USA	St. Jude Med / ABBOTT Med.	Aortice:Aortice: -Inel valvular si elementul de ocluzie sa fie produs din carbon pirolitic pur fara componente metalice care să permită efectuarea în condiții de siguranță și fără artefacte a examinărilor CT și RMN. -Inelul și discul să fie vizibile radiografic. -Profil hemodinamic optim:- unghii de deschiderea ≥ 85°,arcul de lucru 55° -turbulenta de staza minima - raport orificiul / inel ≥ 84% -regurgitarea minima in pozitia inchisa -valva rotabila dupa insertie -materialul textil de acoperire a inelului protezei sa fie cu structura netrombogena si cu marker de implantarea, clasa I-A antitromboza ACCP -mecanism de protectie a pivotelor pentru dezvoltarea panusului, a hipertropiei musculare sau septale, a extenziei calcificariilor subvalvulare. --gradientul transvalvular mai mic de 10 mm Hg -valvele oferite sa fie cunoscute si utilizate curent in unitati de specialitate din strainatate - aria geometrica a orificiului : Ø 19 mm ≥ 2,39 sm-20 buc ; Ø 21mm ≥ 2,9 sm-5 buc ; - gradienti transvalvulari mici; - gradient mediu transvalvular mai mic de 9mm Hg. Dimensiunile protezelor valvulare sunt orientative, care pot fi schimbate la necesitate si primite cu urmatoarea transa	Aortice:Aortice: -Inel valvular si elementul de ocluzie produs din carbon pirolitic pur fara componente metalice care să permită efectuarea în condiții de siguranță și fără artefacte a examinărilor CT și RMN. -Inelul și discul vizibile radiografic. -Profil hemodinamic optim: - unghii de deschiderea - 85°, arcul de lucru 55°. -turbulenta de staza minima. - raport orificiul / inel - 84% -regurgitarea minima in pozitia inchisa. -valva rotabila dupa insertie. -materialul textil de acoperire a inelului protezei cu structura netrombogena si cu marker de implantarea, clasa I-A antitromboza ACCP. -mecanism de protectie a pivotelor pentru dezvoltarea panusului, a hipertropiei musculare sau septale, a extenziei calcificariilor subvalvulare. --gradientul transvalvular mai mic de 10mm Hg -valvele oferite sunt cunoscute si utilizate curent in unitati de specialitate din strainatate - aria geometrica a orificiului : Ø 19 mm = 2,4 sm - 20 buc ; Ø 21mm = 2,9 sm - 5 buc ; - gradienti transvalvulari mici; - gradient mediu transvalvular mai mic de 9mm Hg. Dimensiunile protezelor valvulare pot fi schimbate la necesitate si primite cu urmatoarea transa;	DM000415214; DM000415215;
33100 000-1	19	Proteze valvulare conduit aortice N 23	Proteze valvulare conduit aortice N 23	Masters Valved Graft, 23-CAVGJ-514	USA	St. Jude Med / ABBOTT Med.	N 23.Confecționate dintr-un material cu porozitate 0, impregnat cu collagen pentru controlul hemostazei și asigurarea impermeabilității la sânge a protezei și disponibilitate imediată pentru implantare. - Materialul să fie rezistent, să permit cu ușurință sutura chirurgicală și să faciliteze creșterea țesutului. - Valva mecanică să îndeplinească condiții de performanță: hemodinamică, trombo rezistență, implantabilitate și durabilitate	Nr. 23mm.Confecționata dintr-un material cu porozitate 0, impregnat cu collagen pentru controlul hemostazei și asigurarea impermeabilității la sânge a protezei și disponibilitate imediată pentru implantare. - Materialul rezistent, permite cu ușurință sutura chirurgicală și faciliteaza creșterea țesutului. - Valva mecanică îndeplinește condiții de performanță: hemodinamică, trombo rezistență, implantabilitate și durabilitate.	DM000396836

33100 000-1	20	Proteze valvulare conduit aortice N 25	Proteze valvulare conduit aortice N 25	Masters Valved Graft, 25-CAVGJ- 514	USA	St. Jude Med / ABBOTT Med.	N 25 Confectionate dintr-un material cu porozitate 0, impregnat cu collagen pentru controlul hemostazei și asigurarea impermeabilității la sânge a protezei și disponibilitate imediată pentru implantare. - Materialul să fie rezistent, să permit cu ușurință sutura chirurgicală și să faciliteze creșterea țesulară. - Valva mecanică să îndeplinească condiții de performanță: hemodinamică, trombo rezistență, implantabilitate și durabilitate	Nr. 25mm. Confectionata dintr-un material cu porozitate 0, impregnat cu collagen pentru controlul hemostazei și asigurarea impermeabilității la sânge a protezei și disponibilitate imediată pentru implantare. - Materialul rezistent, permite cu ușurință sutura chirurgicală și facilitează creșterea țesulară. - Valva mecanică îndeplinește condiții de performanță: hemodinamică, trombo rezistență, implantabilitate și durabilitate.	DM000396837
33100 000-1	21	Proteze valvulare conduit aortice N 27	Proteze valvulare conduit aortice N 27	Masters Valved Graft, 27-CAVGJ- 514	USA	St. Jude Med / ABBOTT Med.	N 27 Confectionate dintr-un material cu porozitate 0, impregnat cu collagen pentru controlul hemostazei și asigurarea impermeabilității la sânge a protezei și disponibilitate imediată pentru implantare. - Materialul să fie rezistent, să permit cu ușurință sutura chirurgicală și să faciliteze creșterea țesulară. - Valva mecanică să îndeplinească condiții de performanță: hemodinamică, trombo rezistență, implantabilitate și durabilitate	Nr. 27mm. Confectionata dintr-un material cu porozitate 0, impregnat cu collagen pentru controlul hemostazei și asigurarea impermeabilității la sânge a protezei și disponibilitate imediată pentru implantare. - Materialul rezistent, permite cu ușurință sutura chirurgicală și facilitează creșterea țesulară. - Valva mecanică îndeplinește condiții de performanță: hemodinamică, trombo rezistență, implantabilitate și durabilitate.	DM000396838
33100 000-1	30	Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica N 33 Manjetă standart	Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica N 33 Manjetă standart	Masters 33MJ-501	USA	St. Jude Med / ABBOTT Med.	Mitrale -Inel valvular si elementul de ocluzie sa fie confectionat din carbon pirolitic care să permită efectuarea în condiții de siguranță și fără artefacte a examinărilor CT și RMN. -Inelul și discul să fie vizibile radiografic - Profil hemodinamic optim: -unghii de deschiderea ≥75-85° -turbulenta de staza minima -regurgitarea minima in poziția închisa -valva ratabila după inserție -materialul textil de acoperire a inelului protezei sa fie cu structura netrombogenică si cu marker de implantare -mecanism de protecție a pivoților pentru dezvoltarea panusului , a hipertrofiei musculare s-au septale,a extensiei calcificărilor subvalvulare. -valvele oferite sa fie cunoscute si utilizate curent in unități de specialitate din străinătate Marimele solicitate: N 33 Manjetă standart -	Mitrale -Inel valvular si elementul de ocluzie confectionat din carbon pirolitic care permite efectuarea în condiții de siguranță și fără artefacte a examinărilor CT și RMN. -Inelul și discul să fie vizibile radiografic - Profil hemodinamic optim: -unghii de deschiderea -85° -turbulenta de staza minima -regurgitarea minima in poziția închisa -valva ratabila după inserție -materialul textil de acoperire a inelului protezei cu structura netrombogenică si cu marker de implantare -mecanism de protecție a pivoților pentru dezvoltarea panusului , a hipertrofiei musculare s-au septale,a extensiei calcificărilor subvalvulare. -valvele oferite sunt cunoscute si utilizate curent in unități de specialitate din străinătate Marimele solicitate: Nr. 33mm. Manjetă standart -	DM000415267

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Ceaicovschi Tudor; În calitate de: Director general;

Ofertantul: SRL "GBG-MLD"; Adresa: mun. Chisinau, str. Albisoara 64/2