

Specificații pret (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]

Numărul licitației:	LP nr. 21095346 din 28.09.2023	Data: „__” __	Alternativa nr.: _____
Denumirea licitației:	Achiziția Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP beneficiare (listă suplimentară nr. _____)	Lot: _____	Pagina: __din __

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Termenul de livrare/prestare	VALOAREA estimată fără TVA	
1		2		3	4	5	6	7	8	9		
33100000-1	27	Centrifugă de laborator (24 tuburi) viteză redusă	Centrifugă de laborator (24 tuburi) viteză redusă	bucată	1	48636.00	58363.20	48636.00	58363.20	11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS	57480	IMSP SR Drochia
33100000-1	30	Histoprocesor cu accesorii și consumabile (sistem automatizat pentru procesarea țesuturilor biologice de tip	Histoprocesor cu accesorii și consumabile (sistem automatizat pentru procesarea țesuturilor biologice de tip	bucată	1	640000.00	768000.00	640000.00	768000.00	11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS	500000	IMSP SCM Gh. Paladi
TOTAL OFERTĂ:								688636.00	826363.20		0.00	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Gabriela Anghel** În calitate de: **Directoare administrativă**

Ofertantul: **Medist Grup SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. B. Bodoni, 25 of. 33**

			[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]						
Numărul licitației:			LP nr. 21095346					Data: „10” Noiembrie	Alternativa nr.:
Denumirea licitației:			Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP beneficiare (listă suplimentară 30)					Pagina: 1 din 2	
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Conformitate
1	2			3	4	5	6		8
33100 000-1	27	Centrifugă de laborator (24 tuburi) viteză redusă	Centrifugă de laborator (24 tuburi) viteză redusă	7-030-00-0 AHN myLab UC-01 Universal Centrifuge 4500 RPM cu rotor CR-43-15F-24 24x15mL Fix angle rotor, RCF 2852 g	Germania	AHN	Centrifugă de laborator (24 tuburi) viteză redusă Cod 150950 Descriere Centrifugele de laborator sunt destinate pentru a centrifuga sângele. Parametrul Specificația Viteza de rotație Minimală, rpm 1000 Maximală, rpm 3500 Setări setarea vitezei Capacitatea Tipul tuburilor tuburi de 10 - 15 ml Numărul de tuburi 24 unitati Timer Gama de timp 0 - ≥60 min Incrementarea ≤1 min Securitatea Blocarea capacului în timpul lucrului da Indicatori Indicarori vizual și acustic da Debalansare da Pornire/oprire da Capac deschis da Display Digital da Nivelul de zgomot ≤ 65 dB da Fereastra, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodica, conform normelor si standardelor in vigoare da	Conform Anexa 1 la prezenta	ISO, CE atașat

33100 000-1	30	Histoprocessor cu accesorii și consumabile (sistem automatizat pentru procesarea țesuturilor biologice de tip închis)	Histoprocessor cu accesorii și consumabile (sistem automatizat pentru procesarea țesuturilor biologice de tip închis)	Pearl Histocore	China	Leica Biosystems	Histoprocessor cu accesorii și consumabile (sistem automatizat pentru procesarea țesuturilor biologice de tip închis) Cod Descriere Dispozitiv utilizat în laboratorul de histopatologie pentru deshidratarea probelor de țesut biologic și pregătirea lor pentru secționarea lor la microtom Parametrul Specificația Caracteristici generale Dimensiuni maxime Capacitatea de procesare 200 de casete Managementul reactivelor Rezervoare pentru reagenți de procesare Minim 11 Containere pentru parafină 4 bucăți Volumul containerelor cu reagenți de procesare și parafină 3,2 – 3,5 l Managementul proceselor Ecran Touchscreen Diagonală ecran Minim 10 inch Număr de protocoale memorate Minim 10 Etape de prelucrare Minim 14 Metode de manipulare a reagenților în cameră Prin vacuum și presiune Presiunea Maxim 35 kPa Vacuum Minim -70 kPa Posibilitate de utilizare a protocoalelor de rutină pe timp de noapte Da Posibilitate de conectare la un sistem electronic licențiat de comandă Da Posibilitate de ajustare a proceselor la distanță Da Sistem de evacuare a vaporilor chimici Sistem protecție împotriva vaporilor toxici la deschiderea camerei de procesare Da Sistem de filtrare a vaporilor Filtru de cărbune active	Conform Anexa 1 la prezenta	ISO, CE atașat
----------------	----	---	---	-----------------	-------	------------------	--	-----------------------------	----------------

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Anghel Gabriela În calitate de: Directoare Administrativă

Ofertantul: Medist Grup SRL Adresa: B. Bodoni 25, of. 33, Chișinău

Anexa 1 – Lot 27 Centrifugă de laborator (24 tuburi) viteză redusă

Specificatii solicitate	Specificatii oferite centrifuga AHN UC-01 cu rotor 24 tuburi x 15 ml
Centrifugă de laborator (24 tuburi) viteză redusă	Centrifuga de laborator universală cu o gamă largă de rotoare compatibile (și pentru 24 de tuburi). Vezi atașat Flyer UC-01.
Centrifugele de laborator sunt destinate pentru a centrifuga sângele.	Gamă largă de aplicații în laboratoarele medicale și de cercetare. Vezi atașat Flyer UC-01.
Viteza de rotație Minimală, rpm 1000 Maximală, rpm 3500	SUPERIOR: Viteza reglabilă de la 500 până la 4500 RPM. Vezi atașat Flyer UC-01.
Setări setarea vitezei	9 moduri de accelerare / 9 moduri de decelerare, și alegerea programelor personalizate de centrifugare (până la 99). Vezi atașat Flyer UC-01.
Capacitatea Tipul tuburilor tuburi de 10 - 15 ml	Are diferite rotoare potrivite pentru un număr variat de tuburi, cu adaptoare pentru tuburi de la 3 mL până la 100 mL, cât și pentru microplaci. Vezi atașat Flyer UC-01.
Numărul de tuburi 24 unitati	Rotor pentru 24 de tuburi de 15mL. Vezi atașat Flyer UC-01 pag 2.
Timer Gama de timp 0 - ≥60 min	SUPERIOR: Temporizator ajustabil de la 1 la 99 de minute/infiniț. Vezi atașat Flyer UC-01.
Incrementarea ≤1 min	Incrementare de 30 de secunde. Vezi atașat Flyer UC-01.
Securitatea Blocarea capacului în timpul lucrului da	Sistem de blocare care împiedică deschiderea capacului în timpul funcționării. Vezi atașat Flyer UC-01.
Indicatori Indicatori vizual și acustic	Indicatori ai statusului centrifugării, da. Vezi atașat Flyer UC-01.
Debalansare	Detectare a dezechilibrelor de volum. Vezi atașat Flyer UC-01.
Pornire/oprire	Da, butoane tactile în jurul ecranului. Vezi atașat Flyer UC-01.
Capac deschis	Capacul se poate deschide, da. Vezi atașat Flyer UC-01.
Display Digital	Panou de comandă cu display digital, da. Vezi atașat Flyer UC-01.
Nivelul de zgomot ≤ 65 dB	Nivel de zgomot <65 dB, da. Vezi atașat Flyer UC-01.
Fereastra, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodică, conform normelor și standardelor în vigoare	SUPERIOR: Motorul fără perii nu necesită mentenanță de rutină, doar curățare periodică. Vezi atașat Flyer UC-01.

Anexa 1 - Lot 30 Histoprocessor cu accesorii și consumabile (sistem automatizat pentru procesarea țesuturilor biologice de tip închis)

Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant Histoprocessor cu accesorii și consumabile
Cod Descriere Dispozitiv utilizat în laboratorul de histopatologie pentru deshidratarea probelor de țesut biologic și pregătirea lor pentru secționarea lor la microtom	Cod Descriere Dispozitivul este utilizat în laboratorul de histopatologie pentru deshidratarea probelor de țesut biologic și pregătirea lor pentru secționarea acestora la microtom
Parametrul Specificația Caracteristici generale Dimensiuni maxime	Parametrul Specificația Caracteristici generale Dimensiuni maxime Ref. 1 pag.17: Dimensiuni despachetat – 600*710*1320 mm Greutate netă, despachetat – 140 kg Greutate brută, ambalat – 175 kg.
Capacitatea de procesare 200 de casete	Histoprocessorul oferă o capacitate de procesare a 200 casete Ref. 2 pag.18
Managementul reactivelor Rezervoare pentru reagenți de process are Minim 11	Histoprocessorul dispune de următoarele rezervoare pentru reagenți de procesare Ref. 3 pag.18 Sticle pentru reactive – 11 (în dulapul pentru reactivi) Floacon/sticlă de condens – 1 bucată Sticle de curățare – 2 bucăți Volumul sticlei – 3,5 litri
Containere pentru parafină 4 bucăți	SUPERIOR: Histoprocessorul dispune de 3 băi (containere) de parafină cu o capacitate de 3,5 l pe 1 baie de parafină , echivalent cu 4 bucăți de capacitate mica. Ref. 4 pag. 17
Volumul containerelor cu reagenți de procesare și parafină 3,2 – 3,5 l	Histoprocessorul dispune de 3 băi (containere) de parafină cu o capacitate de 3,5 l pe 1 baie de parafină . Ref.4 pag. 17 Volumul sticlei pentru reactive – 3,5 litri Ref. 3 pag.18
Managementul proceselor Ecran Touchscreen	Histoprocessorul este dotat cu ecran tactil, cu LCD, color Ref. 5 pag. 18
Diagonală ecran Minim 10 inch	Diagonală ecran 13 inch Ref. 12
Număr de protocoale memorate Minim 10	Aparatul Histoprocessor dispune de 10 programe de procesare, care sunt configurabile liber în maximum 14 pași (temperatură, durată, reactive, opțiuni de presiune/vid) Ref. 6 pag. 16
Etape de prelucrare Minim 14	Aparatul Histoprocessor dispune de 10 programe de procesare, care sunt configurabile liber în maximum 14 pași (temperatură, durată, reactive, opțiuni de presiune/vid) Ref. 6 pag. 16
Metode de manipulare a reagenților în cameră prin vacuum și presiune: Presiunea Maxim 35 kPa; Vacuum Minim -70 kPa	Metoda de manipulare a reagenților în cameră prin presiune – intervalul de presiune a sistemului aer-lichid este între -40 kPa și +40 kPa Ref. 7 pag.17
Posibilitate de utilizare a protocoalelor de rutină pe timp de noapte	Histoprocessorul poate fi operat folosind programe de procesare a țesuturilor personalizate sau preinstalate, certificate. Sunt 3 programe presinstalate: 1 program de curățare, 1 peste noapte și 1 pentru biopsie. Ref. 8 pag. 16
Posibilitate de conectare la un sistem electronic licențiat de comandă	Histoprocessorul permite conectarea la un system electronic licențiat de comandă prin 2 porturi USB Ref. 11 pag. 16

Posibilitate de ajustare a proceselor la distanță	Posibilitate de ajustare a proceselor la distanță este posibilă datorită conexiunii prin internet la RemoteCare (întreținere la distanță), între aparat și echipa de asistență pentru service, care permite un service optimizat prin monitorizarea aparatului și a funcțiilor acestuia. Ref. 9 pag. 17
Sistem de evacuare a vaporilor chimici Sistem protecție împotriva vaporilor toxici la deschiderea camerei de procesare	Sistem de evacuare a vaporilor chimici Sistem protecție împotriva vaporilor toxici la deschiderea camerei de procesare: Vaporii nocivi și reactivilor sunt aspirați în mod continuu înapoi din retort în aparat și filtrați chiar și după deschiderea retortei, de exemplu, pentru a reîncărca eventual casetele sau coșurile. Aparatul folosește un filtru cu cărbune active. Ref. 10 pag. 17
Sistem de filtrare a vaporilor Filtru de cărbune active;	Aparatul folosește un filtru cu cărbune activ. Ref. 10 pag. 17
Posibilitate de conectare la sistem de evacuare a aerului extern	Histoprocessorul permite conectarea la sistem de evacuare a aerului extern printr-un port separat din spatele aparatului. Ref. 10 pag. 17
Consumabile:	Consumabile:
Filtru de carbon 6 bucăți	Odată cu livrarea histoprocessorului se oferă livrarea a filtrului de carbon în număr de 6 bucăți.
Parafină histologică 50 kg;	Odată cu livrarea histoprocessorului se oferă livrarea a 50 kg de parafină histologică.
Înlocuitor de xilen 50 litri	Odată cu livrarea histoprocessorului se oferă livrarea a 50 litri de înlocuitor de xilen.
Cerințe față de producător și furnizor:	Cerințe față de producător și furnizor:
Certificate CE, ISO	Histoprocessorul este certificat cu Certificate CE, ISO de la producător
Training pentru personal medical	Se oferă training pentru personal medical efectuat de către inginer biomedical calificat.
Inginer local, certificate Timp de reacție la defecțiune Minim 24 ore	Se asigură suportul inginerului biomedical calificat (certificat)/local pe tot parcursul perioadei de garanție. Se garantează perioada de reacție 24 ore sau mai puțin la locul beneficiarului în cazul apariției defecțiunilor tehnice.
Garanție 3 ani	Se oferă garanția pe parcursul a 3 ani.