

Specificații tehnice (anexa 22)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: LP 21466800 / ocds-b3wdp1-MD-1755167088459, din 22/10/2025	Data: 22/10/2025	Alternative: nu sunt
Obiectul achiziției: Achiziționarea dispozitivelor medicale cu specificații tehnice generice conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice	Lot: 25; 26.	Pagina: 1 din 2

Codul CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelului articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1		2		3	4	5	6	7	8
33100000-1	25	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 600-700L 140750	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 600-700L 140750	EKT 725	Turcia	EMSAS ELEKTRIK MALZEMELERI SANAYI VE TICARET A.S.®	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 600-700L Cod 140750 Descriere Frigidere proiectate pentru a stoca produse de laborator, culturi și probe la temperaturi de obicei între 2 și 8 grade Celsius. Aceste frigidere constau în mod obișnuit dintr-o cameră cu un interior rezistent la coroziune (oțel inoxidabil de obicei), minimizarea riscului de alterare, contaminare și / sau coroziune a conținutului. Parametrul Specificația Configurație mobil Capacitatea internă a camerei ≥ 600 și 700 litri Număr de rafturi ≥ 10 Ușa Număr ≥ 1 Transparentă obligatoriu Mecanism blocare cu cheie Roți ≥ 4 Frîne ≥ 2 Lumină interior obligatoriu Construcție interioară materiale anti-bacteriale prevazute pentru prelucrare Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă Afisaj temperatură digital Alarmer acustică vizuală Răcire ventilată Temperatura reglabilă +2°C ... +8 °C Omogenitatea/ uniformitatea termică ±2 °C Alimentare 220 V, 50 Hz Refrigerent fără CFC / HCFC Zgomot < 55 dB	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 600-700L Cod 140750 Descriere Frigidere proiectate pentru a stoca produse de laborator, culturi și probe la temperaturi de obicei între 2 și 8 grade Celsius. Aceste frigidere constau în mod obișnuit dintr-o cameră cu un interior rezistent la coroziune (oțel inoxidabil de obicei), minimizarea riscului de alterare, contaminare și / sau coroziune a conținutului. Parametrul Specificația Configurație mobil - Corespunde ; Capacitatea internă a camerei ≥ 600 și 700 litri - Corespunde cap. max. 637 L ; Număr de rafturi ≥ 10- Corespunde, 6 rafturi standard și 4 rafturi aditional sunt incluse in configuratia ofertata ; Ușa Număr ≥ 1- Corespunde ; Transparentă obligatoriu- Corespunde, Usa termica din sticla ; Mecanism blocare cu cheie - Corespunde ; Roți ≥ 4 - Corespunde, dotat cu 2 roti blocabile si 2 roti pivotante ; Frîne ≥ 2- Corespunde ; Lumină interior obligatoriu- Corespunde ; Construcție interioară materiale anti-bacteriale prevazute pentru prelucrare- Corespunde ; Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă - Corespunde ; Afisaj temperatură digital- Corespunde ; Alarmer acustică- Corespunde ; vizuală- Corespunde ; Răcire ventilată- Corespunde ; Temperatura reglabilă +2°C ... +8 °C- Corespunde, +0°C ... +15°C ; Omogenitatea/ uniformitatea termică ±2 °C - Corespunde, ±0.1 °C ; Alimentare 220 V, 50 Hz - Corespunde ; Refrigerent fără CFC / HCFC - Corespunde ; Zgomot < 55 dB - Corespunde .	DM000430801

Codul CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelului articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
33100000-1	26	Centrifuga de laborator (8-12 tuburi) viteza redusă 150940	Centrifuga de laborator (8-12 tuburi) viteza redusă 150940	LCEN-401P	Israel	MRC Laboratory Equipment Ltd.	Cod 150940 Descriere Centrifugele de laborator sunt destinate pentru a centrifuga singele. Parametrul Specificația Viteza de rotație Minimală, rpm 1000 Maximală, rpm 4500 Setări setarea vitezei Capacitatea Tipul tuburilor tuburi de 10 - 15 ml Numărul de tuburi 8-12 tuburi Timer Diapazon minim de timp 1 - ≥60 min Incrementarea ≤1 min Securitatea Blocarea capacului în timpul lucrului obligatoriu Indicatori Indicatori vizual și acustic obligatoriu Debalansare obligatoriu Pornire/oprire obligatoriu Capac deschis obligatoriu Display Digital obligatoriu Nivelul de zgomot ≤70 dB obligatoriu Fereastra, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodică, conform normelor și standartelor în vigoare obligatoriu	Cod 150940 Descriere Centrifugele de laborator sunt destinate pentru a centrifuga singele. - Corespunde; Parametrul Specificația Viteza de rotație Minimală, rpm 1000 - Corespunde, viteza ajustabilă de la 300 rpm; Maximală, rpm 4500 - Corespunde, viteza maximă 4500 rpm; Setări setarea vitezei - Corespunde Capacitatea Tipul tuburilor tuburi de 10 - 15 ml - Corespunde, tipuri tuburilor de 5ml/7ml/10ml/15ml; Numărul de tuburi 8-12 tuburi - Corespunde, numărul de tuburi 8-12 tuburi: 15mlx8 tuburi; 10ml/7ml/5mlx12 tuburi; Timer Diapazon minim de timp 1 - ≥60 min - Corespunde, diapazonul de 30 sec - 99 min; Incrementarea ≤1 min - Corespunde; Securitatea Blocarea capacului în timpul lucrului obligatoriu- Corespunde; Indicatori Indicatori vizual și acustic obligatoriu - Corespunde; Debalansare obligatoriu - Corespunde; Pornire/oprire obligatoriu - Corespunde; Capac deschis obligatoriu- Corespunde; Display Digital obligatoriu- Corespunde; Nivelul de zgomot ≤70 dB obligatoriu- Corespunde, nivel de zgomot ≤ 56dB; Fereastra, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodică, conform normelor și standartelor în vigoare obligatoriu - Corespunde	ISO/CE

Codul CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelului articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
-----------	---------	--------------	--------------------	-----------------------	-----------------	--------------	---	---	--

Semnat: _____ Numele, prenumele: Petru Bolea În calitate de: Șef Departament Comercial

Ofertantul: S.C. Imunotchnomed S.R.L. Adresa: Str. Gheorghe Asachi 42, MD-2028, Chisinau, Moldova