

Specificații tehnice

Numarul procedurii de achizitie: 21396977 din 14.05.2025
Obiectul de achizitie: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.6)

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
Lot 3					
Mașină de anestezie (caracteristici avansate)	Apus X3	Axcent Medical (Germania)	Mașină de anestezie (caracteristici avansate) Cod 110130 Descriere Mașina de anestezie este destinată să livreze, să monitorizeze gazele anestezeice și să asigure respirația artificială a pacientului în timpul actului chirurgical Parametru Specificația Prize de gaz O2, Aer Display mașina de anestezie ≥15", color TFT sau LCD touch screen Debitmetre tipul electronice gaz O2, Air gama, L/min diapazon min. 0.2 - 15 Vaporizator tip vaporizator acceptate Izofluran obligatoriu Sevofluran obligatoriu Halothan obligatoriu număr de vaporizatoare instalate la dispozitiv ≥ 2 unități obligatoriu Izofluran obligatoriu Sevofluran obligatoriu interlock obligatoriu	Mașină de anestezie (caracteristici avansate) Cod 110130 Descriere Mașina de anestezie este destinată să livreze, să monitorizeze gazele anestezeice și să asigure respirația artificială a pacientului în timpul actului chirurgical Parametru Specificația Prize de gaz O2, Aer Da, pag.3 Brosura Apus x3 Display mașina de anestezie ≥15", color TFT sau LCD Da, pag.3 Brosura Apus x3 touch screen Da, pag.3 Brosura Apus x3 Debitmetre Tipul electronice DA, pagina Manual Gaz; O2, Air DA, pagina Manual gama, L/min DA, pagina Manual diapazon min. 0.2 - 15 DA, pagina Manual Vaporizator tip vaporizator acceptate Izofluran obligatoriu DA, pagina Manual Sevofluran obligatoriu DA, pagina Manual Halothan obligatoriu DA, pagina Manual DA, pagina Manual Număr de vaporizatoare instalate la dispozitiv ≥ 2 unități obligatoriu DA, pagina Manual	DM000373431

Cod Fiscal 1018600025629

			sistem de absorbție obligatoriu Mecanisme de siguranță siguranța O2 acustică, vizuală siguranță de amestec hipoxic obligatoriu Ventilator automat tip pacient Adult, Pediatric, Neonatal moduri de ventilație Manual/spontan, VCV, PCV, PSV/PS, SIMV-V, SIMV-P mecanism electronic de amestec a gazelor (mixer) obligatoriu volumul Tidal, ml diapazon min. 5-1500 frecvența respirației/minut diapazon min. 5 - 100 Volum minutar (MV), L/min diapazon min. 3-60 raportul I:E minim 2:1 la 1:8 pauză de inspirație obligatoriu limita de presiune, cmH2O diapazon min. 10-70 PEEP, cmH2O diapazon min. 4-30 Trigger flux diapazon min. 1-10 L/min Trigger presiune diapazon min. 20 - 1 cmH2O Monitorizare complianța, rezistivitate obligatoriu Sistem de autodiagnostic testare la scurgeri, testarea circuitelor respiratorii, complianța, alimentarea cu gaz, verificarea tuturor sistemelor AGSS (sistem de evacuare a gazelor anestezice) obligatoriu Sistem de management al consumului de agent anestezic opțional Circuitul pneumatic de ventilație a pacientului cu funcție de încălzire a amestecului gazos obligatoriu port auxiliar ieșire a amestecului gazos obligatoriu Parametri monitorizați și afișați pe display Presiunea de aer Alarmă de înaltă presiune obligatoriu Alarma presiune subatmosferică obligatoriu Continuarea alarma presiune obligatoriu Presiune scăzută / apnee obligatoriu Alte alarme de presiune obligatoriu Volumul expirator / flux obligatoriu Volumul minut, l/min obligatoriu Concentrația de O2 Timp de răspuns, sec <30	Izofluran obligatoriu DA, pagina Manual Sevofluran obligatoriu DA, pagina Manual Interlock obligatoriu DA, pagina Manual sistem de absorbție obligatoriu DA, pagina Manual Mecanisme de siguranță siguranța O2 acustică, vizuală DA, pagina Manual siguranță de amestec hipoxic obligatoriu Ventilator automat tip pacient Adult, Pediatric, Neonatal DA, pagina Manual moduri de ventilație Manual/spontan, VCV, PCV, PSV/PS, SIMV-V, SIMV-P Da, pag.3 Brosura Apus x3 mecanism electronic de amestec a gazelor (mixer) obligatoriu volumul Tidal, ml diapazon min. 5-1500 Da, pag.3 Brosura Apus x3 frecvența respirației/minut diapazon min. 5 – 100 Da, pag.3 Brosura Apus x3 Volum minutar (MV), L/min diapazon min. 3-60 raportul I:E minim 2:1 la 1:8 DA, pagina Manual, Confirmat de producator pauză de inspirație Obligatoriu limita de presiune, cmH2O diapazon min. 10-70 DA, pagina Manual PEEP, cmH2O diapazon min. 4-30 Da, pag.3 Brosura Apus x3 Trigger flux diapazon min. 1-10 L/min Da, pag.3 Brosura Apus x3 Trigger presiune diapazon min. 20 - 1 cmH2O Da, pag.3 Brosura Apus x3 Monitorizare complianța, rezistivitate obligatoriu Sistem de autodiagnostic testare la scurgeri, testarea circuitelor respiratorii, complianța, alimentarea cu gaz, verificarea tuturor sistemelor DA, Manual AGSS (sistem de evacuare a gazelor anestezice) obligatoriu Da, pag.3 Brosura Apus x3 Sistem de management al consumului de agent anestezic opțional DA
--	--	--	---	--

			Concentrația de CO2 alarmă apnee obligatoriu Monitorizare agent Tipul de agenți Halothan, isofluran, sevofluran Auto indentificarea gazelor anestezice obligatoriu Alarmă concentrare agent obligatoriu Determinarea și afișarea valorii MAC obligatoriu Spirimetria opțional Modulul de gaze încorporat la mașina de anestezie obligatoriu determină concentrațiile de gaze: O2, CO2, agenți anestezici obligatoriu Celulă determinare O2 tip paramagnetic obligatoriu Monitorul pentru afișarea funcțiilor vitale display ≥19", color TFT sau LCD obligatoriu touch screen obligatoriu monitor dedicat vizualizării funcțiilor vitale obligatoriu fixarea monitorului de/ pe masina de anestezie obligatoriu "imprimantă termică încorporată Reformularea parametrului în: imprimantă termică" obligatoriu conexiuni WiFi/LAN/HDMI/USB obligatoriu Protecți la defibrilare 360J obligatoriu Protecția contra dispozitivelor de electrochirurgie cu frecvența înaltă obligatoriu Compensarea automată a driftului isoliniei obligatoriu Detectarea automată a tipului de manjetă obligatoriu baterie internă reîncărcabilă obligatoriu interfață de comunicare cu altele obligatoriu Modulele hemodinamice incluse Electro-cardiograma (ECG) frecvența cardiacă obligatoriu traseul ECG obligatoriu analiza și măsurarea segmentului ST obligatoriu determinarea cel puțin 20 de aritmii obligatoriu Puls-oximetria (SpO2) fotopletismografia obligatoriu	Circuitul pneumatic de ventilare a pacinetului cu funcție de încălzire a amestecului gazos obligatoriu Da, pag.3 Brosura Apus x3 port auxiliar ieșire a amestecului gazos obligatoriu Parametri monitorizați și afișați pe display Presiunea de aer Alarmă de înaltă presiune obligatoriu Da, pag.3 Brosura Apus x3 Alarma presiune subatmosferică obligatoriu Continuarea alarma presiune obligatoriu DA, Manual Presiune scăzută / apnee obligatoriu DA, Manual Alte alarme de presiune obligatoriu Volumul expirator / flux obligatoriu Da, pag.3 Brosura Apus x3 Volumul minut, l/min obligatoriu Da, pag.3 Brosura Apus x3 Concentrația de O2 Timp de răspuns, sec <30 Da pagina Manual Concentrația de CO2 alarmă apnee obligatoriu Monitorizare agent Tipul de agenți halothan, isofluran, sevofluran DA, Manual Auto indentificarea gazelor anestezice obligatoriu DA, Manual Alarmă concentrare agent obligatoriu Determinarea și afișarea valorii MAC obligatoriu DA, Manual Spirimetria opțional Da, pag.3 Brosura Apus x3 Modulul de gaze încorporat la mașina de anestezie obligatoriu Da, pag.3 Brosura Apus x3 determină concentrațiile de gaze: O2, CO2, agenți anestezici obligatoriu Da, pag.3 Brosura Apus x3 Celulă determinare O2 tip paramagnetic obligatoriu Da, pag.3 Brosura Apus x3 Monitorul pentru afișarea funcțiilor vitale display ≥19", color TFT sau LCD obligatoriu touch screen obligatoriu Da, pag.3 Brosura Cetus XL monitor dedicat vizualizării funcțiilor vitale obligatoriu Da, pag.3 Brosura Cetus XL
--	--	--	---	---

			valoarea SpO2 obligatoriu indicile de perfuzie obligatoriu Tensiune sanguină neinvazivă (NIBP) obligatoriu Respirația (impedanța transtoracică) obligatoriu Temperatura pe 2 canale obligatoriu Tensiune sanguină invazivă (IBP) pe 2 canale obligatoriu Modul de monitorizare BIS (bispectral index) sau modul de monitorizarea obiectivă a profunzimii blocului neuro-muscular intraanestezic (TOF/ NMT) obligatoriu Alarmerie prioritare 3 Tensiune de alimentare 220 V, 50 Hz Prize auxiliare 220 V ≥ 3 buc obligatoriu Baterie internă reincărcabilă obligatoriu autonomie de lucru ≥ 1.5h obligatoriu Sertar pentru depozitare ≥ 2 buc obligatoriu Frână centralizată pentru fixarea aparatului sau sistem clasic de blocare a minim două roți obligatoriu Presiune de alimentare cu gaze 3.0 - 6 bar Accesorii Furtunul cu conector de conectare la sursa de aer comprimat 1 buc. Furtunul cu conector de conectare la sursa de oxigen 1 buc. Circuit de ventilație Adult, reutilizabil ≥ 2 set., să se indice codul produsului Plămîn de test Adult, reutilizabil ≥ 2 buc., să se indice codul produsului Senzor de flux Reutilizabil ≥ 2 buc., să se indice codul produsului Filtru antibacterial Adult, unică utilizare ≥ 200 buc., să se indice codul produsului Accesorii modul de gaz Adult ≥ 2 set., să se indice codul produsului Cablu ECG Adult, reutilizabil 5 fire ≥ 2 buc., să se indice codul produsului Senzor ECG Adult, unică utilizare ≥ 100 buc., să se indice codul produsului	fixarea monitorului de/ pe masina de anestezie obligatoriu <i>Da, pag.3 Brosura Cetus XL (Optiune)</i> imprimantă termică încorporată Reformularea parametrului în: imprimantă termică obligatoriu <i>Da, pag.3 Brosura Cetus XL</i> conexiuni WiFi/LAN/HDMI/USB obligatoriu <i>Da, pag.3 Brosura Cetus XL</i> Protectie la defibrilare 360J obligatoriu <i>Da, pag.3 Brosura Cetus XL</i> Protectia contra dispozitivelor de electrochirurgie cu frecventa înaltă obligatoriu <i>Da, pag.3 Brosura Cetus XL</i> Compensarea automată a driftului isoliniei obligatoriu <i>Da, Manual de utilizare, Confirmare de la producator</i> Detectarea automată a tipului de manjetă obligatoriu <i>Da, pag.3 Brosura Cetus XL</i> baterie internă reincărcabilă obligatoriu <i>Da, pag. Brosura Cetus XL</i> interfață de comunicare cu altele obligatoriu <i>Da, pag. Brosura Cetus XL</i> Modulele hemodinamice incluse Electro-cardiogramă (ECG) frecvența cardiacă obligatoriu <i>Da, pag.3 Brosura Cetus XL</i> traseul ECG obligatoriu analiza și măsurarea segmentului ST obligatoriu <i>Da, pag.3 Brosura Cetus XL</i> determinarea cel puțin 20 de aritmii obligatoriu <i>Da, pag.3 Brosura Cetus XL</i> Puls-oximetria (SpO2) fotoplethysmografia obligatoriu <i>Da, pag.3 Brosura Cetus XL</i> valoarea SpO2 obligatoriu <i>Da, pag.3 Brosura Cetus XL</i> indicile de perfuzie obligatoriu <i>Da, Brosura</i> Tensiune sanguină neinvazivă (NIBP) obligatoriu <i>Da, pag.3 Brosura Apus x3</i> Respirația (impedanța transtoracică) obligatoriu <i>Da, pag.3 Brosura Apus x3</i> Temperatura pe 2 canale
--	--	--	--	---

Cod Fiscal 1018600025629

			Senzor SpO2 Adult, reutilizabil ≥ 2 Buc., să se indice codul produsului Manșete NIBP Adult, reutilizabilă ≥ 2 buc., să se indice codul produsului Adult mare, reutilizabilă ≥ 2 buc., să se indice codul produsului Senzor de temperatură Adult, reutilizabil ≥ 2 buc., să se indice codul produsului Cablu de interconectare senzor IBP Adult, reutilizabil ≥ 1 buc., să se indice codul produsului Senzor IBP Adult, unica utilizare ≥ 10 buc., să se indice codul produsului Accesorii necesare de functionare a modulului BIS sau TOF/ NMT Accesorii pentru Adult ≥ 5 buc., să se indice codul produsului	obligatoriu <i>Da, pag.3 Brosura Apus x3</i> Tensiune sanguină invazivă (IBP) pe 2 canale obligatoriu <i>Da, pag.3 Brosura Apus x3</i> Modul de monitorizare BIS (bispectral index) sau modul de monitorizarea obiectiva a profunzimii blocului neuro-muscular intraanestezic (TOF/ NMT) obligatoriu <i>Da, Brosura pag.3</i> Alarmer prioritare 3 <i>Da, pag.3 Brosura Apus x3</i> Tensiune de alimentare 220 V, 50 Hz <i>Da, Manual de utilizare</i> Prize auxiliare 220 V ≥ 3 buc obligatoriu <i>Da, pag.3 Brosura Apus x3</i> Baterie internă reîncărcabilă obligatoriu <i>Da, pag.3 Brosura Apus x3</i> autonomie de lucru ≥ 1.5h obligatoriu <i>Da, pag.3 Brosura</i> Sertar pentru depozitare ≥ 2 buc obligatoriu <i>Da, pag.3 Brosura Apus x3</i> Frînă centralizată pentru fixarea aparatului sau sistem clasic de blocare a minim două roți obligatoriu <i>Da, pag.3 Brosura Apus x3</i> Presiune de alimentare cu gaze 3.0 - 6 bar <i>Da, pag.3 Brosura Apus x3</i> Accesorii Furtunul cu conector de conectare la sursa de aer comprimat 1 buc. <i>Cod 002-101</i> Furtunul cu conector de conectare la sursa de oxygen 1 buc. <i>Cod 002-102</i> Circuit de ventilare Adult, reutilizabil ≥ 2 set., să se indice codul produsului <i>Cod 110-805</i> Plămîn de test Adult, reutilizabil ≥ 2 buc., să se indice codul produsului <i>Cod 402-050</i> Senzor de flux Reutilizabil ≥ 2 buc., să se indice codul produsului <i>Cod 103—001APUS+103-002APUS</i> Filtru antibacterial Adult, unică utilizare ≥ 200 buc., să se indice codul produsului	
--	--	--	--	---	--

Cod Fiscal 1018600025629

				Cod 402-060 Accesorii modul de gaz Adult ≥ 2 set., să se indice codul produsului Cod 110-011 + 110-010 Cablu ECG Adult, reutilizabil 5 fire ≥ 2 buc., să se indice codul produsului Cod 203-002 Senzor ECG Adult, unica utilizare ≥ 100 buc., să se indice codul produsului Cod 203-209 Senzor SpO2 Adult, reutilizabil ≥ 2 Buc., să se indice codul produsului Cod 207-007 Manșete NIBP Adult, reutilizabilă ≥ 2 buc., să se indice codul produsului Cod 204-003 Adult mare, reutilizabilă ≥ 2 buc., să se indice codul produsului Cod 204-002 Senzor de temperatură Adult, reutilizabil ≥ 2 buc., să se indice codul produsului Cod 209-006 Cablu de interconectare senzor IBP Adult, reutilizabil ≥ 1 buc., să se indice codul produsului Cod 204 -004IBP Senzor IBP Adult, unica utilizare ≥ 10 buc., să se indice codul produsului Cod 205-004IBP Accesorii necesare de functionare a modului BIS sau TOF/ NMT Accesorii pentru Adult ≥ 5 buc., să se indice codul produsului	
Lot 4					
Autoclav 27-25L, cu vacuum, clasa B	Phoenix Blu LED Printer 24L	Italia Guarisco Medical Sterilizer	Autoclav 21-25L, cu vacuum, clasa B Cod 270110 Descriere Sterilizatoare cu aburi clasa B utilizează aburi sub presiune care generează căldură umedă ce ajuta la eliminarea microbilor viabili din dispozitive medicale nontermic sensibile, inclusiv produse tolerante la căldură folosite pentru îngrijirea pacientului cu scopuri chirurgicale și generale.	Autoclav 21-25L, cu vacuum, clasa B Cod 270110 Descriere Sterilizatoare cu aburi clasa B utilizează aburi sub presiune care generează căldură umedă ce ajuta la eliminarea microbilor viabili din dispozitive medicale nontermic sensibile, inclusiv produse tolerante la căldură folosite pentru îngrijirea pacientului cu scopuri chirurgicale și generale.	DM000614459

Cod Fiscal 1018600025629

			Construcția interioară este din oțel inoxidabil. Parametrul Specificația Clasa autoclavului Clasa B Construcția interioară camera de sterilizare din oțel inox Exterior metalic galvanizat sau oțel inox sau alt material rezistent la coroziuni Securitate la supraîncălzire obligatoriu Securitate la suprapresiune obligatoriu Alarmer acustică vizuală Durata sterilizării reglabilă obligatoriu Control Microprocesor Sistem de blocare a ușii autoclavului care împiedică pornirea ciclului dacă este ușa deschisă obligatoriu Ușa rămâne blocată până la finisarea procesului de sterilizare obligatoriu Suprafața exterioară să nu se încălzească Setarea de către utilizator a modului de lucru dorit obligatoriu Imprimanta obligatoriu Afișaj alfanumeric Ciclu de sterilizare Ciclu de presiune pozitivă Ciclu de vacuum obligatoriu Pre și post vacuum da, selectabil 3 cicluri de prevacuum și uscare vacuumată Sistem de uscare obligatoriu Facilități de setare timp temperatura eliberare automată a vaporilor racire rapidă Volum interior 21 - 25 L Precizie timp de sterilizare 1 min Rafturi da, min. 3 tavi Regimuri de sterilizare minim 4 regimuri Temperatura de sterilizare 121°C, 134°C Gama de temperatură diapazon minim 105 - 134 grade C Cicluri preprogramate Sterilizare, uscare Înregistrator date obligatoriu Tip date data	Construcția interioară este din oțel inoxidabil. Parametrul Specificația Clasa autoclavului Clasa B – DA, pag. 1 broșură Technical data Construcția interioară camera de sterilizare din oțel inox – DA, pag. 1 broșură Technical data Exterior metalic galvanizat sau oțel inox sau alt material rezistent la coroziuni – DA, Declarație producător Securitate la supraîncălzire – DA, pag. 1 broșură Technical data Securitate la suprapresiune – DA, pag. 1 broșură Technical data Alarmer acustică vizuală – DA, pag. 1 broșură Technical data Durata sterilizării reglabilă – DA, pag. 1 broșură Technical data Control Microprocesor – DA, pag. 1 broșură Technical data Sistem de blocare a ușii autoclavului care împiedică pornirea ciclului dacă este ușa deschisă – DA, pag. 1 broșură Technical data Ușa rămâne blocată până la finisarea procesului de sterilizare – DA, pag. 1 broșură Technical data Suprafața exterioară să nu se încălzească – DA, Declarație producător Setarea de către utilizator a modului de lucru dorit – DA, pag. 1 broșură Technical data Imprimanta – DA, inclusă Afișaj alfanumeric – DA, pag. 1 broșură Technical data Ciclu de sterilizare Ciclu de presiune pozitivă Ciclu de vacuum – DA, pag. 1 broșură Technical data Pre și post vacuum da, selectabil 3 cicluri de prevacuum și uscare vacuumată Sistem de uscare – DA, pag. 1 broșură Technical data Facilități de setare timp temperatura eliberare automată a vaporilor racire rapidă – DA, pag. 1 broșură Technical data	
--	--	--	---	---	--

			timp temperatura presiune Capacitatea rezervorului de apă min. 4 l Alimentare 220V, 50 Hz	Volum interior - 24 L, pag. 1 broșură Technical data Precizie timp de sterilizare 1 min – DA, pag. 1 broșură Technical data Rafturi da, min. 3 tavi – DA Regimuri de sterilizare - 7 regimuri, pag. 1 broșură Technical data Temperatura de sterilizare 121°C, 134°C – DA, pag. 1 broșură Technical data Gama de temperatură diapazon minim 105 - 134 grade C – DA, ajustabilă, pag. 1 broșură Technical data Cicluri preprogramate Sterilizare, uscare – DA, pag. 1 broșură Technical data Înregistrator date – DA, USB Tip date data timp temperatura presiune – DA, pag. 1 broșură Technical data Capacitatea rezervorului de apă - 4,6 l, pag. 1 broșură Technical data Alimentare 220V, 50 Hz – DA, pag. 1 broșură Technical data	
Lot 5					
Aspirator chirurgical (performanță avansată)	Cod 28204	Italia GIMA SpA	Aspirator chirurgical (performanță avansată) Cod 130350 Descriere Aspiratoarele chirurgicale sunt capabile să creeze o presiune de vid > 600 mmHg. Cele mai multe proceduri chirurgicale necesită aspirare pentru a elimina sângele și lichidele care se acumulează în zona operatorie și obstrucționează vizibilitatea chirurgului. Parametru Specificația Vacuum Limita maximă ≥ 670 mmHg Rata de flux, l/min. ≥ 80 l/min Indicator vacuum da, eroarea $\geq \pm 5\%$ Reglator aspirație obligatoriu Nivelul de zgomot, dBA ≤ 50 dBA Vas colector "În timpul aspirării se utilizează doar un vas colector" obligatoriu Selector mecanic de vas obligatoriu Numărul vaselor 2 buc. (să se indice codul sau	Aspirator chirurgical (performanță avansată) Cod 130350 Descriere Aspiratoarele chirurgicale sunt capabile să creeze o presiune de vid > 600 mmHg. Cele mai multe proceduri chirurgicale necesită aspirare pentru a elimina sângele și lichidele care se acumulează în zona operatorie și obstrucționează vizibilitatea chirurgului. Parametru Specificația Vacuum Limita maximă - 675 mmHg, pagina Catalog Rata de flux, l/min. - 90 l/min, pagina Catalog Indicator vacuum da, eroarea $\geq \pm 5\%$ - DA, pagina Catalog Reglator aspirație - DA, pagina Catalog Nivelul de zgomot – 46,4 dBA, pagina Catalog Vas colector "În timpul aspirării se utilizează doar un vas colector" - DA, pagina Catalog	DM000149380

Cod Fiscal 1018600025629

			modelul produsului oferit) Capacitatea, $L \geq 4$ L Protecție la umplere pentru fiecare vas obligatoriu Vas tip reutilizabil obligatoriu "Suport mobil (să se indice codul sau modelul oferit)" "Container pentru amplasarea tubului de aspirare sau alt mecanism de fixare a tubului de aspirare" obligatoriu Suport cu roțile ≥ 4 roți Roți cu frână da, ≥ 2 buc. Mîner pentru transportare obligatoriu Accesorii Pedală de pornire/oprire a aspirației obligatoriu "Suport/diviziune pentru fixarea/păstrarea cablului de alimentare 220 V, 50 Hz" obligatoriu Filtru antibacterian 15 buc. (să se indice codul sau modelul produsului oferit) Tensiunea de alimentare 220 V, 50 Hz	Selector mecanic de vas - DA, pagina Catalog Numărul vaselor - 2 buc., cod RE210006 Capacitatea, $L \geq 4$ L - DA Protecție la umplere pentru fiecare vas - DA, pagina Catalog Vas tip reutilizabil - DA, pagina Catalog "Suport mobil (să se indice codul sau modelul oferit)" "Container pentru amplasarea tubului de aspirare sau alt mecanism de fixare a tubului de aspirare" - suport integrat (imagine) Suport cu roțile ≥ 4 roți - DA, pagina Catalog Roți cu frână da, ≥ 2 buc. - DA, pagina Catalog Mîner pentru transportare - DA, pagina Catalog Accesorii Pedală de pornire/oprire a aspirației DA, pagina Catalog "Suport/diviziune pentru fixarea/păstrarea cablului de alimentare 220 V, 50 Hz" DA, pagina Catalog Filtru antibacterian - 15 buc., cod SP.0047 Tensiunea de alimentare 220 V, 50 Hz - DA, pagina Catalog	
Lot 10					
Centrifugă de laborator (24 tuburi)	CM-6MT + rotor 24 Tub	Germania Elmi-Tech	Centrifugă de laborator (24 tuburi) Cod 150920 Descriere Centrifugele de laborator sunt destinate pentru a centrifuga sîngele. Parametrul Specificația Viteza de rotație Minimală, rpm reglabilă Maximală, rpm ≥ 3500 Setări setarea vitezei Capacitatea Tipul tuburilor tuburi de 10 - 15 ml Numărul de tuburi 24 unitati Timer Diapazon minim de timp 1 - ≥ 60 min Incrementarea ≤ 1 min Securitatea Blocarea capacului în timpul lucrului obligatoriu Indicatori Indicatori vizual și acustic obligatoriu Debalansare obligatoriu	Centrifugă de laborator (24 tuburi) Cod 150920 Descriere Centrifugele de laborator sunt destinate pentru a centrifuga sîngele. Parametrul Specificația Viteza de rotație Minimală, rpm reglabilă - DA, broșură Maximală, rpm ≥ 3500 - DA, broșură Setări setarea vitezei - DA, broșură Capacitatea Tipul tuburilor tuburi de 12 ml, DA, broșură Numărul de tuburi 24 unitati - DA, broșură Timer Diapazon minim de timp 1 - 99 min, pag. 3 Manual utilizare Incrementarea ≤ 1 min - DA, pag. 3 Manual utilizare	DM000222048

Cod Fiscal 1018600025629

			Pornire/oprire obligatoriu Capac deschis obligatoriu Display Digital obligatoriu Nivelul de zgomot ≤ 65 dB obligatoriu Fereastra, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodica, conform normelor si standartelor in vigoare obligatoriu	Securitatea Blocarea capacului în timpul lucrului – DA, broșură Indicatori Indicarori vizual și acustic – DA, broșură Debalansare – DA, broșură Pornire/oprire – DA, broșură Capac deschis – DA, broșură Display Digital – DA, broșură Nivelul de zgomot ≤ 65 dB – DA, broșură Fereastra, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodica, conform normelor si standartelor in vigoare – DA, broșură	
--	--	--	---	--	--

Semnat: electronic Numele/Prenumele: Sergiu Ciobanu In calitate de: Administrator

Ofertantul: MEDICA SENS SRL Adresa: str. Calarasi 66, mun. Chisinau

Anexa nr. 23
la Documentatia standard nr. 115
din 15 septembrie 2021

Specificații de preț

Numarul procedurii de achizitie: 21396977 din 14.05.2025
Obiectul de achizitie: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.6)

Cod CPV	Nr. Lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33100000-1	3	Mașină de anestezie (caracteristici avansate)	Buc.	2	625.000,00	750.000,00	1.250.000,00	1.500.000,00	DDP – Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS	Conform SIA RSAP
	4	Autoclav 27-25L cu vacuum, clasa B	Buc.	2	59.000,00	70.800,00	118.000,00	141.600,00		
	5	Aspirator chirurgical (performanță avansată)	Buc.	5	17.980,00	21.576,00	89.900,00	107.880,00		
	10	Centrifugă de laborator (24 tuburi)	Buc.	2	20.526,00	24.631,20	41.052,00	49.262,40		
TOTAL							1.498.952,00	1.798.742,400		

Semnat: electronic Numele/Prenumele: Sergiu Ciobanu In calitate de: Administrator

Ofertantul: MEDICA SENS SRL Adresa: str. Calarasi 66, mun. Chisinau

Cod Fiscal 1018600025629