

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA  
CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE  
CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE

MD-2005, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Grigore Vieru 22/2,  
tel./fax 022 222 445, e-mail: office@capcs.md

Nr. Rg. 02-1495 din " 31 " 05 2022

OE participantii la procedura de achiziție  
Beneficiari

Prin prezenta, Grupul de lucru pentru achiziționarea dispozitivelor medicale, serviciilor medicale și transport medical din cadrul Centrului pentru achiziții publice centralizate în sănătate (CAPCS), umnare a desfășurării procedurii de achiziție publică nr. MTender ID ocds-b5wdp1-MD-1649077003762 privind *Achiziționarea consumabilelor angiografice, conform necesităților IMSP Institutul de Cardiologie, pentru anul 2022 (repetat) din 20.04.2022*. Vă comunică decizia din 30.05.2022 cu privire la evaluarea oferelor, după cum urmează:

Nr. Lot	cod	Denumire Lot	Denumire poziție	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Model art/ Producător/ Țara de Origine	Ofertant
1	1-0376	Set introducător pentru puncte arteriale radiale lung	Set introducător pentru puncte arteriale radiale lung	412,00	444,96	618 000,00	667 440,00	Introducer Transradial RS+B40K10AQ RS*B40K10A RS+B50N10AQ RS+B40G10SQ RS+B40K10SQ RS+B50N10SQ RS+B60N10SQ RS+B70N10SQ RS+B80N10SQ	II Kit SRL DataControl

								RS*B90N10SQ RS+B50N25AQ RS+B60N25AQ RS+B70N25AQ RS+B80N25AQ RS*B90N25AQ RT-R40A10PQ RT-R50A10PQ RT-R60A10PQ RT-R40D10PQ RT-R50D10PQ RT-R60D10PQ RT-R70D10PQ/ Belgia/TERUMO EUROPE N.V.				
4	4- 0376 2	Ghid angioplastie coronariana standart	pentru tip coronariana standart	Ghid angioplastie coronariana standart	pentru tip coronariana standart	956	1 032,480	669 200,0 0	722 736,0 0	Runthrough® PTCA Wire TW-AS418XA TW-AS418FA TW-DS418FH TW- DS418IA/Japonia/TERUM O CORPORAT ION	NS Guide	DataControl SRL
5	5- 0376 2	Micro-ghid coronarian	cateter	Micro-ghid coronarian	cateter	14 290	15 433,200	714 500,0 0	771 660,0 0	Caravel CRV135-19P CRV150- 19P/Japonia/ASAHI		DataControl SRL

								INTECC CO..LTD./	
6	6-0376	Set inflator cu manometru digital	Set inflator cu manometru de presiuni mici	989	1 186,800	692 300,0	830 760,0	ED-ID- M30S/ China/ Elite Medtek	Premium Medical
12	12-0376	Sistem de rotatabile	Sistem de rotatabile	700000,00	756 000,000	700 000,0	756 000,0	Rotablator//USA/Boston Scientific	Life Med
14	14.1-0376	Sistem de protecție din 2 piese (vestă + fustă)	a. Vestă de protecție radiologică	7 500	9 000,000	37 500,0	45 000,0	Skin & Vest Order code: 23912/Turcia/ Radixray	MEDEXCOM -TEH SRL
14	14.2-0376	Sistem de protecție din 2 piese (vestă + fustă)	b. Fustă de protecție radiologică	7 500	9 000,000	37 500,0	45 000,0	Skin & Vest Order code: 23912/Turcia/ Radixray	MEDEXCOM -TEH SRL

**Ofertanții respinși/descalificați:**

**Lotul 1 Set introducător pentru puncție arterială radiala lungă**

- Oferta operatorului economic **Life Med SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: Nu corespunde: Nu are mînghid de 0.018-0,021; s-a solicitat lungimea ghid 45 cm s-a oferit de 50 cm și 80 cm; s-a solicitat dimensiuni 4 Fr. 5 Fr. 6 Fr. 7 Fr. 8 Fr. 9 Fr. nu se ofera pentru 9 Fr.

**Lotul 2 Set introducător pentru puncție arterială femurală de diametru mare**

- Oferta operatorului economic **Premium Medical SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: Nu corespunde: s-a solicitat Teacă cu diametru de 10 Fr-16 Fr, sub modelul indicat s-a oferit și diametre de 4,5,6,7,8,9 Fr. S-a solicitat lungime 60-70cm . s-a oferit lungimi de la 7-25 cm.

- Oferta operatorului economic **Life Med SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: S-a solicitat Teacă cu diametru de 10 Fr-16 Fr; s-a oferit de la 4-8 Fr; S-a solicitat lungime 60-70cm s-a oferit de 11 și 23 cm.

**Lotul 3 Set introducător pentru puncție arterială femurală scurtă**

- Ofertele operatorilor economici **DataControl SRL, Life Med, Premium Medical, Tribestar Farm** se resping în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece depășesc cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

**Lotul 6 Set inflator cu manometru digital**

- Oferta operatorului economic **Triumpf-Motiv SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: S-a solicitat cu Display digital iluminat pt vizualizare la lumina slaba, cu indicarea timpului și presiunii de umflare, s-a oferit fără.

**Lotul 7 Tub injectare substanță de contrast**

- Oferta operatorului economic **Tribestar Farm** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece oferta nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire, și anume: S-a solicitat **Aviz de compatibilitate emis de producătorul sistemului "Medrad Marc V Pro Vis"**, prin clarificare s-a prezentat numai o scrisoare de confirmare de confirmare a cerinței, de la operatorul economic ofertant, nicicum de la producător.

**Lotul 8 Set seringă+ tub injectomat "MEDRAD Marc V Pro Vis"**

- Oferta operatorului economic **Labromed Laborator SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit a) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece oferta nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire, și anume: garanția pentru ofertă este insuficientă.

**Lotul 9 Sistem de închidere percutana a orificiului de punctie de dimensiune mare**

- Oferta operatorului economic **Life Med** se respinge în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

**Lotul 10 Ghid metaliz amplatz super stiff**

- Oferta operatorului economic **Tribestar Farm** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: Nu corespunde: s-a solicitat Lungimi: 145cm, 180 cm, 260 cm, s-a oferit 150, 180, 260.

- Oferta operatorului economic **Life Med SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: Nu corespunde, sub denumirea produsului indicat în formularul specificațiilor tehnice (nu a fost indicat nici un cod/model) se regăsește și o alta dimensiune decit cele solicitate (s-a solicitat 145cm, 180 cm, 260 s-a oferit 75,145,180,260).

- Oferta operatorului economic **Premium Medical SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: Nu corespunde, sub denumirea produsului indicat în formularul specificațiilor tehnice (nu a fost indicat nici un cod/model) se regăsește mai multe coduri cu alte dimensiuni, forme de cit cele solicitate (s-a solicitat 145cm, 180 cm, 260 s-a oferit 75,145,180,260).

**Lotul 11 Ghid metaliz amplatz extra stiff**

- Oferta operatorului economic **Life Med SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: Nu corespunde: s-a solicitat Lungimea de 180, 260, 300 cm. S-a oferit două coduri pentru dimensiunile 180 și 260.

- Oferta operatorului economic **Premium Medical SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: Nu corespunde, în catalogul atasat, sub denumirea produsului indicat în formularul specificațiilor tehnice (nu a fost indicat nici un cod/model) se regăsește mai multe coduri cu alte dimensiuni, forme de cit cele solicitate (s-a solicitat 180, 260, 300 cm, s-a oferit 75,145,180,260); S-a solicitat Diametrul 0.035", se regasesc coduri si pentru 0.038".

- Oferta operatorului economic **DataControl SRL** se respinge în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

**Lotul 13 Ochelari de protecție radiologică**

- Oferta operatorului economic **Triumf-Motiv SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: Sub denumirea indicată în formularul specificațiilor tehnice, Google's în catalogul atasat la ofertă și este prezentat după clarificare, nu poate fi identificat produsul.

- Oferta operatorului economic **DataControl SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: S-a solicitat Greutate< 0,05 kg, s-a oferit greutatea 90 gr.

- Oferta operatorului economic **Life Med SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: Nu corespunde> s-a solicitat Greutate< 0,05 kg, s-a oferit cu greutatea de 70 gr, s-a solicitat Prevazuti cu sistem de protective laterala, s-a oferit fără.

- Oferta operatorului economic **Premium Medical SRL** se respinge în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

**Lotul 14 Sistem de protecție din 2 piese (vestă + fustă)**

- Oferta operatorului economic **Triumf-Motiv SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: a. **Vestă de protecție radiologică**- S-a solicitat Echivalent de Pb: 0.75 mm (frontal)/ 0,50 mm (lateral), s-a oferit Front : 0.50mmPb ; Back : 0.25mmPb.

**Lotul 15 Șort de protecție**

Anularea lotului în conformitate cu art. 71 alin (1) lit g) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice.

Se anulează loturile în temeiul art. 71 (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice având în vedere că au fost depuse numai oferte neadecvate, inacceptabile sau neconforme, și anume nu au fost elaborate și prezentate în conformitate cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire:

**Lotul 2 Set introducător pentru puncție arterială femurală de diametru mare**

**Lotul 7 Tub injectare substanță de contrast**

**Lotul 8 Set seringă+tub injectomat "MEDRAD Marc V ProVis"**

**Lotul 10 Ghid metaliz amplatz super stiff**

**Lotul 11 Ghid metaliz amplatz extra stiff**

**Lotul 13 Ochelari de protecție radiologică**

Se anulează în conformitate cu art. 71 alin (1) lit g) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice:

**Lotul 15 Șort de protecție**

Se anulează loturile în temeiul art. 71 (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, oferta depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

**Lotul 3 Set introducător pentru puncție arterială femurală scurtă**

**Lotul 9 Sistem de închidere percutana a orificiului de puncție de dimensiune mare**

Se anulează lotul în temeiul art. 71 (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu a fost depusă nici o ofertă :

**Lotul 16 Set presivune invaziva**


**Lotul 17 Set linie ECG**

Totodată, în conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice – contractele de achiziții publice care intră în sfera de aplicare a prezentei legi pot fi încheiate numai după împlinirea termenelor de așteptare.

Astfel, contractul de achiziție urmează a fi semnat începând cu data de **14.06.2022**, numărul maxim de zile pentru semnarea și prezentarea contractului către CAPCS este de 10 zile după expirarea termenului de așteptare.

**Președintele grupului de lucru**

**Gheorghe GORCEAG**



**OE**

Life Med  
DataControl SRL  
Tribestar Farm  
Premium Medical  
Labromed Laborator SRL  
MEDEXCOM-TEH SRL  
Triumf-Motiv SRL

**Beneficiari**

**Institutul de Cardiologie**