

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației: LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1677488230197 din 03 martie 2023

Denumirea licitației: Diverse consumabile medicale

Nr. Lot	Denumire Lot	Model	Țara	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină oferită	Standarde de referință
2		3	4	5	6	7	8
2	Set de perfuzie Intrafix Air G Neutrapur cu filtru de perfuzie	Intrapur Inline 150cm set p/u infuzie cu filtru	Germania	B/Braun	Rezistentă la perfuzii sub presiune (max 4,5 bar) diametru tub 3mm x 4,1 mm, lungime 180 cm; canulă de plastic pentru introducerea în flacon prevăzută cu doua orificii;dispozitiv de aerisire manual cu filtru antibacterian de 0,2 μm și căpăcel de protecție; camera de picurare cu două corpuri (cel superior transparent rigid cu formator de picături performant - 20 picături ≅ 1 ml; cel inferior flexibil) și cu filtru hidrofil pentru întreruperea automată a perfuziei după golirea flaconului;filtru de 15 μm în camera de picurare; dispozitiv de reglare a ritmului de picurare cu șanț în formă de V pentru posibilitatea de reglare la ritmuri mici de picurare, element de fixare / parcare a tubului de perfuzie, canal de introducere a vârfului canulei de plastic; conexiunea la cateter de tip luer-lock cu căpăcel de plastic ce prezintă o membrană hidrofoba ce asigură umplerea trusei fără aer și fără pierdere de substanță; fără LATEX, fără	corespunde, 4099842N	CE.ISO

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Igor Pereplița În calitate de: Director general

Ofertantul: Tetis International Co SRL Adresa: mu. Chișinău, str. Calea Orheiului 103/3