

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1551947937994

Denumirea procedurii de achiziționare a consumabilelor pentru chirurgia spinării (implante spinale) și neurochirurgicale conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă pentru anul 2019

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origin	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Bunuri</b>						
	<b>Lot 10 Implante spinale. Cusca pu fuziunea intersomatica lombara anterioasa ALIF</b>						
10.1	Cusca ALIF	369110806/ 369110808/ 369110810/ 369111206/ 369111208/ 369111606/ 369120806/ 369120808/ 369120810/ 369120812/ 369121206/ 369121208/ 369121210/ 369121212/ 369121606/ 369121608/ 369121610/ 369122006/ 369122008/ 369122406/ - unul la alegere	SUA	Medtronic	Cusca ALIF - varianta neutra si lordotica lungimea 22-26 mm lățimea 30-34 mm înălțimea 9-11-13-15 mm suprafata superioară si inferioară dintată; compatibil CT si RMN; spatiu central; marceri radiologice Material: cusca - Titan - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil și confirmat cu semnătura electronică a ofertantului. -Certificat ISO 13485, valabil și confirmat cu semnătura electronică a ofertantului. pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant confirmat cu semnătura electronică a ofertantului. - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) confirmată cu semnătura electronică a ofertantului - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.	Cusca ALIF - varianta neutra si lordotica lungimea 23, 27, 30 mm lățimea 32, 37, 42 mm înălțimea 6, 8, 10, 12 mm suprafata superioară si inferioară dintată; compatibil CT si RMN; spatiu central; marceri radiologice Material: cusca - Titan - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil și confirmat cu semnătura electronică a ofertantului. -Certificat ISO 13485, valabil și confirmat cu semnătura electronică a ofertantului. pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant confirmat cu semnătura electronică a ofertantului. - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) confirmată cu semnătura electronică a ofertantului - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.	
10.2	Set de instrumente						

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Cucerenco Olesea În calitate de: Jurisconsult

Ofertantul: SC "Denolga Medical" SRL Adresa: Mun. Chisinau, str. Banulescu Bodoni, 45, of. 316