

## 5. Проверка

| Дата        | Вид проверки | Результаты проверки                                               | Должность, фамилия и подпись по-веряющего |
|-------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 28 ФЕВ 2023 | первичная    | <div> <div>поверка<br/>выполнена</div> <div>28.02.23</div> </div> | Давыдов И.Ю.                              |

Межповерочный интервал – 3 года

Изготовитель: ООО «ПНП СИГНУР»

113184, Москва, ул. Б. Татарская, 35

Почтовый адрес: 123458, Москва, ул. Твардовского, 8

Тел. (495) 780-9219, 757-6004

[www.signur.ru](http://www.signur.ru), e-mail: [info@signur.ru](mailto:info@signur.ru); [signur@mail.ru](mailto:signur@mail.ru)



РАСХОДОМЕР УЛЬТРАЗВУКОВОЙ  
С НАКЛАДНЫМИ ИЗЛУЧАТЕЛЯМИ

«АКРОН-02-2» № 4340

ДВУХКАНАЛЬНЫЙ

ПАСПОРТ

АЦПР.407154.014 ПС

2019

## 1. Технические характеристики

|                                                            |                                   |                 |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| Основная относительная погрешность при измерении объема, % | ±2,0                              |                 |
| Температура воздуха, окружающего БЭ-5, °С                  | -20 ÷ 50                          |                 |
| Температура контролируемой среды, °С                       | -10 ≤ t° < +80                    | -10 ≤ t° < +130 |
| Напряжение питания, В                                      | 220 <sup>+22</sup> <sub>-33</sub> |                 |
| Потребляемая мощность не более                             | 10 ВА                             |                 |
| Средний срок службы, лет                                   | 6                                 |                 |

## 2. Комплектность

|                                                                        |        |        |     |
|------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----|
| Первичный преобразователь ПП-1-1                                       | №      | 4340-1 |     |
| Первичный преобразователь ПП-1-2                                       | №      | 4340-2 |     |
| Блок электронный БЭ - 5                                                | №      | 4340   |     |
| Блок связи с компьютером,<br>(встроенный), программное<br>обеспечение* | RS-232 | RS-485 | USB |
| Блок токового выхода (встроенный)                                      |        |        |     |
| Блок импульсного выхода (встроенный)                                   |        |        |     |
| Блок релейного выхода (встроенный)                                     |        |        |     |
| Длина соединительного кабеля, м                                        |        |        |     |
| Паспорт                                                                |        |        | ✓   |
| Руководство по эксплуатации*                                           |        |        | ✓   |

\* 1 шт. на 5 приборов, поставляемых в один адрес

## 3. Свидетельство о приемке

Расходомер ультразвуковой с накладными излучателями «АКРОН-02-2» двухканальный № 4340 соответствует техническим условиям ТУ 4213-014-18623641-12 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска февраль 2023 г.

## 4. Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует исправную работу расходомера в течение всего срока службы (6 лет) при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации

