

din “15” septembrie 2021

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1754914644988 , din : 11.08.2025
Obiectul achiziției: Licitatie deschisă. Achiziționarea reactive și consumabile medicale întru realizarea Programului Național „Securitatea transfuzională și autoasigurarea țării cu produse sanguine” conform necesităților pentru anul 2026.

Denumire a bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot 38 Filtru tip II	Filtru Sartopore Platinum Cod prod: 5492507H1	Germania	Sartorius	Destinația: pentru realizarea procesului de filtrație sterilă a preparatelor biomedicale din sânge. Proprietăți: Filtru Sartopore Platinum a)membrană din PES de 0.45/0.2 um b)dimensiune 10 aria de filtrare 1,0 m2, c)Conexiune cu două flanșe tip baionetă cu dublu orificiu d)Filtru să fie autoclavabile.	Destinația: pentru realizarea procesului de filtrație sterilă a preparatelor biomedicale din sânge. Proprietăți: Filtru Sartopore Platinum a)membrană din PES de 0.45/0.2 um b)dimensiune 10 aria de filtrare 1 m2, c)Conexiune cu două flanșe tip baionetă cu dublu orificiu d)Filtru sa fie autoclavabile. https://shop.sartorius.com/ww/p/sartopore-platinum-cartridge-02m-10/5492507H1	Quality Assurance Certificate;Biocompatibility Certificate
Total						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Baltag L. În calitate de: Director

Ofertantul: Diagnomed D.S. SRL Adresa: mun. Chișinău, str. Piata Veche 10, of.13