



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE



MD-2005, Republica Moldova, mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru, 22/2,
Tel. +373 22 22 24 45, e-mail: office@capcs.gov.md, <https://capcs.md>

Nr. Rg02-3180 din 14 iulie 2025

Operatori economici participanți

IMSP Institutul de Medicină Urgentă

Prin prezenta, Grupul de lucru pentru achiziționarea dispozitivelor medicale, alte bunuri și servicii din cadrul Centrului pentru achiziții publice centralizate în sănătate (CAPCS), urmare a desfășurării procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1744877607033 din 17.04.2025 privind *Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă* vă comunică decizia nr.1 din 14.07.2025 cu privire la evaluarea ofertelor, după cum urmează:

Nr. Lot	cod-lot	Denumire Lot	unitatea de măsură	Cantit atea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Model art/ Producător/ Țara de Origine	AMDM	Ofertant
1	1-07033	Mașină de anestezie compatibilă cu RMN 1.5Tesla	bucată	1	889000,00	1066800,00	889 000,00	1 066 800,00	"Leon MRI/Germania /Lowenstein Medical "	DM000740721	DataControl SRL
2	2-07033	Monitor de pacient compatibil cu RMN 1.5Tesla	bucată	1	755000,00	906000,00	755 000,00	906 000,00	MAGLIFE RT-1/Franta/SCHILLER MEDICAL	DM000648501	GBG-MLD SRL
3	3-07033	Pompe de infuzie/perfuzie compatibil cu RMN 1.5Tesla	bucată	1	433900,0000	520680,00	433 900,00	520 680,00	BeneFusion MRI Station/Mindray/China	DM000821724	ÎM „Dutchmed-M” SRL
4	4-07033	Rezonanța Magnetică 1.5T	bucată	1	20999860,00	25199832,00	20 999 860,00	25 199 832,00	Magnetom Sola/Germania/Siemens	DM000646254	IM Vivamed International SRL

Ofertanții respinși/descalificați:

Pentru lotul nr. 4 Rezonanța Magnetică 1.5T

Oferta operatorului economic **INTERMED SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, după cum urmează:

s-a solicitat Lungimea tunelului pacientului (Patient Bore): ≤ 155 cm s-a oferat "Patient Bore (LxWxH) 163cm x 70cm x 70cm Lungimea tunelului pacientului este direct proporțională cu lungimea totală a magnetului. Astfel, un magnet mai lung asigură o omogenitate superioară a câmpului magnetic, iar aceasta omogenitate reprezintă un factor esențial pentru obținerea unor imagini clare și precise, deosebit de importante în investigații clinice complexe Propunere tehnică Part 1, Fisa de date a echipamentului Signa Champion, varianta în limba engleză, pag. 4;"

s-a solicitat Numărul de canale de recepție independente ≥ 128 de canale s-a oferat "Independent receive channels 64 Un număr de 64 canale îndeplinește dezideratul configurației tehnice solicitate. În special în contextul în care antena cu cel mai mare număr de canale disponibilă pe segmentul de RMN 1.5T are 64 de canale. Propunere tehnică Part 1, Fisa de date a echipamentului Signa Champion, varianta în limba engleză, pag. 6;"

În conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice – contractele de achiziții publice care intră în sfera de aplicare a prezentei legi pot fi încheiate numai după împlinirea termenelor de așteptare. Contractele de achiziție urmează a fi întocmit de către CAPCS și vor fi semnate începând cu data de 28.07.2025.

Cu respect,

Președintele grupului de lucru

/semnat electronic/

Gheorghe GORCEAG

*Ex: Botica Aurelia
Tel: 022 222 364*