

Specificații tehnice									
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]									
Numărul licitației:		LD nr. ocds-b3wdp1-MD-1683902979319 / 21080300					Data: 29 mai 2023		Alternativa nr.: _____
Denumirea licitației:		Achiziționarea de Consumabile Medicale conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Republican Timofei Moșneaga, pentru anul 2023 (repetat)							Pagina: _____ din _____
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Model	Țara	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplă oferată	Standarde de referință
1	2			3	4	5	6	7	8
33100000-1	58	Filtre antibacteriene pentru aparatele de ventilare artificiala neonatali	Filtre antibacteriene pentru aparatele de ventilare artificiala neonatali	MP05820	Germania	Drägerwerk AG & Co. KGaA	pentru neonatali, “nas artificial”, volumul minimal la inspire 30 ml, efectivitatea filtrării bacteriene și virale 99,99%, tipul filtrării mecanic, durata utilizării 24 ore, sterilizare cu etilenoxid, transparent.	Filtru HME TwinStar® 9 Plus, cu returnare de umiditate și căldură, p/u circuite de respirație, antiviral antibacterial, electrostatic p/u protecția pacienților, personalului, echipamentelor de ventilare și anestezie, p/nou-născuți, de o singură folosință, 22M/15F-15F/8,5M, eficacitatea filtrării cel puțin 99.9%, return H2O cel puțin 33,7 mg H2O/l, rezistența la flux 15l/min nu mai mult de 1,53 cm H2O (1,5 mbar), volum compresibil nu mai mult de 9ml, greutate nu mai mult de 9g, volumul Tidal recomandat de la 30 până la 150 ml. Timp efectiv de utilizare 24 ore. Material: polipropilenă, acril, ceramică. Ambalaj: individual, curat clinic. Port Luer p/u proba de CO2.	CE, ISO

Semnat: _____

Numele, Prenumele: **Iurchevici Valeriu**

În calitate de: **Director**

Ofertantul: **"Echipamed - Plus" SRL**

Adresa: **str.Valea Trandafirilor 24"B"**