

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

Numărul LP: 21036975	Data: 08.04.2021	Alternativa nr. -
Denumirea: Reactive și consumabile pentru laboratorul clinic, conform necesităților IMSP SCM Gheorghe Paladi	Lot:	Pagina 1 din 5

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	<i>Modelul articolului</i>	<i>Țara de origine</i>	<i>Produ-cătorul</i>	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	<i>Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant</i>	<i>Standa rde de referin ță</i>
2	Reagenți pentru Analizatorul Easy Lyte K/Na/Cl, Medica (Sistem închis)							
1	33696000-5	Soluție pack Easy Lyte K/Na/Cl, (inclusiv microcip de detecție) , 800 ml	Soluție pack Easy Lyte K/Na/Cl, (inclusiv microcip de detecție) , 800 ml	SUA	Medica Corp.	CE Marca	CE Marca	
2	33696000-5	Daily Rinse Cleaning Solution Kit K/Na/Cl , 100 ml	Daily Rinse Cleaning Solution Kit K/Na/Cl , 100 ml	SUA	Medica Corp.	CE Marca	CE Marca	
3	33696000-5	Termohîrtie pentru EasyLyte K/Na/Cl	Termohîrtie pentru EasyLyte K/Na/Cl	SUA	Medica Corp.	CE Marca	CE Marca	
4	33696000-5	Medica Quality Control 3 LEVEL (low, Normal, High)	Medica Quality Control 3 LEVEL (low, Normal, High)	SUA	Medica Corp.	CE Marca	CE Marca	
5	33696000-5	Electrod K	Electrod K	SUA	Medica Corp.	CE Marca	CE Marca	
6	33696000-5	Electrod Na	Electrod Na	SUA	Medica Corp.	CE Marca	CE Marca	
7	33696000-5	Electrod Cl	Electrod Cl	SUA	Medica Corp.	CE Marca	CE Marca	
8	33696000-5	Tub din silicon pentru reagent, ser și deșeuri	Tub din silicon pentru reagent, ser și deșeuri	SUA	Medica Corp.	CE Marca	CE Marca	
9	33696000-5	Valvă pentru dozarea reagentului, serului și deșeurilor	Valvă pentru dozarea reagentului, serului și deșeurilor	SUA	Medica Corp.	CE Marca	CE Marca	
10	33696000-5	Membrane assembly	Membrane assembly	SUA	Medica Corp.	CE Marca	CE Marca	
11	33696000-5	Electrod de referință	Electrod de referință	SUA	Medica Corp.	CE Marca	CE Marca	
12	33696000-5	Internal filing solution	Internal filing solution	SUA	Medica Corp.	CE Marca	CE Marca	
13	33696000-5	Sample detector	Sample detector	SUA	Medica Corp.	CE Marca	CE Marca	
3	Reactivi și consumabile pentru analizator biochimic automat SELECTRA PRO M (sistem închis)							
	33696000-5	ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul de la 50 -100 ml.)Amb specific (compatibil) p/u	ASAT (GOT) Amb specific (compatibil) p/u analizator Selectra Pro M	Franta	Elitech	Marcaj: CEMetoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare CINETICĂ. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 2 U/L Coeficientul de variație intraserial: < 2,0		

		analizator Selectra Pro M				Coeficientul de variație extraserial: < 1,5 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1.7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 3.8 g/l, Lipemie până la 21 g/l.	
	33696000-5	ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul de la 50-100.) Amb specific (compatibil) p/u analizatorul Selectra PRO M	ALAT (GPT) Amb specific (compatibil) p/u analizatorul Selectra PRO M	Franta	Elitech	Marcaj: CEMetoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare CINETICĂ. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 4 U/L Coeficientul de variație intraserial: < 1.5 Coeficientul de variație extraserial: < 1.0 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1.7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 3.8 g/l, Lipemie până la 21 g/l.	
	33696000-5	Albumina (Albumin) (Flacoane cu volumul 50-100)Amb specific (compatibil) p/u analizator Selectra pro M	Albumina (Albumin) Amb specific (compatibil) p/u analizator Selectra pro M	Franta	Elitech	Marcaj: CEMetoda de determinare: Fotometrică cu BCG Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 2.0 g/l Coeficientul de variație intraserial: < 0,15 Coeficientul de variație extraserial: < 0,15 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Lipemie până la 5,6 g/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Magneziu până la 8 mmol/l	
	33696000-5	Fosfataza alcalină (Alkaline Phosphatase) (Flacoane cu volumul 50-100 ml.)Amb specific (compatibil) p/u analizator Selectra Pro M	Fosfataza alcalină (Alkaline Phosphatase) Amb specific (compatibil) p/u analizator Selectra Pro M	Franta	Elitech	Marcaj: CEMetoda de determinare: Fotometrică fermentativă Determinare CINETICĂ. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigații: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 3,0 U/L Coeficientul de variație intraserial: < 3.0 Coeficientul de variație extraserial: < 3.0 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Lipemie până la 21 g/l, Hemoglobina până la 2 g/l.	
	33696000-5	alfa-Amilaza (alfa-Amylase) (Flacoane cu volumul 20-50 ml.)Amb specific(compatibil) p/u Selectra Pro M	alfa-Amilaza (alfa-Amylase) Amb specific(compatibil) p/u Selectra Pro M	Franta	Elitech	Marcaj: CEMetoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare CINETICĂ.EPS- G7 Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 33,0 U/L Coeficientul de variație intraserial: < 5.0 Coeficientul de variație extraserial: < 8.0 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Lipemie până la 11g/l,	
	33696000-5	Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul 50-100 ml.)Amb specific p/u Selectra Pro M	Bilirubina totală (Total Bilirubin) Amb specific p/u Selectra Pro M	Franta	Elitech	Marcaj: CEMetoda de determinare: Fotometrică Indrășec Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 1.3 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: < 5.0 Coeficientul de variație extraserial: < 5.0 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Lipemie până la 21 g/l,	
	33696000-5	Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul 50-100 ml.)Amb specific (compatibil) Selectra PRO M	Bilirubina directă (Direct Bilirubin) Amb specific (compatibil) Selectra PRO M	Franta	Elitech	Marcaj: CEMetoda de determinare: Fotometrică DCA Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 1.8 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: < 0.03 Coeficientul de variație extraserial: < 0.01 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Lipemie până la 11 g/l,	
	33696000-5	Calciu (Calcium) (Flacoane cu volumul 50-100 ml.)Amb solicitat specific p/u analizatorSelectra PRO M	Calciu (Calcium) Amb solicitat specific p/u analizatorSelectra PRO M	Franta	Elitech	Marcaj: CEMetoda de determinare: Fotometrică cu Arsenazo III Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigații: Ser, plasma heparinizată , urina Limita minimă de detecție pentru set: < 0.01m mol/l Coeficientul de variație intraserial: < 0.3 Coeficientul de variație extraserial: < 0.3 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Lipemie până la 21 g/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Magneziu până la 8 mmol/l	
	33696000-5	Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu volumul 50-100 ml.)Amb solicitat specific(compatibil) p/u analizator Selectra Pro M	Creatinina (Creatinine) Amb solicitat specific(compatibil) p/u analizator Selectra Pro M	Franta	Elitech	Marcaj: CEMetoda de determinare: Fotometrică Jaffe compensat.. Determinare cinetică cu calibrator. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigații: Ser, plasma heparinizată , urina Limita minimă de detecție pentru set: < 15 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: < 0.05 Coeficientul de variație extraserial: < 0.05 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Lipemie până la 21 g/l.	
	33696000-5	Gamma-GT (Gamma-GT) (Flacoane cu volumul 50-100ml.)Amb solicitat specific(compatibil) Selectra Pro M	Gamma-GT (Gamma-GT) Amb solicitat specific(compatibil) Selectra Pro M	Franta	Elitech	Marcaj: CEMetoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare CINETICĂ. IFCC Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigații: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 2 U/L Coeficientul de variație intraserial: < 1,5 Coeficientul de variație extraserial: < 1,0 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 4,5 g/l, Lipemie până la 21 g/l	
	33696000-5	Glucoza (Glucose)	Glucoza (Glucose)	Franta	Elitech	Marcaj: CEMetoda de determinare: Fotometrică cu Oxidaze/Peroxidaze Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator	

		(Flacoane cu volumul 50-100ml.)Amb solicitat specific (compatibil) p/u Selectra Pro M	Amb solicitat specific (compatibil) p/u Selectra Pro M			Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA, fluorinizată sau heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: < 0.1 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: < 7,0 Coeficientul de variație extraserial: < 3,0 Interferențe: Acid Ascorbic până la 0,9 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Lipemie până la 21 g/l	
	33696000-5	Fier (Iron) (Flacoane cu volumul 50-100 ml.)Amb solicitat specific (compatibil) p/u Selectra ProM	Fier (Iron) Amb solicitat specific (compatibil) p/u Selectra ProM	Franta	Elitech	Marcaj: CEMetoda de determinare: Fotometrică cu Ferrozine Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 0.9 mmol/ l Coeficientul de variație intraserial: < 3,0 Coeficientul de variație extraserial: < 4,0 Interferențe: Bilirubina până la 1,0 mmol/l, Hemoglobina până la 1,1 g/l, Lipemie până la 21 g/l, Cupru până la 6,5 mmol/l, Zinc până la 0,06 mmol/l.	
	33696000-5	LDH (LDH) (Flacoane cu volumul 50-100 ml.)Amb solicitat specific(compatibil) p/u Selectra Pro M	LDH (LDH) Amb solicitat specific(compatibil) p/u Selectra Pro M	Franta	Elitech	Marcaj: CEMetoda de determinare: Fotometrică fermentativa. Determinare cinetica Piruvat Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 5,0 U/L Coeficientul de variație intraserial: < 10,0 Coeficientul de variație extraserial: < 8,0 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Lipemie - trigliceride până la 21g/l.	
	33696000-5	Proteina Totală (Total Protein) (Flacoane cu volumul 50-100 ml.)Amb specific(compatibil) p/u Selectra PRO M	Proteina Totală (Total Protein) Amb specific(compatibil) p/u Selectra PRO M	Franta	Elitech	Marcaj: CEMetoda de determinare: Fotometrică cu biuret. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 5,0 g/l Coeficientul de variație intraserial: < 0.1 Coeficientul de variație extraserial: < 0.15 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Lipemie - trigliceride până la 11 g/l.	
	33696000-5	Uree (Urea) (Flacoane cu volumul 50-100ml.)Amb solicitat specific(compatibil) p/u Selectra Pro M	Uree (Urea) Amb solicitat specific(compatibil) p/u Selectra Pro M	Franta	Elitech	Marcaj: CEMetoda de determinare: Ureze UV Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma fara hepariniat de amoniu, urina proaspata Limita minimă de detectie pentru set: < 0.3 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: < 2,0 Coeficientul de variație extraserial: < 3,5 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Lipemie - trigliceride până la 21g/l.	
	33696000-5	CRP cantitativ	CRP cantitativ, 5ml+2x25ml	Franta	Elitech	reactiv compatibil cu analizor Selectra PRO M	reactiv compatibil cu analizor Selectra PRO M
	33696000-5	CRP Calibrator	CRP Calibrator, 5nivelex1ml	Franta	Elitech	calibrator compatibil cu reactivi si control	calibrator compatibil cu reactivi si control
	33696000-5	CRP control	CRP control: 2nivelex1ml	Franta	Elitech	control compatibil cu standard si reactivi	control compatibil cu standard si reactivi
	33696000-5	multicalibrator biochimic	Elital 2, 3ml/fl multicalibrator biochimic	Franta	Elitech	Calibrator biochimic în mod obligatoriusă fie de la același producător cu reactive și standarde.Set 5x5 ml Tot de un lot	Calibrator biochimic în mod obligatoriusă fie de la același producător cu reactive și standarde.Set 5x5 ml Tot de un lot
	33696000-5	ser uman de control normal	Elitol I, 5ml/fl ser uman de control normal	Franta	Elitech	Ser uman de control normal în mod obligatoriu să fie de la același producător cu calibrator și reactive .40x5ml Tot de un lot	Ser uman de control normal în mod obligatoriu să fie de la același producător cu calibrator și reactive .40x5ml Tot de un lot
	33696000-5	Ser uman de control patologic	Elitol II, 5ml/fl Ser uman de control patologic	Franta	Elitech	ser uman de control patologic în mod obligatoriu să fie de la același producător cu calibrator și reactive	ser uman de control patologic în mod obligatoriu să fie de la același producător cu calibrator și reactive
	33696000-5	concentrated system liquid 1000 ml,compatibil cu Selectra PRO M	Concentrated system liquid 1000 ml, compatibil cu Selectra PRO M	Franta	Elitech	Amb: 1000ml /un	Amb: 1000ml /un
	33696000-5	soluție acida de hipohloridă 1000ml compatibil cu Selectra PRO M	Soluție acida de hipohloridă 1000ml compatibil cu Selectra PRO M	Franta	Elitech	Amb: 1000 ml/un	Amb: 1000 ml/un
	33696000-5	rotor pentru cuveta ,(3rotori în set)compatibil cu Selectra PRO M	Rotor pentru cuveta , (3rotori în set) compatibil cu Selectra PRO M	Franta	Elitech	Amb: 3 rotori/set	Amb: 3 rotori/set
	33696000-5	Cuva pentru ser(1000 unit/amb) compatibil cu Selectra PRO M	Cuva pentru ser (1000 unit/amb) compatibil cu Selectra PRO M	Olanda	Vital	Amb:1000 un /set	Amb:1000 un /set

	33696000-5	eprubeta compatibilă cu Selectra PRO M de 5 ml (13 X 75)	eprubeta compatibilă cu Selectra PRO M, de 5 ml (13 X 75mm)	Olanda	Vital	Amb: 1000 buc/set	Amb: 1000 buc/set	
	33696000-5	flacoane butelii p/u reagent 10 ml compatibil cu SELECTRA PRO M	flacoane butelii p/u reagent 10 ml compatibil cu SELECTRA PRO M	Olanda	Vital			
	33696000-5	flacoane butelii p/u reagent 25 ml compatibil cu SELECTRA PRO M	flacoane butelii p/u reagent 25 ml compatibil cu SELECTRA PRO M	Olanda	Vital			
	33696000-5	eprubeta plastic 12 x 75 penru ser , compatibil cu ANALIZOR BIOCHIMIC SELECTRA PRO M	eprubeta plastic 12 x 75mm, penru ser , compatibil cu ANALIZOR BIOCHIMIC SELECTRA PRO M	Olanda	Vital	Eprubete plastic fără capac ,pentru ser 12 x75 mm compatibil cu SELECTRA PRO M	Eprubete plastic fără capac ,pentru ser 12 x75mm compatibil cu SELECTRA PRO M	
	33696000-5	Maintenance kit Yarlou Pro M/EL200,6003-383	Maintenance kit Yarlou Pro M/EL200,6003-383	Olanda	Vital	Set întreg	Set întreg, ambalaj original de la producator	
8	33696000-5	LE – LATEX	LE – LATEX	MB	Lorne Lab.	Cerințe generale* + Notă **	50teste/set	
16		Toliclon						
	33696000-5	Toliclon Anti-A –de două serii	Toliclon Anti-A– de două serii	Rusia	Medlakor	5-10 ml	10 ml/fl/1000determinari	
	33696000-5	Toliclon Anti-B+de două serii	Toliclon Anti-B+ de două serii	Rusia	Medlakor	5-10 ml	10 ml/fl/1000determinari	
	33696000-5	Toliclon Anti-AB	Toliclon Anti-AB	Rusia	Medlakor	5-10 ml	10 ml/fl/1000determinari	
	33696000-5	Toliclon Anti-D IgM / IgG	Toliclon Anti-D IgM/IgG	Rusia	Medlakor	5-10 ml	10 ml/fl/1000determinari	
	33696000-5	Toliclon Anti-E Super	Toliclon Anti-E Super	Rusia	Medlakor	50 doze, 5 ml	10 ml/fl/1000determinari	
	33696000-5	Toliclon Anti-C Super	Toliclon Anti-C Super	Rusia	Medlakor	50 doze, 5 ml	10 ml/fl/1000determinari	
	33696000-5	Toliclon anti D super Ig M-	Toliclon anti D super Ig M	Rusia	Medlakor	5-10 ml	10 ml/fl/1000determinari	
	33696000-5	Toliclon anti Kell super	Toliclon anti Kell super	Rusia	Medlakor	5-10 ml	10 ml/fl/1000determinari	
	33696000-5	Toliclon anti A1 lektin	Toliclon anti A1 lektin	Rusia	Medlakor	5-10 ml	10 ml/fl/1000determinari	
17	33000000-0	Container plast.cu capac p/u fecale nesterile 50 - 100 ml	Container plast.cu capac p/u fecale nesterile 60 ml, 2062/p	Italia	Aptaca	Container plast.cu capac p/u fecale nesterile; cu lopatica 60 ml		
18	33000000-0	Eprubete plastic cu capac cu volum 12 ml	Eprubete plastic cu capac cu volum 12 ml	Italia	Kima	Eprubete plastic cu capac cu volum 12 ml		
19	33000000-0	container plastic pentru colectarea urinei cu capac ,nesteril cu eticeta ,volum 250-500 ml	container plastic pentru colectarea urinei cu capac ,nesteril cu eticeta ,volum 250 ml; 409902	Spania	Deltalab	Container plast.cu capac p/urina nesterile; volum 250 ml		
26	33000000-0	Obiectiv 100 p/u microscop ERMA	Obiectiv 100 p/u microscop ERMA	Japonia	Erma	Obiectiv 100 p/u microscop ERMA	Obiectiv 100 p/u microscop ERMA	
27	33000000-0	Capilar p/u VSH de unica folosinta cu instructiunea de folosire de la producator. Limba de stat	Capilar p/u VSH de unica folosinta 10110	Italia	Aptaca	Marca CE	Marca CE	
28	33000000-0	TERMOHÎRTIE 58 MM X30 M	TERMOHÎRTIE 58 MM X30 M	Italia	Ceracarta	TERMOHÎRTIE 58 MM X 30 M COMPATIBIL CU ANALIZOARE HEMATOLOGICE ȘI ANALIZOR DE EAB	TERMOHÎRTIE 58 MM X 30 M COMPATIBIL CU ANALIZOARE HEMATOLOGICE ȘI ANALIZOR DE EAB	
31	33000000-0	Creioane pe sticlă	Creioane pe sticlă	Rusia	Minimed	Creioane pe sticlă; culori disponibile: roșu și albastru	Creioane pe sticlă; culori disponibile: roșu și albastru	

33	33000000-0	Lamele pentru camera Goreaev	Lamele pentru camera Goreaev	Rusia	Minimed	Lamele pentru camera Goreaev	Lamele pentru camera Goreaev	
36	33000000-0	Tuburi 13*150mm cu tampoane sterila de o singura folosinta p/u lavaj perianal	Tuburi 13*150mm cu tampoane sterila de o singura folosinta p/u lavaj perianal	Italia	Aptaca	Tuburi 13*150mm cu tampoane sterila de o singura folosinta p/u lavaj perianal	Tuburi 13*150mm cu tampoane sterila de o singura folosinta p/u lavaj perianal	
37	33000000-0	Recipiente pentru deșeuri-1litru	Recipiente pentru deșeuri-1litru	Moldova	Belnis	Recipiente pentru deșeuri vor fi de culoare galbenă cu simbolul pericol biologic.	Recipiente pentru deșeuri vor fi de culoare galbenă cu simbolul pericol biologic.	
38	33000000-0	Containere pentru colectarea deșeurilor medicale 9-10 kg ,plastic	Containere pentru colectarea deșeurilor medicale 9-10 kg ,plastic	Moldova	Belnis	Containere pentru colectarea deșeurilor medicale 9-10 kg ,plastic	Containere pentru colectarea deșeurilor medicale 9-10 kg ,plastic	
42	33000000-0	Azur -Eozină Romanovski soluție ,cu bufer p/u fiecare 250ml vopsea	Azur -Eozină Romanovski soluție ,cu bufer p/u fiecare 250ml vopsea	Rusia	Minimed	Amb: 1,0 litru	Amb: 1,0 litru	
43	33000000-0	Ulei de imersie	Ulei de imersie	Rusia	Minimed	Amb: flacon câte 100 ml		
46	33000000-0	Glucoza, cetone	Glucoza, cetone	Germania	Macherey Nagel	Set - 50 teste	Set - 50 teste	
53	33000000-0	Azopiram CK	Azopiram CK	Rusia	Agat			
55	33000000-0	Calculator de laborator (счетчик лабораторный)	Calculator de laborator (счетчик лабораторный)	Rusia	Minimed	Certificat CE	Certificat CE	
56	33000000-0	Camera pentru numararea sedimentul urinei de unica folosinta	Camera pentru numararea sedimentul urinei de unica folosinta	Italia	Aptaca	Certificat CE	Certificat CE	
57	33000000-0	Vopsea dupa Gram pentru colorarea frotiurilor la Gn	Vopsea dupa Gram pentru colorarea frotiurilor la Gn	Italia	Liofilchem	Certificat CE	Certificat CE	

1. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: pe parcursul anului 2021, până la 31 decembrie 2021, in decurs de 5 zile de la solicitare.

2. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile.

Semnat: Numele, prenumele: Ceaicovschi Tudor In calitate de: director

Ofertantul: „GBG-MLD „, SRL Adresa: mun. Chișinău, str. Tighina 65, of.607