

		Specificații tehnice (F4.1)							
		va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 6, 7, 8							
Numărul licitației:		LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1695281101760 (21093452)					Data: „09,10,2023	Alternativa nr.: _____	
Denumirea licitației:		Achiziționarea dispozitivelor medicale întru realizarea Programului Național privind sănătatea și drepturile sexuale și reproductive pentru anul 2024					Lot: _____	Pagina: __din __	
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Modelul Art	Tara de origine	Producatorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	
1		2				6	7	8	
33100 000-1	1	Dispozitive intrauterine	Intrauterine Contraceptive Device (Copper TCU 380A)	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd	TCU380. Ambalate și etichetate conform HG 702 din 11 iulie 2018. Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională). Se va prezenta fișa tehnică/catalogul/descrierea produsului de catre producator, produsului ce va confirma descrierea tuturor specificațiilor tehnice. În cazul în care produsul deține un cod de catalog a se indica codul în ofertă și trimiterea la pagina de descriere a produsului în formularul F4.1Termenul de valabilitate restant la momentul livrării va constitui nu mai puțin de 80% din cel inițial.	TCU380. size:32mm. Ambalate și etichetate conform HG 702 din 11 iulie 2018. Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională). Se va prezenta fișa tehnică/catalogul/descrierea produsului de catre producator, produsului ce va confirma descrierea tuturor specificațiilor tehnice. În cazul în care produsul deține un cod de catalog a se indica codul în ofertă și trimiterea la pagina de descriere a produsului în formularul F4.1Termenul de valabilitate restant la momentul livrării va constitui nu mai puțin de 80% din cel inițial. Livrate pe contractele 21048076 (2022), 20/00005 (2020), 20/00154 (2021), 21064623 (2023)	DC	
33100 000-1	2	Prezervative din latex cu lubrifiere	Prezervative din latex cu lubrifiere GT113-100	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd	diametru 52 mm-54 mm, lungimea 180 mm-190 mm, grosimea 0,05-0,08 mm Ambalate și etichetate conform HG 702 din 11 iulie 2018. Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională). Se va prezenta fișa tehnică/catalogul/descrierea produsului de catre producator, produsului ce va confirma descrierea tuturor specificațiilor tehnice. În cazul în care produsul deține un cod de catalog a se indica codul în ofertă și trimiterea la pagina de descriere a produsului în formularul F4.1. Termenul de valabilitate restant la momentul livrării va constitui nu mai puțin de 80% din cel inițial.	diametru 52 mm-54 mm, lungimea 180 mm-190 mm, grosimea 0,05-0,08 mm Ambalate și etichetate conform HG 702 din 11 iulie 2018. Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională). Se va prezenta fișa tehnică/catalogul/descrierea produsului de catre producator, produsului ce va confirma descrierea tuturor specificațiilor tehnice. În cazul în care produsul deține un cod de catalog a se indica codul în ofertă și trimiterea la pagina de descriere a produsului în formularul F4.1. Termenul de valabilitate restant la momentul livrării va constitui nu mai puțin de 80% din cel inițial.	DM000041945	
Semnat:		Numele, Prenumele: _Diana Tutunaru, În calitate de: _jurist_							
Ofertantul: _Natusana SRL_ Adresa: _or. Codru, str. M.Eminescu 31									