

Destinatar: Primaria comunei Cosnita

Adresa: MD-4572, MOLDOVA, Dubăsari, s.Coșnița, str. Pacii, nr. 52

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1617019716759 din 03 Aprilie 2021						
Denumirea procedurii de achiziție: Achiziții cu costuri mici privind achiziționarea de Concentratoare de oxigen de 10 L						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produsătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri/servicii						
Concentratoare de oxigen de 10 L				Tip: portabil; Concentrația O2 in fluxul produs: $\geq 92\%$ la fluxul cuprins între 1 și 9 L/min și $\geq 90\%$ la fluxul de 10 L/min ; Reglarea concentrației de O2: da; Reglarea fluxului de O2: 1 - 10 L/min; Indicatorul fluxului: grafic/numeric; Nivelul zgomotului produs: ≤ 50 dB; Prezența filtrelor de particole aeriene: praf, bacteriene, HEPA; Ieșiri pentru tubul de O2: minim 1;	Tip: portabil; Concentrația O2 in fluxul produs: $\geq 93\%$ la fluxul cuprins între 1 și 9 L/min și $\geq 90\%$ la fluxul de 10 L/min ; Reglarea concentrației de O2: nu; Reglarea fluxului de O2: 1 - 10 L/min; Indicatorul fluxului: numeric; Nivelul zgomotului produs: ≤ 58 dB; Prezența filtrelor de particole aeriene: praf, bacteriene, HEPA; Ieșiri pentru tubul de O2: minim 1;	

				Devierea admisibilă la valoarea concetrației de O2: ±3%; Borcan de umidificare a O2: 1 buc.; Mască facială: minim 2 buc.; Canulă nazală: minim 2 set.; Filtru de particole aerian, rezervă: minim 1 buc.; Alimentare: 220 V 50 Hz. Termenul de garanție al dispozitivului: minim 24 luni; Produs în corespundere cu următoarele standare: Directiva 93/42/EEC pentru dispozitive medicale, ISO 9001, ISO 13485	Devierea admisibilă la valoarea concetrației de O2: ±3%; Borcan de umidificare a O2: 1 buc.; Mască facială: minim 2 buc.; Canulă nazală: minim 2 set.; Filtru de particole aerian, rezervă: minim 1 buc.; Alimentare: 220 V 50 Hz. Termenul de garanție al dispozitivului: 10 000 ore de lucru; Produs în corespundere cu următoarele standare: Directiva 93/42/EEC pentru dispozitive medicale, ISO 9001, ISO 13485	
--	--	--	--	--	--	--

Semnat Numele, prenumele: Nicolai Iasîbaș În calitate de: **Director**
Ofertantul **Lokmera SRL** Adresa: str. Mitropolit Gurie Grosu 9, Chișinău, MD-2028, Republica Moldova