

### Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1561363162225

Denumirea procedurii de achiziție: Procedura de achiziție pentru mentenanța dispozitivelor medicale etapa I, pentru anul 2019

		Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
Cod CPV								
1		2	3	4	5	6	7	8
		<b>Bunuri</b>						
		<b>Lot 77 Kit mentenanță 1 an pentru analizatorul HORIBA Pentra C400</b>						
	77.1	Kit mentenanță 1 an pentru analizatorul HORIBA Pentra C400	1209159766/ 1209159792/ 1209114568			Compatibil cu Analizatorul HORIBA Pentra C400. Instalare si mentenanta dispozitiv. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european	Compatibil cu Analizatorul HORIBA Pentra C400. Instalare si mentenanta dispozitiv. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european	

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Cucerenco Olesea În calitate de: Jurisconsult

Ofertantul: SC "Denolga Medical" SRL Adresa: Mun. Chisinau, str. Banulescu Bodoni, 45, of. 316