

Specificații tehnice (Anexa 22)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: nr. ocds-b3wdp1-MD-1755005904173 / 21466080 din 28/08/2025							Lot: 29; 30; 73; 74; 206.	Data: „28” August, 2025	
Obiectul achiziției: Invitație de participare la reofertare în scopul atribuirii contractelor subsecvente ca urmare a acordului-cadru (ocds... 23084 din 12.08.2025) încheiat prin procedura de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1721649223084 din 07.10.2024 „privind încheierea acordului-cadru - Dispozitivelor medicale cu coduri generice pentru anii 2025-2027									
Codul CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	ISO, CE
1		2		3	4	5	6	7	ISO, CE
33100000-1	29	Lampă fototerapie pentru nou-născuți (caracteristici de baza) 130260	Lampă fototerapie pentru nou-născuți (caracteristici de baza) 130260	BC 050	Turcia	OKUMAN Medikal Sistemler A.S.	Lampă fototerapie pentru nou-născuți (caracteristici de baza)Ⓜ CodⓂ30260 DescriereⓂLampă de fototerapie UV pentru a scădea nivelul de bilirubină în sânge la nou-născuți, prematuri Tip pacientⓂnou-născut, prematur MobilăⓂobligatoriu Troleu stabil cu min. 4 roți cu frânăⓂobligatoriu Acoperire anticorozivăⓂobligatoriu Înălțime ajustabilăⓂ140-160 mm Unghi de iradiere ajustabil cu blocarea poziției necesareⓂobligatoriu Unghi de iradiere la 90 gradeⓂobligatoriu Tipul sursei UVⓂEED Lungimea de undăⓂ30-460nm Nivele de iradiereⓂ2, (normal, intensiv) Puterea de iradiere la 30 cm, mod normalⓂ25 μW / cm2/ nm Puterea de iradiere la 30 cm, mod intensivⓂ35 μW / cm2 / nm Suprafața de iradiere la 30 cmⓂ40x20 cm Durata de viață a sursei de luminăⓂ50 000 ore Contor de timp digitalⓂobligatoriu Tensiune de alimentareⓂ220 V, 50 Hz Ⓜ	Lampă fototerapie pentru nou-născuți (caracteristici de baza)Ⓜ DescriereⓂLampă de fototerapie UV pentru a scădea nivelul de bilirubină în sânge la nou-născuți, prematuri Tip pacientⓂnou-născut, prematur MobilăⓂobligatoriu Troleu stabil cu min. 4 roți cu frânăⓂCorespunde Acoperire anticorozivăⓂCorespunde Înălțime ajustabilăⓂ140-160 mm Unghi de iradiere ajustabil cu blocarea poziției necesareⓂCorespunde Unghi de iradiere la 90 gradeⓂCorespunde Tipul sursei UVⓂEED Lungimea de undăⓂ30-460nm - Corespunde, 450-470 nm, ce este ce mai efectiva gama la nivel clinic Nivele de iradiereⓂ2, (normal, intensiv) Puterea de iradiere la 30 cm, mod normalⓂ25 μW / cm2/ nm Puterea de iradiere la 30 cm, mod intensivⓂ35 μW / cm2 / nm Suprafața de iradiere la 40 cmⓂ50x30 cm Durata de viață a sursei de luminăⓂ50 000 ore Contor de timp digitalⓂCorespunde Tensiune de alimentareⓂ220 V, 50 Hz	DM000746485
33100000-1	30	Lampă fototerapie pentru nou-născuți (caracteristici medii) 130270	Lampă fototerapie pentru nou-născuți (caracteristici medii) 130270	BC 050	Turcia	OKUMAN Medikal Sistemler A.S.	Lampă fototerapie pentru nou-născuți (caracteristici medii)Ⓜ CodⓂ30270 DescriereⓂLampă de fototerapie UV pentru a scădea nivelul de bilirubină în sânge la nou-născuți, prematuri Tip pacientⓂnou-născut, prematur MobilăⓂobligatoriu Troleu stabil cu min. 4 roți cu frânăⓂobligatoriu Acoperire anticorozivăⓂobligatoriu Înălțime ajustabilăⓂ140-160 mm Unghi de iradiere ajustabil cu blocarea poziției necesareⓂobligatoriu Unghi de iradiere la 90 gradeⓂobligatoriu Tipul sursei UVⓂEED Lungimea de undăⓂ30-460nm Nivele de iradiereⓂ2, (normal, intensiv) Puterea de iradiere la 30 cm, mod normalⓂ30 μW / cm2/ nm Puterea de iradiere la 30 cm, mod intensivⓂ55 μW / cm2 / nm Suprafața de iradiere la 30 cmⓂ50x20 cm Durata de viață a sursei de luminăⓂ50 000 ore Contor de timp digitalⓂobligatoriu Tensiune de alimentareⓂ220 V, 50 Hz	Lampă fototerapie pentru nou-născuți (caracteristici medii)Ⓜ DescriereⓂLampă de fototerapie UV pentru a scădea nivelul de bilirubină în sânge la nou-născuți, prematuri Tip pacientⓂnou-născut, prematur MobilăⓂobligatoriu Troleu stabil cu min. 4 roți cu frânăⓂCorespunde Acoperire anticorozivăⓂCorespunde Înălțime ajustabilăⓂ140-160 mm Unghi de iradiere ajustabil cu blocarea poziției necesareⓂCorespunde Unghi de iradiere la 90 gradeⓂCorespunde Tipul sursei UVⓂEED Lungimea de undăⓂ30-460nm - Corespunde, 450-470 nm, ce este ce mai efectiva gama la nivel clinic Nivele de iradiereⓂ2, (normal, intensiv) Puterea de iradiere la 30 cm, mod normalⓂ30 μW / cm2/ nm Puterea de iradiere la 30 cm, mod intensivⓂ55 μW / cm2 / nm Suprafața de iradiere la 40 cmⓂ50x30 cm Durata de viață a sursei de luminăⓂ50 000 ore Contor de timp digitalⓂCorespunde Tensiune de alimentareⓂ220 V, 50 Hz	DM000746485
33100000-1	73	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 400-500L 140730	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 400-500L 140730	EKT 425	Turcia	EMSAS ELEKTRIK MALZEMELERI SANAYI VE TICARET A.S.	Conform Anunt de Participare. Specificatie tehnica solicitata pentru LOT 73	Conform Anexa 73, Confirmarea parametrilor tehnici solicitati pentru LOT 73	DM000578864
33100000-1	74	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 500-600L 140740	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 500-600L 140740	EKT 725	Turcia	EMSAS ELEKTRIK MALZEMELERI SANAYI VE TICARET A.S.	Conform Anunt de Participare. Specificatie tehnica solicitata pentru LOT 74	Conform Anexa 74, Confirmarea parametrilor tehnici solicitati pentru LOT 74	DM000430801

Codul CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	ISO, CE
33100000-1	206	Incubator pentru nou-născuți 300600	Incubator pentru nou-născuți 300600	OKM 801 + accesorii	Turcia	OKUMAN Medikal Sistemler A.S.	Conform Anunt de Participare. Specificatie tehnica solicitata pentru LOT 206	Conform Anexa 206, Confirmarea parametrilor tehnici solicitati pentru LOT 206	DM000752233

Semnăt: _____ Numele, prenumele: Petru Bolea în calitate de: Șef Departament Comercial
Ofertantul: S.C. Imunotehnomed S.R.L. Adresa: Str. Gheorghe Asachi 42, MD-2028, Chisinau, Moldova