

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1697614210785**

Obiectul de achiziției: Servicii de deservire și reparație a dispozitivelor medicale a.2023, repetat 2

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
LOT 3						
Dispozitivul Roentgen Shimadzu Flexavision F3	061-71536-02	Japonia	Shimadzu	Defect: Nu detectează poziția detectorului. Senzorul de poziționare defect. Lucrări necesare: Instalarea Sensor de pozitionare a detectorului (Cod de referință 061-71536-02 photo sensor, EE-SP 411)	Defect: Nu detectează poziția detectorului. Senzorul de poziționare defect. Lucrări necesare: Instalarea Sensor de pozitionare a detectorului (Cod de referință 061-71536-02 photo sensor, EE-SP 411)	CE
LOT 4						
Dispozitivul Roentgen Shimadzu Flexavision F3	061-71530-01	Japonia	Shimadzu	Defect: Nu detectează poziția detectorului. Senzorul de poziționare defect. Lucrări necesare: Instalarea Sensor de pozitionare a detectorului (cod de referință 061-71530-01 photo sensor, EE-SY671)	Defect: Nu detectează poziția detectorului. Senzorul de poziționare defect. Lucrări necesare: Instalarea Sensor de pozitionare a detectorului (cod de referință 061-71530-01 photo sensor, EE-SY671)	CE

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Botnaru Andrei În calitate de: Director

Ofertantul: Neotec SRL Adresa: mun. Chisinau, str.Zaikin, 37