

## Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

|  |   |
|--|---|
|  | Numărul procedurii de achiziție 21013379 din 17.10.2019         |
|  | Denumirea procedurii de achiziție: Cererea ofertelor de prețuri |

| Nr lot | Denumirea bunurilor                      | Modelul articoului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
|--------|--|--------------------|-----------------|--------------|---|--|------------------------|
| 1      | 2  | 3                  | 4               | 5            | 6   | 7  | 8                      |
| 2      | Ser diagnostic anti-salmonella OMA       | 60801              | Franța          | Bio-Rad      | flacon 3 ml, minim 150 de teste   | flacon 3 ml, minim 150 de teste                        | ISO,CE                 |
| 3      | Ser diagnostic anti-salmonella OMB       | 60811              | Franța          | Bio-Rad      | flacon 3 ml, minim 150 de teste   | flacon 3 ml, minim 150 de teste                        | ISO,CE                 |
| 4      | Ser diagnostic anti-salmonella OMC       | 60821              | Franța          | Bio-Rad      | flacon 3 ml, minim 150 de teste   | flacon 3 ml, minim 150 de teste                        | ISO,CE                 |
| 5      | Ser diagnostic anti-salmonella OMF       | 60851              | Franța          | Bio-Rad      | flacon 3 ml, minim 150 de teste   | flacon 3 ml, minim 150 de teste                        | ISO,CE                 |
| 6      | Ser diagnostic anti-salmonella OME       | 60841              | Franța          | Bio-Rad      | flacon 3 ml, minim 150 de teste   | flacon 3 ml, minim 150 de teste                        | ISO,CE                 |
| 8      | Ser diagnostic anti-salmonella O:3,10,15 | 59112              | Franța          | Bio-Rad      | flacon 3 ml, minim 150 de teste   | flacon 3 ml, minim 150 de teste                        | ISO,CE                 |
| 10     | Ser diagnostic anti-salmonella O:4,5     | 59021              | Franța          | Bio-Rad      | flacon 3 ml, minim 150 de teste   | flacon 3 ml, minim 150 de teste                        | ISO,CE                 |
| 11     | Ser diagnostic anti-salmonella O:9       | 59101              | Franța          | Bio-Rad      | flacon 3 ml, minim 150 de teste   | flacon 3 ml, minim 150 de teste                        | ISO,CE                 |
| 14     | Ser diagnostic anti-salmonella O:1,2     | 59031              | Franța          | Bio-Rad      | flacon 3 ml, minim 150 de teste   | flacon 3 ml, minim 150 de teste                        | ISO,CE                 |
| 20     | Ser diagnostic anti-salmonella O:7       | 59081              | Franța          | Bio-Rad      | flacon 3 ml, minim 150 de teste   | flacon 3 ml, minim 150 de teste                        | ISO,CE                 |
| 21     | Ser diagnostic anti-salmonella O:8       | 59091              | Franța          | Bio-Rad      | flacon 3 ml, minim 150 de teste   | flacon 3 ml, minim 150 de teste                        | ISO,CE                 |
| 22     | Ser diagnostic anti-salmonella O:11      | 59141              | Franța          | Bio-Rad      | flacon 3 ml, minim 150 de teste   | flacon 3 ml, minim 150 de teste                        | ISO,CE                 |

|      |                                     |       |        |         |   |   |        |
|------|-------------------------------------|-------|--------|---------|---|---|--------|
| 28   | Ser diagnostic anti-salmonella H:MA | 60451 | Franța | Bio-Rad | flacon 3 ml, minim 150 de teste   | flacon 3 ml, minim 150 de teste                           | ISO,CE |
| 29   | Ser diagnostic anti-salmonella H:MB | 60461 | Franța | Bio-Rad | flacon 3 ml, minim 150 de teste   | flacon 3 ml, minim 150 de teste                           | ISO,CE |
| 30   | Ser diagnostic anti-salmonella H:MC | 60471 | Franța | Bio-Rad | flacon 3 ml, minim 150 de teste   | flacon 3 ml, minim 150 de teste                           | ISO,CE |
| 35   | Ser diagnostic anti-salmonella H:a  | 60111 | Franța | Bio-Rad | flacon 3 ml, minim 150 de teste   | flacon 3 ml, minim 150 de teste                           | ISO,CE |
| 36   | Ser diagnostic anti-salmonella H:b  | 60121 | Franța | Bio-Rad | flacon 3 ml, minim 150 de teste   | flacon 3 ml, minim 150 de teste                           | ISO,CE |
| 37   | Ser diagnostic anti-salmonella H:c  | 60131 | Franța | Bio-Rad | flacon 3 ml, minim 150 de teste   | flacon 3 ml, minim 150 de teste                           | ISO,CE |
| 38   | Ser diagnostic anti-salmonella H:d  | 60141 | Franța | Bio-Rad | flacon 3 ml, minim 150 de teste   | flacon 3 ml, minim 150 de teste                           | ISO,CE |
| 39   | Ser diagnostic anti-salmonella H:i  | 60161 | Franța | Bio-Rad | flacon 3 ml, minim 150 de teste   | flacon 3 ml, minim 150 de teste                           | ISO,CE |
| 42   | Ser diagnostic anti-salmonella H:y  | 60211 | Franța | Bio-Rad | flacon 3 ml, minim 150 de teste   | flacon 3 ml, minim 150 de teste                           | ISO,CE |
| 43   | Ser diagnostic anti-salmonella H:r  | 60201 | Franța | Bio-Rad | flacon 3 ml, minim 150 de teste   | flacon 3 ml, minim 150 de teste                           | ISO,CE |
| 44   | Ser diagnostic anti-salmonella H:v  | 61115 | Franța | Bio-Rad | flacon 3 ml, minim 150 de teste   | flacon 3 ml, minim 150 de teste                           | ISO,CE |
| 45   | Ser diagnostic anti-salmonella H:w  | 61116 | Franța | Bio-Rad | flacon 3 ml, minim 150 de teste   | flacon 3 ml, minim 150 de teste                           | ISO,CE |
| 48   | Ser diagnostic anti-salmonella H:k  | 60171 | Franța | Bio-Rad | flacon 3 ml, minim 150 de teste   | flacon 3 ml, minim 150 de teste                           | ISO,CE |
| 53   | Ser diagnostic anti-salmonella H:z  | 60221 | Franța | Bio-Rad | flacon 3 ml, minim 150 de teste   | flacon 3 ml, minim 150 de teste                           | ISO,CE |
| 54   | Ser diagnostic anti-salmonella H:h  | 61119 | Franța | Bio-Rad | flacon 3 ml, minim 150 de teste   | flacon 3 ml, minim 150 de teste                           | ISO,CE |
| 55   | Ser diagnostic anti-salmonella H:x  | 61123 | Franța | Bio-Rad | flacon 3 ml, minim 150 de teste   | flacon 3 ml, minim 150 de teste                           | ISO,CE |
| 60   | Ser diagnostic anti-salmonella H:m  | 61117 | Franța | Bio-Rad | flacon 3 ml, minim 150 de teste   | flacon 3 ml, minim 150 de teste                           | ISO,CE |
| 64   | Ser diagnostic anti-salmonella H:p  | 61118 | Franța | Bio-Rad | flacon 3 ml, minim 150 de teste   | flacon 3 ml, minim 150 de teste                           | ISO,CE |
| 67   | Ser diagnostic anti-salmonella H:2  | 61111 | Franța | Bio-Rad | flacon 3 ml, minim 150 de teste   | flacon 3 ml, minim 150 de teste                           | ISO,CE |
| 68   | Ser diagnostic anti-salmonella H:5  | 61112 | Franța | Bio-Rad | flacon 3 ml, minim 150 de teste   | flacon 3 ml, minim 150 de teste                           | ISO,CE |
| 69   | Ser diagnostic anti-salmonella H:6  | 61113 | Franța | Bio-Rad | flacon 3 ml, minim 150 de teste   | flacon 3 ml, minim 150 de teste                           | ISO,CE |
| 70   | Ser diagnostic anti-salmonella H:7  | 61114 | Franța | Bio-Rad | flacon 3 ml, minim 150 de teste   | flacon 3 ml, minim 150 de teste                           | ISO,CE |
| 77.1 | Bulion Lauril Tryptosa              | CM-   | MB     | Rapid-  | Borcan de max 500g <b>Compozitia:</b><br>triptosa 20,0 g; lactoză 5,0 g; clorura de | Borcan de max 500g<br><b>Compozitia:</b> triptosa 20,0 g; | ISO,CE |

|      |                             |            |    |            |   |   |        |
|------|-----------------------------|------------|----|------------|---|---|--------|
|      |                             | LTSB297    |    | Labs       | sodiu 5,0 g; Di-potassium hydrogen fosfat 2,75g; Potassium dihidrogen fosfat 2,75 g; sodium lauril sulfat 0,1g.                           | lactoză 5,0 g; clorura de sodiu 5,0 g; Di-potassium hydrogen fosfat 2,75g; Potassium dihidrogen fosfat 2,75 g; sodium lauril sulfat 0,1g. |        |
| 77.2 | Bulion Brilliant Green Bile | CM-BGBB127 | MB | Rapid-Labs | Borcan de max 500g Compozitia: digest enzimatic de cazeină 10,0 g; lactoză 10,0 g; Ox-Bile (pirified)- 20,0 g; verde brilliant- 0,0133 g. | Borcan de max 500g Compozitia: digest enzimatic de cazeină 10,0 g; lactoză 10,0 g; Ox-Bile (pirified)- 20,0 g; verde brilliant- 0,0133 g. | ISO,CE |

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Sergiu RATA În calitate de: Director General  
 Ofertantul: S.C. Imunotehnomed S.R.L. Adresa: Str. Gheorghe Asachi 42, MD-2028, Chisinau, Moldova