



BIOSISTEM MLD

IDNO: 1010600028048;
adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău
tel. +373-22-808719, fax +373-22-808519
e-mail: biosistem.mld@gmail.com

Anexa nr. 7
la Documentația standard
conform Ordin MF Nr. 115
din 15.09.2021

CERERE DE PARTICIPARE

Către: CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE

adresa: MD-2005, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, mun. Chișinău MD-2005, bd. Grigore Vieru, 22/2

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselectie apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și/sau SIA RSAP MTender, nr. ocds-b3wdp1-MD-1767952759354 din 01.02.2026, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de Achiziționarea dispozitivelor medicale (analizatoare) conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru 2026

noi, SRL Biosistem mld, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării: 30.01.2026

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL Biosistem mld _____

(semnătura autorizată)



BIOSISTEM MLD

IDNO: 1010600028048;
adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău
tel. +373-22-808719, fax +373-22-808519
e-mail: biosistem.mld@gmail.com

Anexa nr. 7
la Documentația standard
conform Ordin MF Nr. 115
din 15.09.2021

DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei

Către: CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE
adresa: MD-2005, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, mun. Chișinău MD-2005, bd.
Grigore Vieru, 22/2

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea de: "Achiziționarea dispozitivelor medicale (analizatoare) conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru 2026"

prin procedura de achiziție - Licitație deschisă Nr. ocds-b3wdp1-MD-1767952759354 din 01.02.2026

pentru o durată de 160 (una sută șaizeci) zile, respectiv până la data de 11.07.2026, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării: 30.01.2026

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL Biosistem mld _____

(semnătura autorizată)



Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1767952759354 din 01.02.2026								
Obiectul achiziției: Achiziționarea dispozitivelor medicale (analizatoare) conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru 2026								
Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>
2	Analizator automat imunologic ,cu chemoluminescență	Analizator imunologic automat	RL-C2000 Fully Automatic Chemiluminescence Immunoassay Analyzer	China	HANGZHOU REALY TECH CO., LTD.	Analizator imunologic automat Descriere Analizoarele compacte de tip CLIA benchtop sunt echipamente de laborator de dimensiuni reduse, proiectate pentru efectuarea testelor imunologice pe baza tehnologiei de chemiluminescență. Acestea combină sensibilitatea ridicată a detecției luminoase cu un format miniaturizat, adaptat laboratoarelor mici, cabinetelor medicale, spitalelor cu activitate redusă sau punctelor de recoltare unde spațiul este limitat. Parametru Specificație Tip sistem Mini-CLIA, benchtop Principiu / Metoda de lucru Chemiluminescență (CLIA) Tip probă ser plasmă Capacitate de lucru (teste/oră) ≥ 30 probe/oră Timp prim rezultat ≤ 20 min Capacitate probe ≥ 8 probe pe rundă (batch) Sistem reactivi Cartuş individual Ecran tactil integrat Obligatoriu Conectivitate LIS bidirecțional Greutate ≤ 35 kg Program control al calității Obligatoriu Calibrare Automat Interfață PC Obligatoriu Limba de comunicare Rom/Eng Posibilitatea de a imprima rezultatele Obligatoriu Alimentarea 220 V, 50 Hz Să fie inclus toți reagenții necesari cât și alte accesorii, piese necesare pentru efectuarea analizelor și buna funcționare ≥ 50 analize (pentru testare/instruire) Note: Oferta de preț trebuie să includă reactivii necesari pentru testele indicate, soluțiile QC și calibrare Cantitatea soluțiilor propuse trebuie să asigure efectuarea procedurilor de control al calității și calibrare, ori de câte ori este necesar. Furnizorul va asigura: Transmiterea către spital documentația completă privind conectarea analizatorului la sistemul informatic (H3 SIA AMS/AMP) și să asigure suportul tehnic necesar echipei desemnate de spital sau firmei de software care realizează efectiv conectarea. Instruirea personalului. Menținerea preventivă și corectivă gratuită pe toată durata contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator, UPS, sistem filtrare). Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe toată durata contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator, UPS, sistem filtrare apă). Toate consumabilele necesare gratuite pe toată durata contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator, UPS, sistem filtrare apă), dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială. Timpul de intervenție în caz de defect: maxim 24 ore de la solicitarea telefonică. Preț pentru reactivi nemodificat pentru toată perioada contractului. Perioada de valabilitate pentru reagenții livrați: La momentul livrării: Minim 6 luni, dar nu mai puțin de 80% din termenul total de valabilitate. Să se indice timpul de stabilitate a reactivilor după deschidere. Termenele mai mari vor fi considerate un avantaj. Operatorul Economic va include în prețul dispozitivului medical și prețurile pentru fiecare test considerând: Efectuarea controlului calității pentru fiecare test în fiecare zi lucrătoare. Efectuarea calibrării ori de câte ori va fi necesar (în baza rezultatului controlului calității). Toate piesele și kiturile de mentenanță necesare bunei funcționării pe întreaga perioadă a contractului. Toate consumabilele, inclusiv: soluții de spălare, soluții de buffer, electrozi/modul ISE, cuve/rotor pentru reacție, lămpi și tot spectrul de consumabile necesare bunei funcționări pentru efectuarea tuturor testelor solicitate de IMSP. Toate serviciile de mentenanță preventivă și corectivă necesare bunei funcționări pe perioada contractului. Respectiv, se vor lua în calcul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioadă contractului.	Brosura "Fully Automatic Chemiluminescence Immunoassay Analyzer" Analizator imunologic automat Descriere Analizoarele compacte de tip CLIA benchtop sunt echipamente de laborator de dimensiuni reduse, proiectate pentru efectuarea testelor imunologice pe baza tehnologiei de chemiluminescență. Acestea combină sensibilitatea ridicată a detecției luminoase cu un format miniaturizat, adaptat laboratoarelor mici, cabinetelor medicale, spitalelor cu activitate redusă sau punctelor de recoltare unde spațiul este limitat. Parametru Specificație Tip sistem Mini-CLIA, benchtop Principiu / Metoda de lucru Chemiluminescență (CLIA) Tip probă ser plasmă Capacitate de lucru (teste/oră) 32 probe/oră Timp prim rezultat ≤ 20 min Capacitate probe ≥ 8 probe pe rundă (batch) Sistem reactivi Cartuş individual Ecran tactil integrat Obligatoriu Conectivitate LIS bidirecțional Greutate 37 kg Program control al calității Obligatoriu Calibrare Automat Interfață PC Obligatoriu Limba de comunicare Rom/Eng Posibilitatea de a imprima rezultatele Obligatoriu Alimentarea 220 V, 50 Hz Să fie inclus toți reagenții necesari cât și alte accesorii, piese necesare pentru efectuarea analizelor și buna funcționare ≥ 50 analize (pentru testare/instruire) Note: Oferta de preț trebuie să includă reactivii necesari pentru testele indicate, soluțiile QC și calibrare Cantitatea soluțiilor propuse trebuie să asigure efectuarea procedurilor de control al calității și calibrare, ori de câte ori este necesar. Furnizorul va asigura: Transmiterea către spital documentația completă privind conectarea analizatorului la sistemul informatic (H3 SIA AMS/AMP) și să asigure suportul tehnic necesar echipei desemnate de spital sau firmei de software care realizează efectiv conectarea. Instruirea personalului. Menținerea preventivă și corectivă gratuită pe toată durata contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator, UPS, sistem filtrare). Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe toată durata contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator, UPS, sistem filtrare apă), dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială. Timpul de intervenție în caz de defect: maxim 24 ore de la solicitarea telefonică. Preț pentru reactivi nemodificat pentru toată perioada contractului. Perioada de valabilitate pentru reagenții livrați: La momentul livrării: Minim 6 luni, dar nu mai puțin de 80% din termenul total de valabilitate. Să se indice timpul de stabilitate a reactivilor după deschidere. Termenele mai mari vor fi considerate un avantaj. Operatorul Economic va include în prețul dispozitivului medical și prețurile pentru fiecare test considerând: Efectuarea controlului calității pentru fiecare test în fiecare zi lucrătoare. Efectuarea calibrării ori de câte ori va fi necesar (în baza rezultatului controlului calității). Toate piesele și kiturile de mentenanță necesare bunei funcționării pe întreaga perioadă a contractului. Toate consumabilele, inclusiv: soluții de spălare, soluții de buffer, electrozi/modul ISE, cuve/rotor pentru reacție, lămpi și tot spectrul de consumabile necesare bunei funcționări pentru efectuarea tuturor testelor solicitate de IMSP. Toate serviciile de mentenanță preventivă și corectivă necesare bunei funcționări pe perioada contractului. Respectiv, se vor lua în calcul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioadă contractului.	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000642750
		Tumor marker, Total Prostate Specific Antigen (t-PSA)	C2KA015 Total Prostate Specific Antigen (t-PSA) Assay Reagent Kit (CMIA)	China	HANGZHOU REALY TECH CO., LTD.	Tumor marker, Total Prostate Specific Antigen (t-PSA)	Tumor marker, Total Prostate Specific Antigen (t-PSA)	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000067417
		Thyroid function, Free T3 (FT3)	C2KB001 Free T3 (FT3) Assay Reagent Kit(CMIA)	China	HANGZHOU REALY TECH CO., LTD.	Thyroid function, Free T3 (FT3)	Thyroid function, Free T3 (FT3)	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000642716
		Thyroid function, Free T4 (FT4)	C2KB002 Free T4 (FT4) Assay Reagent Kit(CMIA)	China	HANGZHOU REALY TECH CO., LTD.	Thyroid function, Free T4 (FT4)	Thyroid function, Free T4 (FT4)	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000642717
		Thyroid function, Total T3 (TT3)	C2KB003 Total T3 (TT3) Assay Reagent Kit(CMIA)	China	HANGZHOU REALY TECH CO., LTD.	Thyroid function, Total T3 (TT3)	Thyroid function, Total T3 (TT3)	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000642718



		Thyroid function, Total T4 (TT4)	C2KB004 Total T4 (TT4) Assay Reagent Kit(CMIA)	China	HANGZHOU REALY TECH CO., LTD.	Thyroid function, Total T4 (TT4)	Thyroid function, Total T4 (TT4)	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000642719
		Thyroid function, Thyroid Stimulating Hormone (TSH)	C2KB005 Thyroid Stimulating Hormone (TSH) Assay Reagent Kit(CMIA)	China	HANGZHOU REALY TECH CO., LTD.	Thyroid function, Thyroid Stimulating Hormone (TSH)	Thyroid function, Thyroid Stimulating Hormone (TSH)	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000642720
		Thyroid function, Thyroglobulin (TG)	C2KB008 Thyroglobulin (TG) Assay Reagent Kit (CMIA)	China	HANGZHOU REALY TECH CO., LTD.	Thyroid function, Thyroglobulin (TG)	Thyroid function, Thyroglobulin (TG)	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000642721
		Thyroid function, Anti- Thyroglobulin (Anti- Tg)	C2KB006 Anti-Thyroglobulin (Anti-Tg) Assay Reagent Kit (CMIA)	China	HANGZHOU REALY TECH CO., LTD.	Thyroid function, Anti- Thyroglobulin (Anti-Tg)	Thyroid function, Anti- Thyroglobulin (Anti-Tg)	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000868865
		Thyroid function, Anti-Thyroid Peroxidase (Anti-TPO)	C2KB007 Anti-Thyroid Peroxidase (Anti-TPO) Assay Reagent Kit (CMIA)	China	HANGZHOU REALY TECH CO., LTD.	Thyroid function, Anti-Thyroid Peroxidase (Anti-TPO)	Thyroid function, Anti-Thyroid Peroxidase (Anti-TPO)	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000868884
		Hormone, Follicle- Stimulating Hormone (FSH)	C2KC001 Follicle-Stimulating Hormone (FSH) Assay Reagent Kit(CMIA)	China	HANGZHOU REALY TECH CO., LTD.	Hormone, Follicle- Stimulating Hormone (FSH)	Hormone, Follicle- Stimulating Hormone (FSH)	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000642722
		Hormone, Prolactin (PRL)	C2KC002 Prolactin (PRL) Assay Reagent Kit(CMIA)	China	HANGZHOU REALY TECH CO., LTD.	Hormone, Prolactin (PRL)	Hormone, Prolactin (PRL)	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000642723
		Hormone, Estradiol (E2)	C2KC003 Progesterone (PROG) Assay Reagent Kit(CMIA)	China	HANGZHOU REALY TECH CO., LTD.	Hormone, Estradiol (E2)	Hormone, Estradiol (E2)	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000642725
		Hormone, Luteinizing Hormone (LH)	C2KC010 Luteinizing Hormone (LH) Assay Reagent Kit (CMIA)	China	HANGZHOU REALY TECH CO., LTD.	Hormone, Luteinizing Hormone (LH)	Hormone, Luteinizing Hormone (LH)	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000642728
		Hormone, Testosterone	C2KC012 Testosterone Assay Reagent Kit(CMIA)	China	HANGZHOU REALY TECH CO., LTD.	Hormone, Testosterone	Hormone, Testosterone	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000642729
		Anemia, Ferritin (Fer)	C2KD003 Ferritin (Fer) Assay Reagent Kit (CMIA)	China	HANGZHOU REALY TECH CO., LTD.	Anemia, Ferritin (Fer)	Anemia, Ferritin (Fer)	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000642731
		Bone metabolism, 25-Hydroxy Vitamin D (25- OH VD)	C2KH001 25-Hydroxy Vitamin D (25-OH VD) Assay Reagent Kit (CMIA)	China	HANGZHOU REALY TECH CO., LTD.	Bone metabolism, 25-Hydroxy Vitamin D (25- OH VD)	Bone metabolism, 25-Hydroxy Vitamin D (25- OH VD)	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000642740
		Diabetes, C-peptide (CP)	C2KG003 C-peptide (CP) Assay Reagent Kit (CMIA)	China	HANGZHOU REALY TECH CO., LTD.	Diabetes, C-peptide (CP)	Diabetes, C-peptide (CP)	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000642739
		Consumul de energie electrică al dispozitivelor medicale (echipamentele medicale)	Consumul de energie electrică al dispozitivelor medicale (echipamentele	-	-	-	-	ISO, CE

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Poata Vitalie În calitate de: Administrator
Ofertantul: SRL Biosistem mld Adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1767952759354 din 01.02.2026												
Obiectul achiziției: Achiziționarea dispozitivelor medicale (analizatoare) conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru 2026												
Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/ prestare	Cod CPV	Clasificare bugetară (IBAN)	Discount %
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>	<u>12</u>	<u>13</u>
2	Analizator automatic imunologic ,cu chemoluminescență	Analizator imunologic automat	buc	1	191 900.00	230 280.00	191 900.00	230 280.00	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	33100000-1	-	-
		Tumor marker, Total Prostate Specific Antigen (t-PSA)	Investigații	120	112.85	135.42	13 542.00	16 250.40		33100000-1	-	-
		Thyroid function, Free T3 (FT3)	Investigații	120	81.80	98.16	9 816.00	11 779.20		33100000-1	-	-
		Thyroid function, Free T4 (FT4)	Investigații	120	81.80	98.16	9 816.00	11 779.20		33100000-1	-	-
		Thyroid function, Total T3 (TT3)	Investigații	120	81.80	98.16	9 816.00	11 779.20		33100000-1	-	-
		Thyroid function, Total T4 (TT4)	Investigații	120	81.80	98.16	9 816.00	11 779.20		33100000-1	-	-
		Thyroid function, Thyroid Stimulating Hormone (TSH)	Investigații	120	81.80	98.16	9 816.00	11 779.20		33100000-1	-	-
		Thyroid function, Thyroglobulin (TG)	Investigații	120	95.60	114.72	11 472.00	13 766.40		33100000-1	-	-
		Thyroid function, Anti- Thyroglobulin (Anti-Tg)	Investigații	120	135.85	163.02	16 302.00	19 562.40		33100000-1	-	-
		Thyroid function, Anti-Thyroid Peroxidase (Anti-TPO)	Investigații	120	135.85	163.02	16 302.00	19 562.40		33100000-1	-	-
		Hormone, Follicle- Stimulating Hormone (FSH)	Investigații	120	91.00	109.20	10 920.00	13 104.00		33100000-1	-	-
		Hormone, Prolactin (PRL)	Investigații	120	91.00	109.20	10 920.00	13 104.00		33100000-1	-	-
		Hormone, Estradiol (E2)	Investigații	120	99.00	118.80	11 880.00	14 256.00		33100000-1	-	-
		Hormone, Luteinizing Hormone (LH)	Investigații	120	91.00	109.20	10 920.00	13 104.00		33100000-1	-	-
		Hormone, Testosterone	Investigații	120	109.40	131.28	13 128.00	15 753.60		33100000-1	-	-
		Anemia, Ferritin (Fer)	Investigații	120	95.60	114.72	11 472.00	13 766.40		33100000-1	-	-
		Bone metabolism, 25-Hydroxy Vitamin D (25- OH VD)	Investigații	120	203.70	244.44	24 444.00	29 332.80		33100000-1	-	-
		Diabetes, C-peptide (CP)	Investigații	120	135.85	163.02	16 302.00	19 562.40		33100000-1	-	-

IDNO: 1010600028048;
adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău
tel. +373-22-808719, fax +373-22-808519
e-mail: biosistem.mld@gmail.com



Anexa nr. 22
la Documentația standard
conform Ordin MF Nr. 115
din 15.09.2021

		Consumul de energie electrică al dispozitivelor medicale (echipamentele medicale)	kw	2016	2.81	3.03	5 664.96	6 108.48		33100000-1	-	-
						TOTAL LOT	414 248.96	496 409.28				
						TOTAL Oferta	414 248.96	496 409.28				

Semnat: _____Numele, Prenumele: Poiata Vitalie În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Biosistem mld Adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău

IDNO: 1010600028048;
adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău
tel. +373-22-808719, fax +373-22-808519
e-mail: biosistem.mld@gmail.com

**Către Grupul de lucru pentru evaluarea
Procedurii de achiziție Nr:
ocds-b3wdp1-MD-1767952759354 din 01.02.2026
din cadrul CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE**

DECLARAȚIE

Prin prezenta, SRL „Biosistem mld”, declara ca:

- Va garanteaza instalarea și instruirea personalului beneficiarului privind utilizarea echipamentelor livrate, organizate la sediul beneficiarului de către personalul autorizat al furnizorului
- Pentru produsele care sunt înregistrate la AMDM este indicat codul înregistrării în formularul specificațiilor tehnice, coloana "Standarde de Referință"
- Termenul de garanție pentru echipament nu mai mic de 48 luni
- Va garanta perioada de reacție, jumătate de oră sau mai puțin la telefon și 24 ore sau mai puțin la locul beneficiarului în cazul apariției defecțiunilor tehnice
- Anul producerii produsului este nu mai vechi de anul 2024
- Pe durata perioadei de garanție vor fi organizate inspecții planificate/întreținere profilactică și calibrare conform programului stabilit și mentenanța dispozitivului medical pe durata perioadei de garanție efectuat de către un inginer calificat
- Numărul de înregistrare din Lista producătorilor pentru Echipamente Electronice și Electrice, conform prevederilor HG 212/2018 privind gestionarea Echipamentelor Electrice și Electronice (EEE) este MD2024-10-EEE-049
- Livrarea dispozitivelor medicale noi nefolosite (să nu fie refabricate)
- Garanteaza că nu va modifica prețul reagenților, inclusiv toate componentele necesare, pe un termen de cel puțin 48 luni, în perioada de garanție a dispozitivului medical
- Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui nu mai puțin de 80% din termenul total al produsului -