

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1696340551981 / 21096607 din: 19.10.2023 conform SIARSAP Mtender
Obiectul achiziției: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților Centrului Național de Transfuzie a Sângelui pentru anul 2024

Nr.	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	<b>Bunuri/servicii</b>						
<b>1</b>	Termostat de laborator	BJPX-HT400	China	Biobase	<p>Certificări:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Confirmarea privind prezentarea la livrare a copiilor manualului de deservire, diagrama electronica, pașaportul tehnic autorizat de producător cu descrierea părților tehnice și a componentelor dispozitivului,</li> <li>-Confirmarea privind livrarea și instalarea dispozitivelor medicale, în termen de 2 zile lucrătoare din data de notificare emisă de beneficiar.</li> <li>-Confirmarea privind instruirea gratuită a personalului implicat în operarea dispozitivului medical pe parcursul a 1(una) zile din momentul punerii în funcțiune a dispozitivului.</li> <li>-Confirmarea privind asigurarea funcționalității, mentenanței și reparației dispozitivului medical pe toată perioada de garanție</li> <li>-Confirmarea privind anul producerii dispozitivului 2023-2024</li> <li>-Confirmarea perioadei de garanție nu mai mică de 36 luni din data finalizării procesului de instruire.</li> <li>- Confirmarea asigurării dispozitivului cu support de amplasare. Destinație: pentru termostatarea produselor biomedicale</li> </ul>	<p>Certificări:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Confirmarea privind prezentarea la livrare a copiilor manualului de deservire, diagrama electronica, pașaportul tehnic autorizat de producător cu descrierea părților tehnice și a componentelor dispozitivului,</li> <li>-Confirmarea privind livrarea și instalarea dispozitivelor medicale, în termen de 2 zile lucrătoare din data de notificare emisă de beneficiar.</li> <li>-Confirmarea privind instruirea gratuită a personalului implicat în operarea dispozitivului medical pe parcursul a 1(una) zile din momentul punerii în funcțiune a dispozitivului.</li> <li>-Confirmarea privind asigurarea funcționalității, mentenanței și reparației dispozitivului medical pe toată perioada de garanție</li> <li>-Confirmarea privind anul producerii dispozitivului 2023-2024</li> <li>-Confirmarea perioadei de garanție nu mai mică de 36 luni din data finalizării procesului de instruire.</li> <li>- Confirmarea asigurării dispozitivului cu support de amplasare. Destinație: pentru termostatarea produselor biomedicale</li> </ul>	CE/ISO

				<p>• volum de lucru 400 litri ±30 litri</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>interior din otel inox</li> <li>circulatia aerului fortata</li> </ul> <p>• posibilitatea reglarii vitezei ventilatorului: 0-100%</p> <p>sistem de incalzire (temperatura incintei nu poate fi mai mica decat cea ambienta)</p> <p>- domeniu de temperatura: + 25 C pina la + 100 C</p> <p>posibilitatea de vizualizare rapida a statusului echipamentului • ecran Touch screen color</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>prevazut cu porturi LAN si USB pentru transferul datelor</li> <li>profil temperature - timp- multisegmente</li> <li>alarme optice și acustice</li> </ul> <p>• prevazut cu memorie interna a programelor si stocare a unui registru de evenimente</p> <p>• schimbarea rapida a parametrilor. Proprietăți: Din material inoxidabil</p> <p>Dotat cu 4 rafturi rigide din inox</p> <p>Usa interior din sticla Parametrii electrice: 220/380 V, 50 Hz</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>volum de lucru 400 litri ±30 litri</li> <li>interior din otel inox</li> <li>circulatia aerului fortata</li> </ul> <p>• posibilitatea reglarii vitezei ventilatorului: 0-100%</p> <p>sistem de incalzire (temperatura incintei nu poate fi mai mica decat cea ambienta)</p> <p>- domeniu de temperatura: + 25 C pina la + 100 C</p> <p>posibilitatea de vizualizare rapida a statusului echipamentului • ecran Touch screen color</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>prevazut cu porturi LAN si USB pentru transferul datelor</li> <li>profil temperature - timp- multisegmente</li> <li>alarme optice și acustice</li> </ul> <p>• prevazut cu memorie interna a programelor si stocare a unui registru de evenimente</p> <p>• schimbarea rapida a parametrilor. Proprietăți: Din material inoxidabil</p> <p>Dotat cu 4 rafturi rigide din inox</p> <p>Usa interior din sticla Parametrii electrice: 220/380 V, 50 Hz</p>	
--	--	--	--	---	---	--

2	Etuvă cu ventilație forțată	BOV-V429FI	China	Biobase	<p>Certificări:</p> <p>-Confirmarea privind prezentarea la livrare a copiilor manualului de deservire, diagrama electronica, pașaportul tehnic autorizat de producător cu descrierea părților tehnice și a componentelor dispozitivului,</p> <p>-Confirmarea privind livrarea și instalarea dispozitivelor medicale, în termen de 2 zile lucrătoare din data de notificare emisă de beneficiar.</p> <p>-Confirmarea privind instruirea gratuită a personalului implicat în operarea dispozitivului medical pe parcursul a 1(una) zile din momentul punerii în funcțiune a dispozitivului.</p> <p>-Confirmarea privind asigurarea funcționalității, mentenanței și reparației dispozitivului medical pe toată perioada de garanție</p> <p>-Confirmarea privind anul producerii dispozitivului 2023-2024</p> <p>-Confirmarea perioadei de garanție nu mai mică de 36 luni din data finalizării procesului de instruire.</p> <p>- Confirmarea asigurării dispozitivului cu support de amplasare</p> <p>Destinație: pentru termostatarea produselor biomedicale</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• volum de lucru 400 litri ±30 litri</li> </ul>	<p>Certificări:</p> <p>-Confirmarea privind prezentarea la livrare a copiilor manualului de deservire, diagrama electronica, pașaportul tehnic autorizat de producător cu descrierea părților tehnice și a componentelor dispozitivului,</p> <p>-Confirmarea privind livrarea și instalarea dispozitivelor medicale, în termen de 2 zile lucrătoare din data de notificare emisă de beneficiar.</p> <p>-Confirmarea privind instruirea gratuită a personalului implicat în operarea dispozitivului medical pe parcursul a 1(una) zile din momentul punerii în funcțiune a dispozitivului.</p> <p>-Confirmarea privind asigurarea funcționalității, mentenanței și reparației dispozitivului medical pe toată perioada de garanție</p> <p>-Confirmarea privind anul producerii dispozitivului 2023-2024</p> <p>-Confirmarea perioadei de garanție nu mai mică de 36 luni din data finalizării procesului de instruire.</p> <p>- Confirmarea asigurării dispozitivului cu support de amplasare</p> <p>Destinație: pentru termostatarea produselor biomedicale</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• volum de lucru 400 litri ±30 litri</li> </ul>	CE/ISO
---	-----------------------------	------------	-------	---------	--	--	--------

				<ul style="list-style-type: none"> <li>interior din otel inox</li> <li>circulatia aerului fortata</li> <li>posibilitatea reglarii vitezei ventilatorului: 0-100%</li> </ul> <p>sistem de incalzire (temperatura incintei nu poate fi mai mica decat cea ambienta)</p> <p>- domeniu de temperatura: + 250C pina la + 3000C</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ecran Touch screen color</li> <li>prevazut cu porturi LAN si USB pentru transferul datelor</li> <li>profil temperature - timp- multiseimente</li> <li>alarme optice și acustice</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>interior din otel inox</li> <li>circulatia aerului fortata</li> <li>posibilitatea reglarii vitezei ventilatorului: 0-100%</li> </ul> <p>sistem de incalzire (temperatura incintei nu poate fi mai mica decat cea ambienta)</p> <p>- domeniu de temperatura: + 250C pina la + 3000C</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ecran Touch screen color</li> <li>prevazut cu porturi LAN si USB pentru transferul datelor</li> <li>profil temperature - timp- multiseimente</li> <li>alarme optice și acustice</li> </ul>	
--	--	--	--	---	---	--

Semnat: \_\_\_\_\_

Numele, Prenumele Jighili Tatiana

În calitate de: administrator

Ofertantul: SRL Triumf-Motiv

Adresa: str. Puskin 60/1, of. 4