

Specificații tehnice

Anexa nr. 22

Numărul licitației:		COP nr. 21075949/ ocds-b3wdp1-MD-1678954401172					Data:24.03.2023	Alternativa nr.: _-_-
Denumirea licitației:		Consumabile și reagenți de laborator neacoperite la LN pentru anul 2023, I.M.S.P. CENTRUL MEDICILOR DE FAMILIE MUNICIPAL BALTI						Pagina: 1 din 3
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2			4	5	6	7	8
2.	33100000-1	Lotul-2. Azopiram	Azopiram, det. sange occult	Rusia	AgatMed	Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni.Seturile să fie livrate în ambalaj securizat,marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiții de păstrare) ale produsului trebuie să fie indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cel de pe etichetele componentelor incluse în set.	50ml/set	DC
4.	33100000-1	Lotul-4. Eprubeta vacuumată cu citrat de sodiu 3,8%, volum sînge 2,5 ml	Eprubeta vacuumată cu citrat de sodiu 3,8%, volum sînge 2,5 ml	Italia	Aptaca	Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului trebuie să fie indicate pe ambalaj și pe eticheta de pe fiecare eprubeta . Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni.	ref:30500/38	DC
5.	33100000-1	Lotul-5. Eprubeta vacuumată cu K 3 EDTA, volum sînge 2,0 - 2,5 ml, cu etichetă (numărul lotului, seria, termenii de valabilitate).	Eprubeta vacuumată cu K 3 EDTA, volum sînge 2,0 ml, cu etichetă	Italia	Aptaca	Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului trebuie să fie indicate pe ambalaj și pe eticheta de pe fiecare eprubeta . Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni.	ref:30200	DC
6.	33100000-1	Lotul-6. Eprubeta vacuumată, volum sînge 4,0 ml, cu etichetă (numărul lotului, seria, termenii de valabilitate).cu accelerator cheag, clot activator imunologic	Eprubeta vacuumată, volum sînge 4,0 ml, cu etichetă. cu accelerator cheag, clot activator	Italia	Aptaca	Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului trebuie să fie indicate pe ambalaj și pe eticheta de pe fiecare eprubeta . Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni.	ref:30003	DC
7.	33100000-1	Lotul-7. Eprubeta vacuumată, volum sînge 5,0 ml, cu etichetă (numărul lotului, seria, termenii de valabilitate).cu accelerator cheag+gel separator	Eprubeta vacuumată, volum sînge 5,0 ml, cu etichetă. cu accelerator cheag+gel separator	Italia	Aptaca	Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului trebuie să fie indicate pe ambalaj și pe eticheta de pe fiecare eprubeta . Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni	ref: 30012	DC
9.	33100000-1	Lotul-9. Eprubetă vacuumată cu K3EDTA 100 mcl, praf pentru investigații hematologice din sânge periferic cu capilar pentru colectarea dozată a sîngelui	Eprubetă vacuumată cu K3EDTA 100 mcl, praf pentru investigații hematologice din sânge periferic cu capilar pentru colectarea dozată a sîngelui	Germania	Kabe	Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiții de păstrare) ale produsului trebuie să fie indicate pe ambalaj. Ambalaj al producătorului. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. Capilar pentru colectarea dozată a singelui și capae fixat de tub. 100 mcl. Cu anticoagulant în tubul colectării	ref: 077003	DC
11.	33100000-1	Lotul-11. Holter cu ac mediu pentru colectarea sîngelui în eprubeta vacuumată	Holter cu ac mediu pentru colectarea sîngelui în eprubeta vacuumată	Italia	Aptaca	Holter cu ac mediu. Date de identitate (denumire, numărul lotului ,seri, termenul de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului trebuie să fie indicate pe ambalaj și pe etichetă de pe fiecare ac. Obligatoriul este necesar prezentarea mostrelor.	ref:31221+31300	DC

13.	33100000-1	Lotul-13. Pipetă serologică sterilă de 1,0 pentru colectarea sîngelui capilar în ambalaj individual	Pipetă serologică sterilă de 1,0 pentru colectarea sîngelui capilar în ambalaj individual	China	Boen	Ambalaj individual. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului trebuie să fie indicate pe ambalaj. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni.	ref: 640601	DC
14.	33100000-1	Lotul-14. Set de control pentru proteină și glucoza urinei cu calibrator (0,2g/l-10,0ml X 4 fl + 0,4g/l-10,0ml X 4fl)	BM Control	Rusia	Medlakor	Set de control pentru proteină și glucoza urinei cu calibrator (0,2g/l-10,0ml X 4 fl + 0,4g/l-10,0ml X 4fl) 8fl x 10 ml.	Set de control pentru proteină și glucoza urinei cu calibrator (0,2g/l-10,0ml X 4 fl + 0,4g/l-10,0ml X 4fl)	DC
15.	33100000-1	Lotul-15. Set pentru determinarea anti-HCV, 96 teste	Set pentru determinarea anti-HCV, 96 teste ELISA	Italia	DiaPro	Metoda ELISA. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator să fie nu mai mic de 12 luni. Reagenții, soluțiile din set să fie lichizi și gata de lucru, în cazul cînd nu sînt liofilizați.Soluțiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile.Setul să conțină, în afară de controlul pozitiv și negativ, calibrator pentru seturile cu determinare calitativă a antigenelor și anticorpilor. Stripurile să fie detașabile, posibilitatea de a rupe stripul și de a folosi cite un godeu. Să fie posibil de a testa cite o probă.	Metoda ELISA. Seturile livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj coincid în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. Reagenții, soluțiile din set - lichizi și gata de lucru, în cazul cînd nu sînt liofilizați. Soluțiile de lucru - stabile mai mult de 30 zile. Setul conține, în afară de controlul pozitiv și negativ, calibrator pentru seturile cu determinare calitativă a antigenelor și anticorpilor. Stripurile detașabile, posibilitatea de a rupe stripul și de a folosi cite un godeu. Posibil de a testa cite o probă.	DC
16.	33100000-1	Lotul-16. Set pentru determinarea HbsAG, 96 teste	Set pentru determinarea HbsAG, 96 teste	Italia	DiaPro	Metoda ELISA. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator să fie nu mai mic de 12 luni. Reagenții, soluțiile din set să fie lichizi și gata de lucru, în cazul cînd nu sînt liofilizați.Soluțiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile.Setul să conțină, în afară de controlul pozitiv și negativ, calibrator pentru seturile cu determinare calitativă a antigenelor și anticorpilor. Stripurile să fie detașabile, posibilitatea de a rupe stripul și de a folosi cite un godeu. Să fie posibil de a testa cite o probă.	Metoda ELISA. Seturile livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj coincid în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. Reagenții, soluțiile din set lichizi și gata de lucru, în cazul cînd nu sînt liofilizați.Soluțiile de lucru stabile mai mult de 30 zile. Setul conține, în afară de controlul pozitiv și negativ, calibrator pentru seturile cu determinare calitativă a antigenelor și anticorpilor. Stripurile detașabile, posibilitatea de a rupe stripul și de a folosi cite un godeu. Posibil de a testa cite o probă.	DC
17.	33100000-1	Lotul-17. Set pentru determinarea PSA, 96 teste	Set pentru determinarea PSA, 96 teste	SUA	Monobind	Metoda ELISA. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator să fie nu mai mic de 12 luni. Reagenții, soluțiile din set să fie lichizi și gata de lucru, în cazul cînd nu sînt liofilizați.Soluțiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile.Setul să conțină, în afară de controlul pozitiv și negativ, calibrator pentru seturile cu determinare calitativă a antigenelor și anticorpilor. Stripurile să fie detașabile, posibilitatea de a rupe stripul și de a folosi cite un godeu. Să fie posibil de a testa cite o probă.	Metoda ELISA. Seturile livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj coincid în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. Reagenții, soluțiile din set lichizi și gata de lucru, în cazul cînd nu sînt liofilizați. Soluțiile de lucru stabile mai mult de 30 zile. Setul conține, în afară de controlul pozitiv și negativ, calibrator pentru seturile cu determinare calitativă a antigenelor și anticorpilor. Stripurile detașabile, posibilitatea de a rupe stripul și de a folosi cite un godeu. Posibil de a testa cite o probă.	DC

24.	33100000-1	Lotul-24. Teste de sterilizare extern	Lotul-24. Teste de sterilizare extern	Rusia	Vinar	Indicator pentru controlul calității sterilizării la 180 de grade. Extern, num. de pină la 1000 de teste pe bază adezivă , clasa a 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 de luni, instrucțiune în limba română cu registru. Registru aprobat de M.S. al RM, Ord. Nr. 828 din 31.10.2011 F257/e	Indicator pentru controlul calității sterilizării la 180°C. Extern, num. de pină la 1000 de teste pe bază adezivă , clasa a 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 de luni, instrucțiune în limba română cu registru. Registru aprobat de M.S. al RM, Ord. Nr. 828 din 31.10.2011 F257/e	DC
25.	33100000-1	Lotul-25. Teste de sterilizare interne	Lotul-25. Teste de sterilizare interne	Rusia	Vinar	Indicator pentru controlul calității sterilizării la 180°C. Intern, num. de pină la 1000 de teste pe bază adezivă , clasa a 5, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 de luni, instrucțiune în limba română cu registru. Registru aprobat de M.S. al RM, Ord. Nr. 828 din 31.10.2011 F257/e	Indicator pentru controlul calității sterilizării la 180°C. Intern, num. de pină la 1000 de teste pe bază adezivă , clasa a 5, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 de luni, instrucțiune în limba română cu registru. Registru aprobat de M.S. al RM, Ord. Nr. 828 din 31.10.2011 F257/e	DC
26.	33100000-1	Lotul-26. Țoliclon anti A	Țoliclon anti A	Rusia	Mediclon	Flacoane de 50 doze, 5 ml. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului trebuie să fie indicate pe ambalaj și pe eticheta de pe fiecare flacon . Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni	Flacoane de 50 doze, 5 ml. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj și pe eticheta de pe fiecare flacon . Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni	DC
27.	33100000-1	Lotul-27. Țoliclon anti B	Țoliclon anti B	Rusia	Mediclon	Flacoane de 50 doze, 5 ml. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului trebuie să fie indicate pe ambalaj și pe eticheta de pe fiecare flacon . Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni	Flacoane de 50 doze, 5 ml. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj și pe eticheta de pe fiecare flacon . Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni	DC
28.	33100000-1	Lotul-28. Țoliclon anti D super	Țoliclon anti D super	Rusia	Mediclon	Flacoane de 50 doze, 5 ml. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului trebuie să fie indicate pe ambalaj și pe eticheta de pe fiecare flacon . Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni	Flacoane de 50 doze, 5 ml. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj și pe eticheta de pe fiecare flacon . Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni	DC

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Tudor Ceaicovschi; În calitate de: Director General

Ofertantul: _ „GBG-MLD” SRL_____ Adresa: mun.Chișinău, str.Albisoara 64/2