

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: 21336358 din 14.01.2025**Obiectul de achiziție: achiziționarea piese de schimb, accesorii și consumabile pentru dispozitive medicale, conform necesităților IMSP AMT Rîșcani pentru 2025**

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specif tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul I						
Cablu de interconectare pentru ECG	U202-11BE	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	Cablu pacient cu 10 fire pentru ECG compatibil cu GE MAC 600 conectori de tip Banana	Cablu și fire cu 10 fire, Banana 4,0 mm, IEC compatibil cu GE MAC 600	CE
Total lot I						
Lotul IV						
Mască de oxigen pentru Concentratoare de oxigen. Adult	0100008110	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	Mască cu furtun, fabricat din PVC moale, netoxic, fara latex. De unica folosinta. Prevazuta pentru concentratie ridicata de oxigen, lungimea furtunului : 1.8m - 2.8m se fixeaza cu ajutorul unui elastic.	Mască de oxigen în stil sub bărbie, cu tub de conectare de siguranță cu conectori standard pe ambele părți. Mască de utilizat pentru medicație cu oxigen și terapie cu aerosoli. Adult Lungime (tub de oxigen) 210cm	CE
Mască de oxigen pentru Concentratoare de oxigen. Pediatric.	0100008131	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	Mască cu furtun, fabricat din PVC moale, netoxic, fara latex. De unica folosinta. Prevazuta pentru concentratie ridicata de oxigen, lungimea furtunului : 1.8m - 2.8m se fixeaza cu ajutorul unui elastic.	Măști de oxigen cu rezervor de oxigen Mască de oxigen pentru copii, fără rebreather (concentrație mare) sub bărbie, completă cu rezervor de oxigen de 600 ml și tub de legătură de siguranță, conectori standard pe ambele părți și două supape. FiO2 în % la debit L/min 40% la 6 l/min 45% la 8 l/min 55% la 10 L/min Lungime (tub de oxigen) 210cm	CE
Total lot IV						
Lotul VI						
Pompa de aer	PN0032A	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	Pompa pentru tesiometre mecanice	Pompa pentru tesiometre mecanice	CE
Manjetă pentru tonometru mecanic	U500-2A(C)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	Manjeta pentru tensiometru mecanic 60*14 cm	Manșetă NIBP duală tub pentru adulți , TPU, 25-35CM	CE
Manjetă pentru tonometru automat	U500-1A(C)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	Manjetă pentru tonometru automat 22*32 cm	Manșetă NIBP unic tub pentru adulți , TPU, 25-35CM	CE
Total lot VI						
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, prenumele: Ermicev Alexandr în calitate de: Director

Ofertantul: LABROMED LABORATOR SRL Adresa: MD 2038, Chișinău, str. Trandafirilor, 15 , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23