

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1760525506905 din 27 oct 2025, 10:30 - 17 nov 2025, 10:30
Obiectul achiziției: Achiziționarea protezelor valvulare vasculare conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2026

Co d CP V	N r. d/ o	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
		1	2	3	4	5	6	7
		Bunuri/servicii						
331 000 00- 1	8	Proteze valvulare cardiace biologice, steril, pericard bovin	Magna Ease, cod: 3300TFX	SUA	Edwards Lifescience s LLC	Aortice -țesut biologic a valvei: pericard bovin cu stent flexibil din polimer cu trei cuspide separate montate individual pe stent -tratament anticalcificare dovedit de trialuri clinice, controlate, publicate în reviste de specialitate recunoscute -deschidere sincrona a foitelor -configurație supraanulară -dizain radiopac -profil cit mai redus(protruzie aortica minimă) -tratament cu glutar –aldehida -durabilitate dovedită de 20 ani prin studii clinice publicate -perioada de valabilitate minimum 3-4 ani Marimele solicitate: N19, N 21, N23, N 25, N27, N29,	Aortice -țesut biologic a valvei: pericard bovin cu stent flexibil din polimer cu trei cuspide separate (de grosime și elasticitate similară pentru evitarea stresului mecanic) de montate individual pe stent (elastic din aliaj metalic)-tratament anticalcificare dovedit de trialuri clinice, controlate, publicate în reviste de specialitate recunoscute -deschidere sincrona a foitelor -configurație supraanulară -design radiopac -profil redus (protruzie aortica minimă) -tratament cu glutar –aldehida -durabilitate dovedită de 20 ani prin studii clinice publicate -perioada de valabilitate minimum 3-4 ani Marimele solicitate: N19, N 21, N23, N 25, N27, N29, Tratament anti calcificare pentru valva biologică, aplicat în 2 etape: termică și chimică, proces Carpentier-Edwards TheraFix, deschiderea valvulelor sincronă, Tesutul fixat pe stent cu ajutorul unei benzi pentru evitarea deformării în timp, Stentul realizat din două componente diferite – partea de bază + partea valvulară pentru menținerea geometriei valvei pe toată durata ciclului cardiac, Inel de sutură cu formă anatomică pentru o poziționare perfectă pe conturul anulusului,Inel de sutură subțire cu dimensiuni reduse pentru o bună hemodinamică a valvei, Înălțimea efectivă a valvei cu dimensiunea 21-aortic, măsurată de la baza până în varf, să fie de maxim 14 mm	DM000678682 DM000678686 DM000678685 DM000678681 DM000678684 DM000678683

Semnat:_____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director**

Ofertantul: **FCPC ”DataControl” SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. N. Testemițanu 17/6**