

**SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)**

**IMSP Spitalul Clinic de Boli Infecțioase "Toma Ciorbă".**

|                                                                                                                                          |         |                                          |                     |                 |              |                                                                           |                                                        |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------|---------------------|-----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Numărul achiziției comerciale: 21036098. ID ocds-b3wdp1-MD-1612945167229.</b>                                                         |         |                                          |                     |                 |              |                                                                           | <b>Data: 03.03.2021</b>                                | Alternativa nr.        |
| <b>Denumirea obiectului achiziției: Reagenți și consumabile de laborator conform necesităților IMSP SCBI T. Ciorba pentru anul 2021.</b> |         |                                          |                     |                 |              |                                                                           | <b>Lot:</b>                                            | pag 1 din 2            |
| № d/o                                                                                                                                    | Cod CPV | Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor | Modelul articolului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
| -                                                                                                                                        | 1       | 2                                        | 3                   | 4               | 5            | 6                                                                         | 7                                                      | 8                      |

**Reagenți biochimici.**

|    |            |                                                         |                      |         |                |                                      |                                                                                                                                                                                                            |          |
|----|------------|---------------------------------------------------------|----------------------|---------|----------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1  | 33600000-6 | ASAT                                                    | AST-UV-DAC.Lq        | Moldova | Dac-Spectromed | Flacoane cu volumul până la 125,0 ml | <b>ASAT</b> , (flacon cu vol până la 125ml). Compatibil cu analizatorul biochimic Selectra PRO M. Conform specificației tehnice depline solicitate.                                                        | ISO, CE. |
| 2  | 33600000-6 | ALAT                                                    | ALT-UV-DAC.Lq        | Moldova | Dac-Spectromed | Flacoane cu volumul până la 125,0 ml | <b>ALAT</b> , (flacon cu vol până la 125ml). Compatibil cu analizatorul biochimic Selectra PRO M. Conform specificației tehnice depline solicitate.                                                        | ISO, CE. |
| 3  | 33600000-6 | Fosfotaza alcalină DEA                                  | ALP-DEA-DAC.         | Moldova | Dac-Spectromed | Flacoane cu volumul până la 62,5 ml  | <b>Fosfotaza alcalină DEA</b> , (flacon cu vol până la 62,5ml). Compatibil cu analizatorul biochimic Selectra PRO M. Conform specificației tehnice depline solicitate.                                     | ISO, CE. |
| 4  | 33600000-6 | L-amilaza                                               | Amylo D-DAC. Lq      | Moldova | Dac-Spectromed | Flacoane cu volumul până la 50,0 ml  | <b>L-amilaza</b> , (flacon cu vol până la 50ml). Compatibil cu analizatorul biochimic Selectra PRO M. Conform specificației tehnice depline solicitate.                                                    | ISO, CE. |
| 5  | 33600000-6 | Colesterol total cu calibrator                          | Chol-DAC. Lq         | Moldova | Dac-Spectromed | Flacoane cu volumul până la 250,0 ml | <b>Cholesterol total</b> (flacon cu vol până la 250ml), cu calibrator pe bază de apă inclus în set. Compatibil cu analizatorul biochimic Selectra PRO M. Conform specificației tehnice depline solicitate. | ISO, CE. |
| 6  | 33600000-6 | Colesterol HDL                                          | Chol HDL-Direct. Lq  | Moldova | Dac-Spectromed | ml                                   | <b>Colesterol HDL</b> . Compatibil cu analizatorul biochimic Selectra PRO M. Conform specificației tehnice depline solicitate.                                                                             | ISO, CE. |
| 7  | 33600000-6 | Colesterol LDL                                          | Chol LDL-Direct. Lq  | Moldova | Dac-Spectromed | ml                                   | <b>Colesterol LDL</b> . Compatibil cu analizatorul biochimic Selectra PRO M. Conform specificației tehnice depline solicitate.                                                                             | ISO, CE. |
| 8  | 33600000-6 | Creatinina                                              | Crea Kinetic-DAC. Lq | Moldova | Dac-Spectromed | Flacoane cu volumul pîna la 125 ml   | <b>Creatinina</b> (flacon cu vol până la 125ml), cu calibrator pe bază de apă inclus în set. Compatibil cu analizatorul biochimic Selectra PRO M. Conform specificației tehnice depline solicitate.        | ISO, CE. |
| 9  | 33600000-6 | Gamma-GT                                                | GGT-DAC              | Moldova | Dac-Spectromed | Flacoane cu volumul pîna la 62,5 ml  | <b>Gamma-GT</b> , (flacon cu vol până la 62,5ml). Compatibil cu analizatorul biochimic Selectra PRO M. Conform specificației tehnice depline solicitate.                                                   | ISO, CE. |
| 10 | 33600000-6 | Glucoza cu calibrator                                   | Gluko-DAC. Lq        | Moldova | Dac-Spectromed | Flacoane cu volumul pîna la 200,0 ml | <b>Glucoza</b> (flacon cu vol până la 200ml), cu calibrator pe bază de apă inclus în set. Compatibil cu analizatorul biochimic Selectra PRO M. Conform specificației tehnice depline solicitate.           | ISO, CE. |
| 11 | 33600000-6 | Fier (Iron) chromozomal                                 | Iron Ch-DAC. Lq      | Moldova | Dac-Spectromed | Flacoane cu volumul pîna la 125,0 ml | <b>Fier (Iron) chromozorol</b> , (flacon cu vol până la 125ml). Compatibil cu analizatorul biochimic Selectra PRO M. Conform specificației tehnice depline solicitate.                                     | ISO, CE. |
| 12 | 33600000-6 | Proteina totală cu calibrator                           | Prote-DAC. Lq        | Moldova | Dac-Spectromed | Flacoane cu volumul pîna la 125,0 ml | <b>Proteina totală</b> (flacon cu vol până la 125ml), cu calibrator pe bază de apă inclus în set. Compatibil cu analizatorul biochimic Selectra PRO M. Conform specificației tehnice depline solicitate.   | ISO, CE. |
| 13 | 33600000-6 | Albumina                                                | Albu-DAC. Lq         | Moldova | Dac-Spectromed |                                      | <b>Albumina</b> . Compatibil cu analizatorul biochimic Selectra PRO M. Conform specificației tehnice depline solicitate.                                                                                   | ISO, CE. |
| 14 | 33600000-6 | Trigliceride                                            | TG-DAC. Lq           | Moldova | Dac-Spectromed | Flacoane cu volumul pîna la 50,0 ml  | <b>Trigliceride</b> , (flacon cu vol până la 50ml). Compatibil cu analizatorul biochimic Selectra PRO M. Conform specificației tehnice depline solicitate.                                                 | ISO, CE. |
| 15 | 33600000-6 | Urea cu calibrator                                      | Ure UV-DAC. Lq       | Moldova | Dac-Spectromed | Flacoane cu volumul pîna la 125,0 ml | <b>Urea</b> (flacon cu vol până la 125ml), cu calibrator pe bază de apă inclus în set. Compatibil cu analizatorul biochimic Selectra PRO M. Conform specificației tehnice depline solicitate.              | ISO, CE. |
| 16 | 33600000-6 | Cloride                                                 | Chlor-DAC. Lq        | Moldova | Dac-Spectromed | Flacoane cu volumul pîna la 125,0 ml | <b>Cloride</b> , (flacon cu vol până la 125ml). Compatibil cu analizatorul biochimic Selectra PRO M. Conform specificației tehnice depline solicitate.                                                     | ISO, CE. |
| 17 | 33600000-6 | Bilirubină totală și directă cu acid sulfanilic cinetic | Bili DT-DAC-Lq       | Moldova | Dac-Spectromed | set                                  | <b>Bilirubină totală și directă</b> cu acid sulfanilic cinetic. Compatibil cu analizatorul biochimic Selectra PRO M. Conform specificației tehnice depline solicitate.                                     | ISO, CE. |

|    |            |                 |                        |         |                |                           |                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
|----|------------|-----------------|------------------------|---------|----------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 18 | 33600000-6 | Timol-500       | Thymol-DAC             | Moldova | Dac-Spectromed | 1 fl 11,0 ml (concentrat) | <b>Proba cu Timol</b> , 1fl x 11ml concentrat pentru pregătirea a 500ml soluție de lucru. Compatibil cu analizatorul biochimic Selectra PRO M. Conform specificației tehnice depline solicitate. Unitatea de măsură ml echivalent 1ml de reagent concentrat. | ISO, CE. |
| 19 | 33600000-6 | Tromboplastin-1 | Prothrombin-DAC.Lq ISI | Moldova | Dac-Spectromed | Flacon solutie 10ml       | Protrombin (Tromboplastin lichid), flacon 10ml - <b>reagent lichid</b> .                                                                                                                                                                                     | ISO, CE. |

**Alți reagenți biochimici.**

|   |            |                      |                   |         |                |     |                                                                                                                                                                                                                                          |          |
|---|------------|----------------------|-------------------|---------|----------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1 | 33600000-6 | Pul plazma norma     | Control Plasma L1 | Moldova | Dac-Spectromed | 3ml | Plazma de control-nivel normal (Pul plazma norma), 1ml. Compatibil cu analizatorul biochimic Selectra PRO M. Conform specificației tehnice depline solicitate. Unitatea de măsură ml echivalent 1ml de reagent concentrat.               | ISO, CE. |
| 2 | 33600000-6 | Pul plazma patologic | Control Plasma L2 | Moldova | Dac-Spectromed | 3ml | Plazma de control-nivel ptologic (Pul plazma norma), 1ml. Compatibil cu analizatorul biochimic Selectra PRO M. Conform specificației tehnice depline solicitate. Unitatea de măsură ml echivalent 1ml de reagent concentrat.             | ISO, CE. |
| 3 | 33600000-6 | Elitrol I            | Sera hN-DAC.      | Moldova | Dac-Spectromed | 5ml | Control ser normal în baza serului uman (Elitrol I), (1fl x 5ml). Compatibil cu analizatorul biochimic Selectra PRO M. Conform specificației tehnice depline solicitate. Unitatea de măsură ml echivalent 1ml de reagent concentrat.     | ISO, CE. |
| 4 | 33600000-6 | Elitrol II           | Sera hP-DAC.      | Moldova | Dac-Spectromed | 5ml | Control ser patologic în baza serului uman (Elitrol II), (1fl x 5ml). Compatibil cu analizatorul biochimic Selectra PRO M. Conform specificației tehnice depline solicitate. Unitatea de măsură ml echivalent 1ml de reagent concentrat. | ISO, CE. |
| 5 | 33600000-6 | Calibrator biochimic | Multi H St-DAC.   | Moldova | Dac-Spectromed | 5ml | Calibrator biochimic în baza serului uman, 1fl x 3ml. Compatibil cu analizatorul biochimic Selectra PRO M. Conform specificației tehnice depline solicitate. Unitatea de măsură ml echivalent 1ml de reagent concentrat.                 | ISO, CE. |

Semnat:\_\_\_\_\_

Numele, prenumele: **Roman Virschi**

În calitate de: **Director firmă**

Ofertantul: **DAC-SpectroMed SRL**

Adresa: **MD-2025, Moldova, or. Chișinău, str. N. Testemițanu, 37**

**Data: 03.03.2021**

**Valabilitatea ofertei - 45 zile.**