

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1552650915166						Data: 15.04.2019	Alternativa nr.:
Denumirea licitației: Achiziționarea echipamentelor medicale – proteze auditive retroauriculare, termometre și tonometre sonorizate pentru persoane cu deficiențe de văz și auz conform necesităților IMSP AMT Centru pentru anul 2019.						Lot: 3.	Pagina: __ din __
Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6	7	8
Lotul 3: Termometru digital vorbitor							
3.1	33100 000-1	Termometru digital pentru nevăzători, vorbitor de limba rusă și/sau română	UO-8021C	China	Uone	Complet automat. Limita de măsurare 32-42 grade C. Eroare maximă +/- 0.1C. Afișarea datelor: prin cifre pe ecran și sonoră -vorbitor de limba rusă și/sau română, (anunțarea cifrelor temperaturii corporale). Butoanele să fie proeminente, ușor tactibile pentru nevăzători și slab văzători. Baterie 1.5V. Deconectare automată. 1 set de baterii de rezervă (funcționale) la fiecare termometru.	Complet automat. Limita de măsurare 32-42 grade C. Eroare maximă +/- 0.1C. Afișarea datelor: prin cifre pe ecran și sonoră -vorbitor de limba rusă și/sau română, (anunțarea cifrelor temperaturii corporale). Butoanele să fie proeminente, ușor tactibile pentru nevăzători și slab văzători. Baterie 1.5V. Deconectare automată. 1 set de baterii de rezervă (funcționale) la fiecare termometru.

Semnat electronic

Numele, Prenumele: Țurcanu Ștefan

În calitate de: Administrator

Ofertantul: ROMEDCOM

Adresa: Mun. Chișinău, str.Sciusev 16, of.6