



**Către I.P. Unitatea de Coordonare,
Implementare și Monitorizare a
Proiectelor în Domeniul Sănătății**

**Pachet nr. 234/GD/T
Achiziții de sistem integrat de
diagnostic și tratament ORL**

Planul de întreținere pe perioada de garanție:

- verificarea funcțiilor mecanice și motorizate ale sistemului
- verificarea componentelor optice și mecanice;
- curățarea suprafețelor optice ale microscopului de operare și a capătului de ghidare a luminii și a telescoapelor;
- verificarea componentelor mecanice în mișcare ale microscopului de operare;
- curățarea și lubrifierea componentelor mecanice (dacă este necesar);
- verificarea sistemului zoom;
- verificarea sursei de lumină;
- curățarea sursei de lumină de praf;
- verificarea integrității lămpii;
- verificarea liniilor de alimentare ale sursei de lumină, contactelor pentru semne de uzură;
- verificarea, curățarea tuturor componentelor setului.

Lucrările de reparație sau piesele/utilajele defecte ca urmare a utilizării incorecte și defectuoase de către Utilizator a acestora, nu vor fi acoperite de garanție.

**Cu respect,
Irina Gherman, Director**
