

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție ocde-b3wdp1-MD-1657798508606 din 14 Iul 2022

Obiectul achiziției: Containere pentru dezinfectie și sterilizare a.2022, repetat

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 5						
5.1. Detergent pentru mașina de termo-dezinfectie Matachana MAT LD 521 XLS	Phago`Wash	Franta	Chisteys	Agent de curățare enzimatic ușor alcalin pentru utilizare în decontaminarea automată a instrumentelor în mașinile de termo-dezinfectie model Matachana MAT LD 521 XLS, pe bază de surfactanți și enzime (concentrat lichid fără silicat) pentru curățarea universală a instrumentelor și echipamente medicale. Dozajul este setat de către producătorul de mașină de termo-dezinfectie. Compoziție: 5-15% surfactanți anionici, surfactanți neionici, policarboxilat, enzime. Volum: 3-5 litri. Dozarea: 3-10 ml/l. Temperatura de lucru 30o-65o. Timp de curățare: 3-10 min. Termen de valabilitate a produsului minim 12 luni de la livrare	Agent de curățare enzimatic ușor alcalin pentru utilizare în decontaminarea automată a instrumentelor în mașinile de termo-dezinfectie model Matachana MAT LD 521 XLS, pe bază de surfactanți și enzime (concentrat lichid fără silicat) pentru curățarea universală a instrumentelor și echipamente medicale. Dozajul este setat de către producătorul de mașină de termo-dezinfectie. Compoziție: 5-15% surfactanți anionici, surfactanți neionici, policarboxilat, enzime. Volum: 3-5 litri. Dozarea: 3-10 ml/l. Temperatura de lucru 30o-65o. Timp de curățare: 3-10 min. Termen de valabilitate a produsului minim 12 luni de la livrare	CE, ISO

5.2. Clătitor pentru mașina de termo- dezinfecție Matachana MAT LD 521 XLS				Agent de clătire (concentrat) pentru mașina de termo-dezinfecție model Matachana MAT LD 521 XLS, pentru prelucrarea automată a instrumentelor medicale, pentru uscare fără pete în ciclul final de clătire al mașinei de termo-dezinfecție la 93o. Compoziție: 5-30% surfactanți neionici. Volum: 3-5 litri. Ciclu de clătire/uscare: 3-10 min. Termen de valabilitate a produsului minim 12 luni de la livrare	Agent de clătire (concentrat) pentru mașina de termo-dezinfecție model Matachana MAT LD 521 XLS, pentru prelucrarea automată a instrumentelor medicale, pentru uscare fără pete în ciclul final de clătire al mașinei de termo-dezinfecție la 93o. Compoziție: 5-30% surfactanți neionici. Volum: 3-5 litri. Ciclu de clătire/uscare: 3-10 min. Termen de valabilitate a produsului minim 12 luni de la livrare	CE, ISO
--	--	--	--	---	---	---------

Semnat: 21.07.2022 Numele, Prenumele: Gheorghe Bunic În calitate de: Director

Ofertantul: Ericon SRL Adresa: Chișinău; or. Durești; str. Vasile Lupu; nr.6; Republica Moldova

Specificații de preț

Numărul procedurii de achiziție ocde-b3wdp1-MD-1657798508606 din 14 Iul 2022

Obiectul achiziției: Containere pentru dezinfectie și sterilizare a.2022, repetat

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificarea bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bunuri/servicii									
	Lot 5									
33100000-1	5.1. Detergent pentru mașina de termodezinfectie Matachana MAT LD 521 XLS	litri	120	135,00	162,00	16200,00	19440,00	În decurs de 20 zile de la comanda beneficiarului	MD21ML00000000022519664	0
33100000-1	5.2. Clătitor pentru mașina de termodezinfectie Matachana MAT LD 521 XLS	litri	60	135,00	162,00	8100,00	9720,00	În decurs de 20 zile de la comanda beneficiarului	MD21ML00000000022519664	0
Total						24300,00	29160,00			

Semnat: 21.07.2022 Numele, Prenumele: Gheorghe Bunic În calitate de: Director
 Ofertantul: Ericon SRL Adresa: Chișinău; or. Durlești; str. Vasile Lupu; nr.6; Republica Moldova