



Destinatar:
Tel./Fax:
Nr. și data procedurii:

"ECOCHIMIE" S.R.L.
bd. Cuza Vodă 5/1 bir. 403, MD-2060, mun. Chișinău
Tel.: /022/109-111. Fax: /022/109-222
e-mail: info@ecochimie.md

Universitatea de Stat din Moldova
Elena Calmiș Telefonul de contact 022241240E-mail achizitii.usm@gmail.com
ocds-b3wdp1-MD-1594718104118 din 23.07.2020 ora 1:46:00

Specificații tehnice (F4.1)

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	38400000-9	Microscop biologic inversat pentru studiul celulelor	IT415 PH	Austria	VWR	Sistem optic de tip Infinity Optical System; Microscopul va avea sistem Binocular, unghiul de înclinare a părții binoculare 45°, ajustarea distanței interpupulare 50-75 mm, cu port pentru conectarea unei camere digitale, divizarea fluxului luminos 50: 50; Sistemul de iluminare va avea în dotare: Sursă de alimentare externă (tensiune de intrare funcțională inclusiv 220±20V, tensiune de ieșire 15V 5A); funcția de ajustare a luminozității; Sursa de lumină - LED de 5 W; Mânere coaxiale cu culcare joasă a sistemului de focalizare; Focalizare: grosieră de 9 mm (până la 6,5 mm, în jos 2,5 mm), precizie de focalizare 0,002 mm, funcție de blocare a focalizării; funcția de reglare a rigidității mișcării; afișarea informațiilor despre obiectiv, controlul și memoria nivelului de luminozitate; Funcția eco; Teleobiective parfocale de 45 mm planachromate pentru lucrul conform metodei câmpului luminos:LWD PL 4x / 0,13 distanță de lucru 10,4 mm LWD PL 10x / 0,25 distanță de lucru 7,3 mm LWD PL 40x / 0,60 distanță de lucru 3,1 mm Pentru a utiliza metoda contrastului de fază: LWD PH 20x / 40 distanță de lucru 6,8 mm. Oculare cu câmp larg de vedere: PL10x / 22 cu ajustare independentă a dioptrilor, PL10x / 22 cu scară și ajustare independentă a dioptrilor PL10x / 22 cu plasă și ajustare independentă a dioptrilor, PL15x / 16; Lentile Revolver cu 5 poziții pentru instalarea unui obiectiv cu lumină întunecată, cu slot pentru instalarea prisme DIC, senzor de control. Platformă mobilă (masă obiect) 215x 250 mm cu o diapazon de mișcare 120x80mm; farfurie de expansiune, suporturi pentru vase Petri, table Terasaki; inserții: metal, sticlă. Condensor: Apertură numerică A = 0,3 cu o distanță de lucru de 72 mm,	SPECIFICATIONS Model IT415 PH Observation method Brightfield and phase contrast Head 45° inclined, Interpupillary distance 50-75 mm Eyepieces WF 10x/22 mm Nosepiece Quintuple Objectives IOS LWD W-Ph plan achromatic 10x, 20x, 40x Working distance 72 - 150 mm Stage Fixed, 250x160 mm Condenser N.A. 0,30, pre-centred Focusing system Coaxial coarse and fine knobs Illumination LED (white, 8 W) WxDxH 230x540x495 mm Weight 9 kg	ISO, CE Marca

Specificații de preț (F4.2)

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unit de măsură (U/M)	Cantitatea, U/M	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	38400000-9	Microscop biologic inversat pentru studiul celulelor	Buc	1	61 500,0000	73 800,0000	61 500,00	73 800,00	60 zile
Total, lei (Suma fără TVA, Suma cu TVA)							61 500,00	73 800,00	

- Prețurile sunt indicate pentru cantitățile solicitate.
- Oferta este valabilă în decurs de 30 zile din data prezentării.
- Prețurile includ toate taxele și impozitele determinate de legislația în vigoare.
- Condiții de livrare DDP INCOTERMS 2013.
- Termenii de livrare - conform graficului, care va fi stabilit la momentul încheierii Contractului.
- Termenii de valabilitate sunt stabilite de producător, restanța lor fiind nu mai puțin de 80 %.
- CertIFICATELE de calitate ale produselor chimice de la Producător vor fi prezentate la data livrării mărfii.
- Produsele chimice precursori vor putea fi predate doar cu deținerea de către Beneficiar a Autorizației speciale a MS pentru acestea.
- Conform HG Nr. 1088 din 05.10.2004 la data livrării bunurilor Beneficiarul trebuie să prezinte Autorizație pentru activitate cu precursori.

În așteptarea deciziei Dumneavoastră,
Cu respect,
directorul SRL "ECOCHIMIE"
Nicolae Iurcu