

### Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție **Licitatie Publica ocds-b3wdp1-MD-1541065406055**

Denumirea procedurii de achiziție: **Achizitionarea sistemelor stomice conform necesitatilor IMSP Institutul Oncologic pentru anul 2018 anuntata de CAPCS**

Cod CPV		Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
33100000-1	Lot. 1	Sisteme stomice	Integrated type 1612	China	Jiangsu Ostup Medical Products Co., Ltd	<p>1.Cu evacuare, de tip deschis</p> <p>2.Dimensiuni ~ 30x15 cm</p> <p>3.Sac din polipropilena cu fereastră de vizualizare</p> <p>4.Flanșă adezivă pentru fixare - 72 ore</p> <p>5.Mecanizm de eliminare de tip deschis</p> <p>6.O (1) clemă la 5 punți Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului).</p> <p>7. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 80% din termenul total al produsului dar, nu mai mic de 12 luni</p>	<p>1.Cu evacuare, de tip deschis</p> <p>2.Dimensiuni ~ 30x15 cm</p> <p>3.Sac din polipropilena cu fereastră de vizualizare</p> <p>4.Flanșă adezivă pentru fixare - 72 ore</p> <p>5.Mecanizm de eliminare de tip deschis</p> <p>6.O (1) clemă la 5 punți</p> <p>7. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 80% din termenul total al produsului dar, nu mai mic de 12 luni</p>	Declarație de conformitate CE Certificat ISO 13485

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: **Potinga Stela** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **SA Tehoptimed** Adresa: MD 2052, str. Maria Dragan 19A, Chisinau, Republica Moldova