

			Specificații tehnice						
			[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]						
Numărul licitației:			LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1645544349372						Data: „03 ” aprilie 2022
Denumirea licitației:			Dispozitivelor medicale, conform necesităților beneficiarilor potrivit listei de distribuție, pentru anul 2022 (listă suplimentară 1)						
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	standarde de referință
1	2		3	4	5	6	7	8	
3310000-1	5	Incubator cu CO2	Incubator cu CO2	BJPX-C80 air jacket+ cilindru CO2 (AL-CAN, ACE-20L-203)	China	Biobase	Descriere Incubator cu CO2 este un dispozitiv de laborator care permite menținerea condițiilor microclimatice pentru creșterea culturilor celulare Parametrul Specificația Tip incubator Amplasat pe roti, cu o cameră Metoda de încălzire Cu cămășă de aer Tip ușă Dublă, internă din sticlă Tip ușă externă Cu încălzire Carcasa internă Din țel inoxidabil Carcasa externă inox sau inox vopsit sau alt material rezistent la coroziuni Volum intern 100 L ± 20 L Metoda de control Cu microprocesor Interval de temperatură setabil *≤5 - ≥65C Fluctuație temperatură în interior Maxim 0,3 C Interval de setare a concentrației CO2 0 – 20 % Rezoluția de control al CO2 ±0,1% Metoda de măsurare a concentrației CO2 Sensor IR Interfață Afișaj 7 seg, sau LCD Sterilizare internă Lampă bactericidă Sursa de tensiune: 220V, 50Hz Accesorii și consumabile Butelie cu CO2 Minim 20 L, Plăci, nouă, cu redactor de presiune Furtun Pentru conectare la prizele cu CO2 Standarde certificate Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale se prezintă - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale - copie * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie *Certificat CE și declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atâși în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Înstruire Training pentru utilizatori Da Module necesare: Prezentare generală, pregătire de lucru, operarea cu dispozitivul, întreținere și dezinfectare Training pentru personal tehnic Da Module necesare: Modul de efectuare a mentenanței periodice, modul de testare a funcționalității Documentație Manualul de utilizare română sau rusă, tipărit și în format electronic Manualul de service Engleză Certificat de instruire Certificat de instruire ce confirmă capacitatea de efectuare a lucrărilor de mentenanță Logistică Transportare la adresa solicitată Da Instalare Da Testare și darea în exploatare Da Garanție Perioada de garanție Minim 3 ani, cu efectuarea lucrărilor de mentenanță conform recomandărilor producătorului,	Descriere Incubator cu CO2 este un dispozitiv de laborator care permite menținerea condițiilor microclimatice pentru creșterea culturilor celulare Parametrul Specificația Tip incubator Amplasat pe roti, cu o cameră DA Metoda de încălzire Cu cămășă de aer DA Tip ușă Dublă, internă din sticlă DA Tip ușă externă Cu încălzire DA Carcasa internă Din țel inoxidabil DA Carcasa externă inox sau inox vopsit sau alt material rezistent la coroziuni Volum intern 100 L ± 20 L 80L Metoda de control Cu microprocesor DA Interval de temperatură setabil *≤5 - ≥65C DA, 65 C , conform dovezii anexate Fluctuație temperatură în interior Maxim 0,3 C DA, 0,2 C Interval de setare a concentrației CO2 0 – 20 % , DA 0-20 % Rezoluția de control al CO2 ±0,1% DA Metoda de măsurare a concentrației CO2 Sensor IR DA Interfață Afișaj 7 seg, sau LCD DA, LCD cu touch screen Sterilizare internă Lampă bactericidă DA, UV Sursa de tensiune: 220V, 50Hz DA Accesorii și consumabile Butelie cu CO2 Minim 20 L, Plăci, nouă, cu redactor de presiune DA, Furtun Pentru conectare la prizele cu CO2 Standarde certificate Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale se prezintă - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale - copie * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie *Certificat CE și declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atâși în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Înstruire Training pentru utilizatori DA Module necesare: Prezentare generală, pregătire de lucru, operarea cu dispozitivul, întreținere și dezinfectare Training pentru personal tehnic DA Module necesare: Modul de efectuare a mentenanței periodice, modul de testare a funcționalității Documentație Manualul de utilizare română sau rusă, tipărit și în format electronic Manualul de service Engleză Certificat de instruire Certificat de instruire ce confirmă capacitatea de efectuare a lucrărilor de mentenanță Logistică Transportare la adresa solicitată Da Instalare Da Testare și darea în exploatare Da Garanție Perioada de garanție Minim 3 ani, cu efectuarea lucrărilor de mentenanță conform recomandărilor producătorului,	CE, ISO

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Gheorghe Bunic În calitate de: _____

Ofertantul: Ericon SRL Adresa: Durlesti, V. Lupu 6

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]

Numărul licitației: LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1645544349372

Data: 03 04 22

Denumirea licitației:			Dispozitivelor medicale, conform necesităților beneficiarilor potrivit listei de distribuție, pentru anul 2022 (listă suplimentară 1)								
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Termenul de livrare/prestare	Beneficiar
1		2		3	4	5	6	7	8	9	
331000-1	5	Incubator cu CO2	Incubator cu CO2	buc	2	93600,00	112320,00	187200,00	224640,00	până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS,și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării	IMSP Institutul Mamei și Copilului

Suma total:

187200,00

224640,00

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Gheorghe Bunic În calitate de: _____

Ofertantul: Ericon SRL Adresa: Durlesti, V. Lupu 6