

SPECIFICAȚII TEHNICE

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate.

Numărul licitației publice: 21465032, ocds-b3wdp1-MD-1754660422338						Data: 18.09.2025	Alternativa nr.	
Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.19)						Lot:	pag. 1 din 1	
№ d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produsăt orul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
-	1	2	3	4	5	6	7	8
21	33100000-1	Centrifuga de laborator 24 tuburi	Centrifugă de laborator (24 tuburi) CM-6MT + rotor 6M.02 Registru de Stat DM000222048	Lituani a	ELMI	Centrifugă de laborator (24 tuburi) Descriere Centrifugele de laborator sunt destinate pentru a centrifuga singele. Parametrul Specificația Rotor > 90 grade Viteza de rotație Minimală, rpm reglabilă Maximală, rpm ≥ 3500 Pasul schimbării vitezei 100 rotații Setări setarea vitezei Capacitatea Tipul tuburilor tuburi de 10 - 12 ml Numărul de tuburi 24 unitati Timer Diapazon minim de timp 1 - ≥60 min Incrementarea ≤1 min Securitatea Blocarea capacului în timpul lucrului clapan pentru a bloca si debloca capacul obligatoriu Posibilitatea deschiderii in cazuri urgente Indicatori Indicații vizuale și acustice obligatoriu Debalansare obligatoriu Pornire/oprire obligatoriu Capac deschis obligatoriu Display Digital obligatoriu Butoane de schimbare a vitezei de centrifugare Nivelul de zgomot ≤ 65 dB obligatoriu Fereastră, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodica, conform normelor si standardelor in vigoare obligatoriu Motor cu securitatea la supraincalzire Camera de centrifugare este facuta dintr-un numar de diferite ecrane aerodinamice si de protectie, inclusiv din otel inoxidabil	Centrifugă de laborator (24 tuburi) CM-6MT + rotor 6M.02 . Se utilizează pentru separarea soluțiilor în fracții. Este folosită în microbiologie, virusologie, biochimie clinică, biologie, chimie analitică etc. Este dotată cu un sistem de control procesor care asigură următoarele <i>funcții</i> : * pornirea lină a rotorului; * setarea și afișarea pe indicatorii luminoși a timpului și vitezei de rotație a rotorului; * blocarea capacului în timpul rotației rotorului; * semnal sonor la oprirea rotorului; * deblocarea automată a capacului după oprirea centrifugei; * protecție împotriva suprasarcinii rotorului. <i>Caracteristici tehnice:</i> * Viteza de rotație a rotorului, rpm: de la 100 la 3500 * Forța centrifugă maximă (RCF): 2300 * Număr de eprubete în rotor, buc.: 24 * Dimensiunile maxime ale eprubetelor utilizate, mm: 17×110 * Volumul maxim al eprubetelor utilizate, ml: 12 * Intervalul de temperatură de lucru, °C: de la +10 la +40 * Alimentare de la rețea: 220 V, 50 Hz * Puterea maximă consumată, W: 320 * Dimensiuni de gabarit ale aparatului, mm: 430 × 400 × 185 * Greutate, kg: 10	ISO, CE.

Semnat: _____

Numele, prenumele: **Mordvinov Ghenadie**

În calitate de: **Director firmă**

Ofertantul: **DAC-SpectroMed SRL**

Adresa: **MD-2060, Moldova, or. Chișinău, str. Cuza Vodă, 5/1**

Data: 18.09.2025

Valabilitatea ofertei - 160 zile.