

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție:	<u>ocds-b3wdp1-MD-1570709504386</u>
Denumirea procedurii de achiziție:	Piese de schimb și accesorii necesare pentru mentenanța dispozitivelor medicale etapa I, pentru anul 2019

		Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
Cod CPV								
1		2	3	4	5	6	7	8
		Bunuri						
		Lot 85 SINUS 41303DT FREZA						
	85.1	FREZA SINUS 41303DT	41303DT	Germania	Karl Storz	Freaza diamantata pentru chirurgia sinusurilor paranasale ,Ø 3,6 mm-freza,Ø 4mm-axa, curbe 70°,Compatibil Piesa de mana DRILLCUT-XII. Compatibil cu sistemul UNIDRIVE® S III ENT . Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	Freaza diamantata pentru chirurgia sinusurilor paranasale ,Ø 3,6 mm-freza,Ø 4mm-axa, curbe 70°,Compatibil Piesa de mana DRILLCUT-XII. Compatibil cu sistemul UNIDRIVE® S III ENT . Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	ISO, EC

Semnat:_____ Numele, Prenumele: **Cucerenco Olesea** În calitate de: **Jurisconsult**

Ofertantul: **SC "Denolga Medical" SRL** Adresa: **Mun. Chisinau, str. Banulescu Bodoni, 45, of. 316**