

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de preț nr. ocds-b3wdp1-MD-1709624671815/21181813 conform SIA RSAP M-Tender
Obiectul achiziției: Teste Indicatoare - Repetat (3)

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
2. Test indicator 134°C - (5 min. universal)	Test indicator 134°C - (5 min. universal) în set cu registru de evidență a controlului sterilizării	Federația Rusă	MEDTEST	134°C (5 min. Universal), test indicator utilizat atât în interiorul cât și exteriorul ambalajului în sterilizarea cu abur compatibil cu autoclavul MATACHANA S1000, indicatorul de culoare se transformă în culoarea de referință prin furnizarea parametrului multiplu și să-și mențină mult timp culoarea dată (să nu revină la culoarea inițială). Indicatorul de vapori chimici permite utilizatorului final să evalueze corectitudinea sterilizării și timpul de sterilizare. Testele să fie ambalate în pachet de polietilenă, să fie prezentă instrucțiunea de folosire, registru de evidență a controlului sterilizării și ambalajul cu marca producătorului și termenul de valabilitate al testelor.	134°C (5 min. Universal), test indicator utilizat atât în interiorul cât și exteriorul ambalajului în sterilizarea cu abur compatibil cu autoclavul MATACHANA S1000, indicatorul de culoare se transformă în culoarea de referință prin furnizarea parametrului multiplu și să-și mențină mult timp culoarea dată (să nu revină la culoarea inițială). Indicatorul de vapori chimici permite utilizatorului final să evalueze corectitudinea sterilizării și timpul de sterilizare. Testele ambalate în pachet de polietilenă, prezentă instrucțiunea de folosire, registru de evidență a controlului sterilizării și ambalajul cu marca producătorului și termenul de valabilitate al testelor.	pașaport

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Palii Nina În calitate de: specialist în achiziții publice

Ofertantul: M-INTER-FARMA SA Adresa: mun. Chișinău, str. Grenoble 23