

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1763124075577** din 14.11.2025

Obiectul achiziției: Achiziționarea mobilierului medical pentru serviciul spitalicesc

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
1.1 Pat pacient	Electric Three Functions Bed, model JDCJH211A	CHINA	BEIJING JINGDONG TECHNOLOGY (LAOTING) CO., LTD.	Pat pentru pacienți, destinat utilizării în cadrul secțiilor clinice, dotat cu mecanisme manuale de reglare, structură metalică rezistentă, accesorii obligatorii și saltea inclusă. Patul trebuie să asigure siguranța, funcționalitatea și confortul pacientului, fiind conform normelor sanitare în vigoare. Cerințe tehnice minime Structura generală • Pat medical destinat utilizării clinice, prevăzut cu reglarea spătarului și a secțiunii pentru picioare prin mecanism cu manivelă sau, prin acționare electrică cu servomotoare. Sistemul de reglare trebuie să fie sigur, fiabil și ușor de operat de către personalul medical. • Cadru structural realizat din oțel de calitate superioară, tratat prin acoperire cu pulbere electrostatică, asigurând protecție anticorozivă, rezistență la impact și finisaje durabile, fără imperfecțiuni sau muchii tăioase. • Suprafața de culcare confecționată din material metalic perforat, asigurând ventilarea optimă, rezistență mecanică și	Pat pentru pacienți, destinat utilizării în cadrul secțiilor clinice, dotat cu mecanisme manuale de reglare, structură metalică rezistentă, accesorii obligatorii și saltea inclusă. Patul asigură siguranța, funcționalitatea și confortul pacientului, fiind conform normelor sanitare în vigoare. Dimensiuni: L2070W960H500–700 mm ±30 mm • Platforma patului: 1940*900 mm • Patru roțile cu diametrul de 125 mm, cu frână • Platforma patului, structura și picioarele sunt fabricate din oțel laminat la rece de calitate superioară, acoperit cu vopsea prin pulverizare electrostatică • Platforma patului este formată din patru secțiuni pliabile și un cadru tip stripboard • Tăblie și panou la picioare din ABS, detașabile • Laterale rabatabile, fabricate din oțel laminat la rece de calitate superioară, cu acoperire prin pulverizare electrostatică • Trei funcții electrice: - Reglarea spătarului: 0–70° ±5°, Reglarea suportului pentru picioare: 0–40° ±5°, Reglarea pe înălțime: 500–700 mm ±30 mm • Ridicarea gambei • Trei motoare, telecomandă pentru pacient în configurația standard • Suport transparent acrilic pentru cardul de identificare	CE/ISO

			compatibilitate cu procedurile de curățare și dezinfectare din mediul spitalicesc. •Patul va fi dotat cu bare de protecție din plastic rezistent, montate în cele patru colțuri, pentru protejarea cadrelor fixe și mobile ale patului în timpul manevrării și transportului. Elementele mobile și de protecție •Sine laterale pliabile, pe toată lungimea patului, din material rezistent, cu mecanism sigur de blocare/deblocare. •Plăci pentru cap și picioare detașabile, din material PP, rezistent, ușor de curățat și dezinfectat. •Reglarea suportului pentru picioare prin mecanism tip clichet. Mobilitate și stabilitate •Pat prevăzut cu 4 roți blocabile, diametrul minim 125 mm, pentru manevrare facilă și fixare sigură. •Spațiu liber sub pat: minim 15 cm, pentru compatibilitate cu sisteme de curățare și liftare. Accesorii obligatorii •Stâlp IV inclus, ajustabil, compatibil cu structura patului. •Saltea inclusă, prevăzută cu suprafață ușor de curățat și dezinfectat, impermeabilă, rezistentă la substanțe dezinfectante și uzură. Specificațiile dimensionale minime •Lungime totală: 210 cm •Lățime totală: 97 cm •Înălțime ajustabilă: 45 -70 cm •Unghi spătar: 0° – 70° •Unghi secțiune picioare: 0° – 40° •Diametrul roților: 12,5 cm (125 mm) •Spațiu liber sub pat: 15 cm •Capacitate maximă suportată: minimum 250 kg Cerințe privind calitatea și conformitatea •Patul și componentele sale trebuie să fie noi, neutilizate, fabricate recent. •Materialele utilizate trebuie să fie rezistente la dezinfectanți medicali și la cicluri repetate de curățare. •Toate piesele metalice trebuie să aibă finisaje durabile, fără margini ascuțite, bavuri sau defecte de fabricație. •Produsul trebuie să fie însoțit de certificat de conformitate, declarație CE și documentație tehnică. Cerințe privind livrarea, instalarea și garanția •Livrarea patului în stare complet asamblată sau semiasamblată, cu montajul efectuat de furnizor la locul instalării. •Instruirea personalului privind utilizarea mecanismelor și a accesoriilor. •Garanție	• Două orificii pentru stativ perfuzie • Patru roțile pivotante de 125 mm cu frână • Accesorii: stativ perfuzie (I.V. Pole), saltea de 8 cm •Spațiu liber sub pat: minim 15 cm, pentru compatibilitate cu sisteme de curățare și liftare. Capacitate maximă suportată: minimum 250 kg - Cerințe privind calitatea și conformitatea •Patul și componentele sale sunt noi, neutilizate, fabricate recent. •Materialele utilizate sunt rezistente la dezinfectanți medicali și la cicluri repetate de curățare. •Toate piesele metalice au finisaje durabile, fără margini ascuțite, bavuri sau defecte de fabricație. •Produsul este însoțit de certificat de conformitate, declarație CE și documentație tehnică. Cerințe privind livrarea, instalarea și garanția •Livrarea patului în stare complet asamblată sau semiasamblată, cu montajul efectuat de furnizor la locul instalării. •Instruirea personalului privind utilizarea mecanismelor și a accesoriilor. •Garanție solicitată: 24 luni pentru pat și componente. •Furnizorul va asigura servicii de mentenanță în perioada de garanție. Alte cerințe obligatorii •Am atașat la specificația tehnică data sheet de la producător cu o fotografie clară a modelului de pat propus, în care sunt vizibile principalele elemente constructive (cadrul, plăcile cap -picioare, sinele laterale, roțile, mecanismele de reglare și accesoriile). Fotografia corespunde strict produsului oferit și să permită verificarea vizuală a conformității.	
--	--	--	---	---	--

				minimă solicitată: 24 luni pentru pat și componente. •Furnizorul va asigura servicii de mentenanță în perioada de garanție. Alte cerințe obligatorii •Furnizorul este obligat să atașeze la specificația tehnică o fotografie clară a modelului de pat propus, în care să fie vizibile principalele elemente constructive (cadrul, plăcile cap -picioare, sinele laterale, roțile, mecanismele de reglare și accesoriile). Fotografia trebuie să corespundă strict produsului oferit și să permită verificarea vizuală a conformității.		
1.2 Pat pacient in 3 sectiuni	KORI Electric Five Functions Bed, model JDCJH214A1-D	China	BEIJING JINGDONG TECHNOLOGY (LAOTING) CO., LTD.	Pat multifunctional pentru adulți (5 -6 poziții) caracteristici medii utilizare în secțiile ATI și reanimare pentru poziționarea și monitorizarea pacienților adulți. Specificații tehnice: •Tip: pat multifuncțional, acționat electric, cu posibilitatea de reglaj în 5 -6 poziții. •Control: telecomandă cu butoane marcate prin simboluri grafice intuitive; posibilitate de blocare a comenzilor pacientului de către personalul medical. •Funcționalități obligatorii: poziționare sedentară, Trendelenburg și anti Trendelenburg. •Greutatea maximă admisă: ≥ 250 kg. •Reglaj pe înălțime: ajustabilă până la minim 74 cm. •Parapete laterale: din cel puțin 2 secțiuni separate pe fiecare parte, pentru siguranța pacientului. •Roți: diametru $\geq 12,5$ cm, sistem de blocare pe cel puțin 2 roți; colțuri prevăzute cu bampere cauciucate sau echivalent amortizor. •Alimentare: 220 V, 50 Hz; reglaj manual de urgență în caz de lipsă energie (opțional).	Pat multifunctional pentru adulți (5 -6 poziții) caracteristici medii utilizare în secțiile ATI și reanimare pentru poziționarea și monitorizarea pacienților adulți. Specificații tehnice: •Tip: pat multifuncțional, acționat electric, cu posibilitatea de reglaj în 5-6 poziții. • Dimensiuni: Lungime 2220 mm $\times$ Lățime 1040 mm $\times$ Înălțime 500-800 mm (± 30 mm). • Platformă pat: 1980*900mm± 20mm • Platforma patului, structura și picioarele sunt fabricate din oțel laminat la rece de înaltă calitate, cu vopsire prin pulverizare electrostatică • Platforma patului este formată din patru secțiuni și un cadru presat • Tăblie și panou la picioare din ABS, detașabile, cu patru tampoane de protecție în colțuri • Laterale de protecție ABS cu patru secțiuni, pe toată lungimea, acționate cu amortizor pe gaz • Funcții: Ridicare spătar 0-70°$\pm 5^\circ$, Ridicare suport picioare 0-40°$\pm 5^\circ$, Reglare pe înălțime 500-800mm± 30mm, Trendelenburg și Reverse Trendelenburg 0-12°$\pm 3^\circ$, Auto-contour, Ridicare gambă • Patru motoare Jiechang, de înaltă calitate și silențioase, cu telecomandă • CPR(funcția de coborâre/aplatizare rapidă a patului în caz de urgență.) manual pentru a aplatiza rapid secțiunea spătarului	CE/ISO

				Dotări incluse: •Saltea ortopedică lavabilă, grosime ≥ 14 cm, husă cu fermoar. •Stativ pentru perfuzii, reglabil pe înălțime. Furnizorul trebuie să asigure livrarea, instalarea, punerea în funcțiune și instruirea personalului la sediul beneficiarului.	• CPR(funcția de coborâre/aplatizare rapidă a patului în caz de urgență.) electric ce poate fi operat printr-un singur buton pentru a aplatiza patul și a-l aduce în poziția cea mai joasă • Funcția de auto-regresie reduce presiunea abdominală a pacientului • Indicatoare de unghi pe lateralele spătarului și ale suportului pentru picioare •Alimentare: 220 V, 50 Hz; reglaj manual de urgență în caz de lipsă energie (opțional). • Card transparent din acril pentru afișarea numelui pacientului, patru orificii pentru perfuzie și două cârlige de drenaj în jurul patului • Patru roți cu diametrul de 125 mm, cu frână centrală • Culoarea cadrului patului: JDSC-51 Alb mat • Accesorii: suport perfuzie (I.V. Pole), saltea 14 cm , husă cu fermoar. Furnizorul va asigura livrarea, instalarea, punerea în funcțiune și instruirea personalului la sediul beneficiarului	
2.1 Masa pentru manipulari	SS Equipment Trolley B , model JDEQX112B3	CHINA	BEIJING JINGDONG TECHNOLOGY (LAOTING) CO., LTD	Masă pentru manipulare cu 2 polițe si 2 sertare, cu roțile cu frână, carcas sudat, din inox sau vopsit cu vopsea albă. Destinată utilizării în spații medicale, laboratoare, săli de operații, unități farmaceutice sau servicii de alimentație publică, pentru manipularea și transportul în siguranță al instrumentarului, echipamentelor sau materialelor. Dimensiuni generale: •Lungime: 800 –1000 mm •Lățime: 500 –600 mm •Înălțime: 850 –950 mm	Material produs: Fabricat din plăci de oțel inoxidabil 304 sudate între ele. Grosimea plăcilor de oțel inoxidabil nu este mai mică de 0,8 mm, iar suprafața plăcilor este periată. Grosimea țevelor de oțel inoxidabil nu este mai mică de 1,2 mm; gardul este realizat din țevi $\phi 9,50,9$ mm, iar țevele de suport din jur sunt $\phi 251,2$ mm. Dimensiuni generale: •Lungime: 900mm •Lățime: 550 mm •Înălțime: 900 mm Caracteristici produs: Corpul căruciorului este proiectat cu două blaturi și echipat cu garduri pentru a asigura siguranța obiectelor depozitate; Sub fiecare blat există structuri de suport pentru greutate, capabile să susțină sarcini mari; Partea inferioară este prevăzută cu roți ultra-silențioase anti-încurcare, cu diametrul $\Phi 100$ mm, prevăzute cu frâne.	CE/ISO

2.2 Masa mobila medicala	Emergency Trolley, modelul JDEQJ294A2	CHINA	BEIJING JINGDONG TECHNOLOGY (LAOTING) CO., LTD	Masa trebuie să fie construită din oțel inoxidabil și plastic rezistent, cu dimensiuni aproximative 750x475x920 mm. Trebuie să includă un compartiment intern cu minim trei sertare de diferite dimensiuni; separatoare reglabile, raft lateral glisant, suport pentru defibrilator, suport pentru perfuzie și butelie de oxigen, coșuri și recipient pentru deșeuri, precum și prize integrate pentru alimentarea aparaturii. Sertarele trebuie să aibă sistem de blocare pentru siguranță. Masa se va deplasa pe patru roți, cu cel puțin două cu frână, asigurând stabilitate și mobilitate. Capacitatea de încărcare minimă trebuie să fie 50 kg. Produsul trebuie să fie certificat CE sau echivalent, cu fișe tehnice și garanție de minimum 24 luni. Furnizorul trebuie să asigure livrarea, instalarea, punerea în funcțiune și instruirea personalului privind utilizarea corectă a mesei la sediul beneficiarului	Masa mobilă destinată transportului medicamentelor și echipamentelor medicale în spitale și săli de tratament. Dimensiuni: L750 × 475 × 977 mm Materiale: Suprafață: placă din oțel inoxidabil 304 montată pe masă cu ABS turnat, rezistentă la abraziune și coroziune; cu protecție pe trei laturi din oțel inoxidabil 304 pentru a preveni căderea obiectelor. Stâlp: stâlp din aliaj de aluminiu cu acoperire prin electroliză. Panou: panou compozit de aluminiu de înaltă calitate pentru panoul lateral și spate. Sertar: toate sertarele au design detașabil, ușor de curățat și înlocuit; sertare din oțel zincat cu separatoare din PC. Mâner sertar: ABS Spațiu: sertare mai mari și compartimentate. Roți: 4 buc. roți φ100 mm fără zgomot, 2 buc. cu frână. Bumper rotund: pe partea inferioară a corpului căruciorului. Capacitate de încărcare: Sertar: 25 kg Încărcare totală: 100 kg Culoare sertar: roșu, portocaliu, galben ,bej (JDSC-09, JDSC-10, JDSC-38, JDSC-15, JDSC-39) Accesorii standard: 1 buc. Raft pentru defibrilator CRS 1 buc. Masă extensibilă 1 buc. Stativ pentru perfuzii (I.V. Pole) 1 buc. Placă CPR 2 buc. Coșuri de gunoi 1 buc. Suport pentru alimentare externă și panou prize 1 buc. Suport pentru tub de oxigen 3 seturi separatoare transparente din PC 1 buc. Coș metalic 4 buc. Roți, 2 cu frână 5 buc. Covorașe antiderapante 5 buc. Sertare cu închidere moale 1 buc. Blocare de unică folosință pentru stâlp. Produsul are certificat CE, cu fișe tehnice și garanție de 24 luni. Furnizorul va	CE/ISO
--------------------------	---------------------------------------	-------	--	--	--	--------

					asigura livrarea, instalarea, punerea în funcțiune și instruirea personalului privind utilizarea corectă a mesei la sediul beneficiarului.	
2.3 Dulap medical	Cabinet A, model JDGYX111A	China	BEIJING JINGDONG TECHNOLOGY (LAOTING) CO., LTD	Dulap medical metalic cu două uși. Dimensiuni externe: Adâncime: 400 mm; Lățime: 800 mm; Înălțime 1800 mm. Dulap medical cu două uși, cu partea superioară din sticlă și partea inferioară din metal Cadru: Oțel vopsit în câmp electrostatic (pentru durabilitate și rezistență la coroziune). Partea superioară: Sticlă securizată (de obicei 4 -5 mm grosime) transparentă sau opacă, pentru vizibilitate clară. Partea inferioară: Metal (același material ca și cadrul), vopsit în culoare neutră (alb, gri sau alte nuanțe specifice pentru mediul medical) Compartimentare: Rafturi interne: 2 -4 rafturi ajustabile din metal sau sticlă securizată (pentru depozitare flexibilă a materialelor). Capacitate de încărcare pe raft: 20 -30 kg per raft (în funcție de materialul și grosimea rafturilor). Tip de închidere: Uși cu închidere magnetică sau cu închidere cu buton/încuietoare pentru siguranță suplimentară Culoare: Alb, gri sau alte culori medicale standard. Finisaj suprafață: Antibacterian, ușor de curățat, rezistent la agenți de curățare și dezinfectanți	Dulap medical metalic cu două uși. Dimensiuni externe: Adâncime: 390 mm; Lățime: 900 mm; Înălțime 1850 mm. Dulap medical cu două uși, cu partea superioară din sticlă și partea inferioară din metal. Cadru: Oțel vopsit în câmp electrostatic (pentru durabilitate și rezistență la coroziune). Partea superioară: Sticlă securizată 4 mm transparentă pentru vizibilitate clară. Partea inferioară: Metal (același material ca și cadrul), vopsit în culoare alb. Compartimentare: Rafturi interne: 2 -4 rafturi ajustabile din metal sau sticlă securizată (pentru depozitare flexibilă a materialelor). Capacitate de încărcare pe raft: 20-30 kg per raft Tip de închidere: Echipat cu încuietoare încorporată pentru a asigura păstrarea în siguranță a obiectelor importante. Culoare: Alb, Finisaj suprafață: Antibacterian, ușor de curățat, rezistent la agenți de curățare și dezinfectanți	CE/ISO
3.1 Noptiera de spital	Bedside Cabine ,model JDGCT243E1	China	BEIJING JINGDONG TECHNOLOGY (LAOTING) CO., LTD	Achiziționarea unei noptire pentru pacienți destinată utilizării în saloanele clinice, care să includă atât funcția de depozitare (sertare, rafturi) cât și masa de servit la pat reglabilă și înclinabilă, conform specificațiilor tehnice de mai jos.	Cerințe tehnice: •Masa și sertarele fabricate din HPL (High Pressure Laminate),material de înaltă calitate, rezistent la impact, la uzură, ușor de curățat. •Sine telescopice pentru sertare, echipate cu amortizare la închidere pentru siguranță și confort de utilizare.	CE/ISO

			Cerințe tehnice minime •Masa și sertarele fabricate din HPL (High Pressure Laminate), material de înaltă calitate, rezistent la impact, la uzură, ușor de curățat. •Cadrul principal metalic, vopsit electrostatic, culoare RAL, cu finisaj uniform, rezistent la zgârieturi, coroziune și substanțe dezinfectante. •Sine telescopice pentru sertare, echipate cu amortizare la închidere pentru siguranță și confort de utilizare. •Roți pivotante, minim 2 cu frină, diametrul ≥ 75 mm sau mai mare, pentru mobilitate facilă în salon și fixare sigură. •Masa de servit la pat: fabricată din aluminiu, pliabilă, reglabilă pe înălțime (cu amortizor sau mecanism similar), și cu suprafață de servit/ citit. •Două rafturi pentru depozitare liberă. •Sertare cu recipiente din plastic ABS (ușor de curățat, detașabile) pentru depozitare suplimentară, utilizabile de personal și pacient. •Masa de servit la pat poate fi poziționată pe ambele părți ale noptierii (stânga sau dreapta) conform necesității. •Mobilierul să permită curățare facilă, dezinfectare fără risc de degradare materială Dimensiuni minime specificate •Lungime totală: 59 cm •Adâncime totală: 44 cm •Înălțime: 86 cm •Lățime masa de servit la pat: 40 cm •Lungime masa de servit la pat: 58 cm •Înălțime maximă masa de servit la pat: 112 cm •Înălțime minimă masa de servit la pat: 84 cm	•Două recipiente din plastic ABS (detașabile, ușor de curățat) în sertar. •Sertarul și ușile dulapului sunt prevăzute cu mânere din aliaj de aluminiu. •Materiale: stâlp din aliaj de aluminiu, blat HPL •4 Roți pivotante, minim 2 cu frină, diametrul ≥ 75 mm sau mai mare, pentru mobilitate facilă în salon și fixare sigură, fără zgomet, anti-aderență pentru păr, protejează podeaua, sunt impermeabile și antibacteriene. Dimensiuni noptieră: - Lungime 580 mm - lățime 400 mm - înălțime 820 mm Dimensiuni blat masă peste pat: L445 × 1320 mm Înălțime blat masă peste pat: H750–1000 mm. Materiale: stâlp din aliaj de aluminiu, blat HPL. Două recipiente din plastic ABS (detașabile, ușor de curățat) în sertar. Partea dreaptă este echipată cu un blat de masă peste pat rabatabil. •Toate materialele sunt conforme cu cerințele pentru mobilier de uz spitalicesc: rezistență la apă, la substanțe dezinfectante, la coroziune. •Designul nu prezintă margini ascuțite, permite curățare facilă, colțuri rotunjite dacă este cazul pentru siguranța pacientului și a personalului. •Roțile au capacitate adecvată de încărcare, sunt compatibile cu pardoseli spitalicești, nu zgârâie, sunt blocabile pentru a evita mișcarea accidentală. •Mecanismul de reglare înălțime și înclinare al mesei de servit este fiabil, asigură poziții stabile, fără vibrații, fără blocaje. •Posibilitatea de a poziționa masa de servit pe partea dreaptă, este facilă, cu mecanism de fixare sigur. •Documentație tehnică completă, certificat CE pentru mobilier de uz medical/spitalicesc, declarație de conformitate, garanție 24 luni. •Oferta include fotografie/fotografii color ale modelului propus, sunt vizibile toate elementele principale (masa de servit, roți, structura metalică, rafturi, sertare). •Producătorul/modelul produsului este specificat, cu fișa tehnică detaliată, dimensiuni, materiale și certificări.	
--	--	--	--	---	--

				Cerințe privind calitatea, conformitatea și ergonomia •Toate materialele să fie conforme cu cerințele pentru mobilier de uz spitalicesc: rezistență la apă, la substanțe dezinfectante, la coroziune. •Designul să nu prezinte margini ascuțite, să permită curățare facilă, colțuri rotunjite dacă este cazul pentru siguranța pacientului și a personalului. •Roțile să aibă capacitate adecvată de încărcare, să fie compatibile cu pardoseli spitalicești, să nu zgârâie, să fie blocabile pentru a evita mișcarea accidentală. •Mecanismul de reglare înălțime și înclinare al mesei de servit să fie fiabil, să asigure poziții stabile, fără vibrații, fără blocaje. •Posibilitatea de a poziționa masa de servit pe ambele părți să fie facilă, cu mecanism de fixare sigur. •Documentație tehnică completă, certificat CE sau echivalent european pentru mobilier de uz medical/spitalicesc, declarație de conformitate, garanție minimă 24 luni. Condiții de livrare, montaj și verificare •Mobilierul trebuie livrat complet asamblat sau cu montaj efectuat de furnizor la locație, personal instruit privind operarea mesei de servit (înclinare/reglare). •Garanție minimă: 24 luni . Alte cerințe obligatorii •Oferta trebuie să includă fotografie/fotografii color ale modelului propus, vizibile toate elementele principale (masa de servit, roți, structura metalică, rafturi, sertare). •Producătorul/modelul produsului trebuie să fie specificat, cu fișa tehnică detaliată, dimensiuni, materiale și certificări. •Orice abatere de la cerințele de mai sus trebuie explicit justificată și cuantificată; abaterile majore pot conduce la declararea ofertei neconforme.		
4.1 Fotoliu pentru colectarea probelor	Manual dialysis chair/Blood donation chair, model JDYSY111B	China	BEIJING JINGDONG TECHNOLOGY (LAOTING) CO., LTD	Fotoliul medical pentru recoltarea probelor sanguine, cu cadru metalic rezistent, acoperit cu vopsea epoxidică anticorozivă. Capacitatea portantă maximă ≥ 200 kg, iar dimensiunile și greutatea trebuie să asigure stabilitate și manevrabilitate. Șezutul și spătarul vor fi și tapițate cu material impermeabil, lavabil și rezistent la dezinfectanți, spătarul fiind reglabil	Fotoliul medical pentru recoltarea probelor sanguine, cu cadru metalic rezistent, acoperit cu vopsea epoxidică anticorozivă. Capacitatea portantă maximă ≥ 200 kg, iar dimensiunile și greutatea trebuie să asigure stabilitate și manevrabilitate. Șezutul și spătarul vor fi și tapițate cu material impermeabil, lavabil și rezistent la dezinfectanți, spătarul fiind reglabil manual între 90° și 120°. Tetiera trebuie să fie reglabilă și	

			manual între 90° și 120°. Tetiera trebuie să fie reglabilă și detașabilă. Fotoliul va fi prevăzut cu două suporturi pentru brațe, reglabile pe înălțime și unghi, capitonate pentru confort, precum și cu suport pentru picioare reglabil. Mobilitatea se asigură prin patru roți pivotante, minim două cu frână. Toate colțurile vor fi rotunjite, materialele non-toxice și ușor de dezinfectat. Produsul trebuie să fie nou, certificat CE, conform standardelor europene aplicabile, livrat cu husă de protecție lavabilă sau set de huse de unică folosință, manual de utilizare în limba română și garanție minimă de 24 luni. Furnizorul trebuie să asigure livrarea, instalarea, punerea în funcțiune și instruirea personalului privind utilizarea corectă a mesei la sediul beneficiarului.	detașabilă. Fotoliul va fi prevăzut cu două suporturi pentru brațe, reglabile pe înălțime și unghi, capitonate pentru confort, precum și cu suport pentru picioare reglabil. Mobilitatea se asigură prin patru roți pivotante, minim două cu frână. Toate colțurile vor fi rotunjite, materialele non-toxice și ușor de dezinfectat. Produsul este nou, certificat CE, conform standardelor europene aplicabile, livrat cu husă de protecție lavabilă sau set de huse de unică folosință, manual de utilizare în limba română și garanție 24 luni. Furnizorul trebuie să asigure livrarea, instalarea, punerea în funcțiune și instruirea personalului privind utilizarea corectă a mesei la sediul beneficiarului.	
--	--	--	--	--	--

Numele, Prenumele: Nerușceac Irina

În calitate de: Manager vânzări

Ofertantul: „Med-M” SRL

Adresa: MD-3801, mun.Comrat, str. Dobrovoliski, 2A, UTA Gagauzia