

Nr. 084/01 din 23 martie 2023

Ref: PA ocds-b3wdp1-MD-1678355350253 din „24” martie 2023

IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”

DECLARAȚIE

privind criteriile de calitate

Prin prezenta compania „LifeMed Group” SRL, declară că, conform cerințelor Procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1678355350253 din „24” martie 2023, Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj vor coincide cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor vor conține caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare vor fi prezentate în limba de stat sau limba rusă. Reagenții, soluțiile din set vor fi lichizi și gata de lucru, în cazul când nu sunt liofilizați. Soluțiile de lucru vor fi stabile mai mult de 30 zile. În instrucțiunea de folosire va fi indicată specificitatea și sensibilitatea testelor.

Director vânzări și marketing

Andrei Ionașcu