

Specificații tehnice (F4.1)								
Numărul licitației: 21026655						din 06.08.2020		Alternativa nr.
Denumirea licitației: Echipamente industriale Institutul de Fizică Aplicată						Conform necesitatilor	Lot: conform listei solicitate	Pagina 1 din 1
Valuta, lei MDL								
Codul CPV		Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specif tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7	8
		Bunuri						
		Lotul 1						
42900000-5		Tub ceramic cu raze X 3kW cu instalare inclusă	CX-Mo 12 x 0.4- s LFF	United Kingdom	Malvern Panalytical	Conform caietului de sarcini	Tub ceramic cu raze X 3kW (anode de molibden, CX-Mo, 12x04 focalizare fină lungă (LFF), compatibil cu Xcalibur E difractometru) CX-Mo 12 x 0.4 –S LFF; Voltage (kV) Umax= 60 kV, Curent (mA) Imax=40mA, Putere (kW) Wmax=3.0kW. Tub cu raze X, lungime de undă (Mo) $K\alpha_1 = 0.7093187(4)$, $K\alpha_2=0.713609(6)$, $K\beta =0.632305(9)$, $K\alpha_1/ K\alpha_2=1.00605$ Versiune scurtă a lungimii tubului L = 216 mm. Perioada de garanție – 12 luni.	ISO
		Total lot 1						
		TOTAL						

Semnat: _____ Numele, prenumele: **Ermicev Alexandr** în calitate de: **Director**

Ofertantul: **LABROMED LABORATOR SRL** Adresa: **MD 2060, Chișinău, str.Cuza Voda 30/1** , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23