

FORMULARUL (F4.1)

Numărul licitației: 21029803		Data: 19/11/2020 Alternativa nr.
Denumirea licitație : Consumabile oftalmologie pentru anul 2021		Lot: 2-6; 8; 9; 11; Pagina 1 din 1 17; 19-23;

Codul CPV	Nr. Lot	Denumirea mărfii	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Unitate a de măsură	Cantitatea	Standard	Termenul de livrare/prestare
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33100000-1	2	Capsuloretractor	MCR-0001	SUA	MST/ACCUTO ME	Capsuloretractor (set câte 4). Flexibile, din polypropilen sau nylon, reutilizabile, cu stopper ajustabil din silicon, steril	Capsuloretractor (set câte 4). Flexibile, din polypropilen sau nylon, reutilizabile, cu stopper ajustabil din silicon, steril	Buc.	5	ISO, CE	Conform cerintelor
33100000-1	3	Cirlige iriene (Iris retractors)	MIH-0001	SUA	MST/ACCUTO ME	Iridoretractor (set câte 4). Flexibile, din polypropilen albastru sau nylon, reutilizabile, cu stopper ajustabil din silicon, steril	Iridoretractor (set câte 4). Flexibile, din polypropilen albastru sau nylon, reutilizabile, cu stopper ajustabil din silicon, steril	Buc.	10	ISO, CE	Conform cerintelor
33100000-1	4	Cutit oftalmic de 1,2 mm	AB-ASL12	SUA	MST/ACCUTO ME	Cutit microchirurgical (pentru incizia de baza in chirurgia cataractei). Lama de aliaj - austenit, unghi 45 grade, lungime cap 8 mm, bilateral, lățimea lamei 1,1, lățimea tășului lamei 0,2-0,3, lungimea lama 2,0 cu tăiș lateral Tip MSL 26, steril	Cutit microchirurgical (pentru incizia de baza in chirurgia cataractei). Lama de aliaj - austenit, unghi de 45°, lungime cap 8 mm, bilateral, lățimea lamei 1,1, lățimea tășului lamei 0,2-0,3, lungimea lamei 2,0 cu tăiș lateral Tip MSL 26, steril	Buc.	100	ISO, CE	Conform cerintelor
33100000-1	5	Cutit oftalmic de 2,2 mm	AB-ASL22	SUA	MST/ACCUTO ME	Cutit microchirurgical oftalmic model crescend, pentru chirurgia globului ocular 2,2 mm, Cutit Slit (pent™ incizie comeeană). Aliaj - austenit, unghi de 45°, lungime cap 8 mm, bilateral, lățimea lamei 2,2; lățimea tășului lamei 0,3-0,35, lungimea lama 3,2. Mâner complet.steril	Cutit microchirurgical oftalmic model crescend, pentru chirurgia globului ocular 2,2 mm, Cutit Slit (pent™ incizie comeeană). Aliaj - austenit, unghi de 45°, lungime cap 8 mm, bilateral, lățimea lamei 2,2; lățimea tășului lamei 0,3-0,35, lungimea lama 3,2. Mâner complet.steril	Buc.	1500	ISO, CE	Conform cerintelor
33100000-1	6	Cuțit oftalmic drept (straight)	AB-AST30	SUA	MST/ACCUTO ME	Cuțit drept, aliaj -austenit, lama sub unghi 30 grade, lățimea lamei tăietoare 1mm.	Cuțit drept, aliaj -austenit, lama sub unghi 30 grade, lățimea lamei tăietoare 1mm.	Buc.	50	ISO, CE	Conform cerintelor
33100000-1	8	Fir sutura Nailon 10/0 pentru chirurgia oftalmica	NY10DSP060-D	LUXEMBOURG	LUXSUTURES	Fir sutura Nailon 10/0 pentru chirurgia oftalmica. Neilon negru mono: 2 ace, 30 cm, spatulă, lungimea 6mm; diametru 0,14 mm, curbura 3/8 1350, sterile	Fir sutura Nailon 10/0 pentru chirurgia oftalmica. Neilon negru mono: 2 ace, 30 cm, spatulă, lungimea 6mm; diametru 0,14 mm, curbura 3/8 135°, sterile	Buc.	400	ISO, CE	Conform cerintelor
33100000-1	9	Fir sutura Nailon 9/0 pentru chirurgia oftalmica	NY90DSP060-D-200	LUXEMBOURG	LUXSUTURES	Fir sutura Nailon 9/0 pentru chirurgia oftalmica. Neilon negru mono :2 ace, 30 cm, spatulă, lungimea 6mm; 1350, diametru 0,20 mm, curbura 3/8, sterile	Fir sutura Nailon 9/0 pentru chirurgia oftalmica. Neilon negru mono :2 ace, 30 cm, spatulă, lungimea 6mm; 1350, diametru 0,20 mm, curbura 3/8, sterile	Buc.	150	ISO, CE	Conform cerintelor
33100000-1	11	Hialuronat de sodiu 1%	MRY-C32	TURCIA	MIRAY MEDIKAL	Hialuronat de sodiu 1% - 0,85 ml (menținerea spațiului, manipulare ușoară). Hialuronat de sodiu 1 %, greutate moleculară 2.4000 daltoni, în seringă sterilă de 0,85 ml, cu canulă 27 ga de unică folosință	Hialuronat de sodiu 1% - 0,85 ml (menținerea spațiului, manipulare ușoară). Hialuronat de sodiu 1 %, greutate moleculară 2.4000 daltoni, în seringă sterilă de 0,85 ml, cu canulă 27 ga de unică folosință	Buc.	200	ISO, CE	Conform cerintelor
33100000-1	17	Viscoelastic	MRY-C38	TURCIA	MIRAY MEDIKAL	Hydroxypropyl methylcellulose ophthalmic solution USP, Seringa 2ml	Hydroxypropyl methylcellulose ophthalmic solution USP, Seringa 2ml	Buc.	300	ISO, CE	Conform cerintelor
33100000-1	19	Vopsea pentru capsula anterioara	MRY-R8	TURCIA	MIRAY MEDIKAL	Vopsea pentru marcarea capsulei anterioare, uz intraocular - flacon 1,0 ml 0,06%	Vopsea pentru marcarea capsulei anterioare, uz intraocular - flacon 1,0 ml 0,06%	Buc.	400	ISO, CE	Conform cerintelor

Codul CPV	Nr. Lot	Denumirea mărfii	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Unitatea de măsură	Cantitatea	Standard	Termenul de livrare/prestare
33100000-1	20	Vîrf pentru facoemulsificare pentru aparatul Infinity Vision System	PT-31730-G (MST/Packard A1 0.7mm bent phaco tip 30° bevel)	SUA	MST/ACCUTO ME	Vîrf pentru facoemulsificare pentru aparatul Infinity Vision System	Vîrf pentru facoemulsificare pentru aparatul Infinity Vision System Vîrf pentru facoemulsificare de tip „Packard ” este un vîrf cu diametrul 0.7mm, care combină în sine eficiența, vizibilitatea și extra spațiul pentru a lucra cu siguranța sporită. Diametrul: 0.7 mm Furma vîrfului: Curbată Angulare bizoului: 30° Recomandat p/u incizie: 1.8-2.4 mm Folosinta: Reutilizabil pînă la ≤20 ori Accesorii: Fiecare vîrf este acomodat în set cu 1 buc. de cheia și 2 buc. de manșoane din silicon compatibile cu vîrf livrat	Buc.	250	ISO, CE	Conform cerintelor
33100000-1	21	Set de irigare - aspirare bimanuala, compatibil cu Vision System Infiniti	Classic BiManual 23G BI-98322 (piesa pentru aspiratie) + BI-98522 (piesa pentru irigare)	SUA	MST/ACCUTO ME	Sistem de irigare - aspirare bimanuala, inox, compatibilă la vision sistema Infiniti, piesa pentru irigare 2 orificii 2 x 0,35, lungime 103mm, 23 Ga, piesa aspiratie 1 orificiu 1x0,35mm, lungime 103mm, 23Ga .	Sistem de irigare - aspirare bimanuala, inox, compatibilă la vision sistema Infiniti, piesa pentru irigare 2 orificii 2 x 0,35, lungime 103mm, 23 Ga, piesa aspiratie 1 orificiu 1x0,35mm, lungime 103mm, 23Ga .	Buc.	3	ISO, CE	Conform cerintelor
33100000-1	22	Mansoane Alcon MicroSmooth Ultra Infusion Sleeve Kit 0.9mm	SPK-0008 (MST A1 0.7mm Gold Silicone Sleeve and MST Plastic Wrench)	SUA	MST/ACCUTO ME	Mansoane Silicon Alcon MicroSmooth Ultra Infusion Sleeve Kit 0.9mm compatibil cu Vision System Infiniti Alcon	Mansoane Silicon, analog cu Alcon MicroSmooth Ultra Infusion Sleeve Kit 0.9mm, compatibile cu LOT 20 - Vîrf pentru facoemulsificare pentru aparatul Infinity Vision System.	Buc.	350	ISO, CE	Conform cerintelor
33100000-1	23	Inel de tensionare la operatii la cataracta 13,0 mm	La alegere: TYPE 14C sau TYPE 13A	SUA	MST/ACCUTO ME	Inel de tensionare pentru operatii de cataracta. Forma semicirculara. Confectionat in intregime din PMMA UV (Ultraviolet light absorbing polymethyl methacrylate). Marginile inelului de tensionare sunt cu urechiuse cu gauri.	Inel de tensionare pentru operatii de cataracta. Forma semicirculara. Confectionat in intregime din PMMA UV (Ultraviolet light absorbing polymethyl methacrylate). Marginile inelului de tensionare sunt cu urechiuse cu gauri.	Buc.	6	ISO, CE	Conform cerintelor

Semnat: _____ Numele, prenumele: Petru BOLEA În calitate de: Șef departament comercial

Ofertantul: S.C. Imunotehnomed S.R.L. Adresa: Str. Gheorghe Asachi 42, MD-2028, Chisinau, Moldova