

FORMULARUL OFERTEI (F3.1)

Data: **30 iul 2021, 9:21 - 21 aug 2021, 9:21**
Procedura de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1625819712090**
Anunț de participare Nr.:
Către: **CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE**

Biosistem-mld SRL declară că:

a) Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de licitație, inclusiv modificările nr.

b) Biosistem-mld SRL se angajează să furnizeze, în conformitate cu documentele de licitație și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și de formare a prețurilor, următoarele bunuri și/sau servicii

Dispozitivelor medicale, conform necesităților beneficiarilor lista suplimentară 10, pentru anul 2021

c) Suma totală a ofertei
fără TVA constituie: **639,817.88 lei**
șase sute treizeci și nouă mii opt sute șaptesprezece lei și optzeci și opt bani

d) Suma totală a ofertei
cu TVA constituie: **767,781.45 lei**
șapte sute șaiszeci și șapte mii șapte sute optzeci și unu lei și patruzeci și cinci bani

e) Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în FDA3.8., începând cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu FDA4.2., va rămâne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade

f) În cazul acceptării prezentei oferte, Biosistem-mld SRL se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu FDA6, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.

g) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu art. 74 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice

h) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul

Semnat: _____

Nume: Poiata Vitalie

În calitate de: Director

Ofertantul: Biosistem-mld SRL

Adresa: mun.Chisinau, Albisoara 16/1 of.7

Data: 30 iul 2021, 9:21 - 21 aug 2021, 9:21

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție:							ocds-b3wdp1-MD-1625819712090 din 30 iul 2021, 9:21 - 21 aug 2021, 9:21			
Denumirea procedurii de achiziție:							Dispozitivelor medicale, conform necesităților beneficiarilor lista suplimentară 10, pentru anul 2021			
Nr. Lot	Denumire Lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Tara de origine	Produsătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	
1	Dispozitiv pentru coloratia frotiului, metoda de coloratie Papanicolau	33100000-1	Dispozitiv pentru coloratia frotiului, metoda de coloratie Papanicolau	AUTOMATIC SLIDE STAINER, model SS-30H	Spania	Especialidades Médicas Myr S.L.	Dispozitiv pentru colorarea frotiului, metoda de colorație Papanicolau :Descriere Acest dispozitiv medical este destinat colorării automate a frotiurilor de sânge, a preparatelor microbiologice, citologice și a altor preparate pe lamele de sticlă conform unui program prestabilit. :Parametru Specificația:Canitatea stațiilor combinate, buc. 10;Stații de uscare, buc. 2;Numărul de stații de spălare cu apă curentă, buc. 1;Numărul maxim de ochelari într-un trepid, buc. 25;Temperatura de uscare 30 - 50 °C, ± 5;Ventilarea camerei de lucru da;Display LED, LCD;Numărul de metode de colorare incluse ≥ 10;Număr programabil de tehnici de colorare a preparatelor ≤ 30 ;"Numărul de operații tehnologice din programul de colorare " ≤ 29 ; Numărul fluidelor de proces ≤ 50 ;Alimentare 220 V, 50 Hz;	Dispozitiv pentru colorarea frotiului, metoda de colorație Papanicolau :Descriere Acest dispozitiv medical este destinat colorării automate a frotiurilor de sânge, a preparatelor microbiologice, citologice și a altor preparate pe lamele de sticlă conform unui program prestabilit. :Parametru Specificația:Canitatea stațiilor combinate, buc. 10;Stații de uscare, buc. 2;Numărul de stații de spălare cu apă curentă, buc. 1;Numărul maxim de ochelari într-un trepid, buc. 25;Temperatura de uscare 30 - 50 °C, ± 5;Ventilarea camerei de lucru da;Display LED, LCD;Numărul de metode de colorare incluse ≥ 10;Număr programabil de tehnici de colorare a preparatelor ≤ 30 ;"Numărul de operații tehnologice din programul de colorare " ≤ 29 ; Numărul fluidelor de proces ≤ 50 ;Alimentare 220 V, 50 Hz;	ISO, CE	
7	Analizator hematologic, automat (3 diff), cu modul VSH	33100000-1	Analizator hematologic, automat (3 diff), cu modul VSH	BC-30s Auto Hematology Analyzer + Auto Dynamic (ESR) Monitor LBY-XC20B + Roller Mixer MX-T6-S	China/China	Mindray/Precil Biobase	Analizator hematologic, automat (3 diff), cu modul VSH - 1 BUC;Tip probă: sânge venos, sânge capilar; tip sistem: deschis; capacitate de lucru ≥ 60 probe /h; canale separate pentru diluții și probe de sânge pentru: WBC, RBC; determinarea următorilor parametrii: WBC, RBC, HTC, MCH, RDW, MCHC, MCV, PLT, PDW, PCT, MPV; numărarea absolută și procentuală: MONO, LYMPH, GR; histograme: histograma repartizării leucocitelor după volum, : histograma repartizării eritrocitelor după volum, : histograma repartizării trombocitelor după volum, afisaj:LCD, touchscreen, afişarea tuturor datelor monitorizate și calculate, sistemul hidraulică: automată, printer: terminal, încorporat; autotestarea: autodiagnostic, automonitoring, mesaje de erori, raporturi de erori, alarme: acustică, vizuală, când vasele pentru reagenți sunt goale, când vasul pentru deșeurile este plin; softul: softul pentru controlul calității încorporat, cu posibilitate de up-date și up-gradare; memoria: memorarea graficelor, memorarea rezultatelor cu histograme la minim 1000 pacienți, memorarea parametrilor determinați inclusiv diferențierea leucocitară și minim 3 histograme; roler-mixer, viteza de rotație 25-35 grade, viteza de rulare 40-60 rulați/minut . Modulul VSH Canale de citire pentru minim 5 eprubete, canale de citire-da, termostată încorporat pentru minim 5 eprubete, termostată încorporat – da, modul de citire, acces de citire – random acces, productivitatea ≥ 25 teste/oră, afisaj –LCD, citire- automată cu interpretare, alimentarea -220V, 50 Hz; Condiții de livrare: ≥ 5000 eprubete fără vacuum, eprubete pentru colectarea sângelui periferic ≥ 5000 unit., eprubete pentru colectarea sângelui venos ≥ 5000 unit., rolă din policlorură de vinil – 5 buc., reagenți pentru minim 1000 investigații, limba de comunicare: rom/rus.	Analizator hematologic, automat (3 diff), cu modul VSH - 1 BUC;Tip probă: sânge venos, sânge capilar; tip sistem: deschis; capacitate de lucru: 60 probe /h; canale separate pentru diluții și probe de sânge pentru: WBC, RBC; determinarea următorilor parametrii: WBC, RBC, HTC, MCH, RDW, MCHC, MCV, PLT, PDW, PCT, MPV; numărarea absolută și procentuală: MONO, LYMPH, GR; histograme: histograma repartizării leucocitelor după volum, : histograma repartizării eritrocitelor după volum, : histograma repartizării trombocitelor după volum, afisaj:LCD, touchscreen, afişarea tuturor datelor monitorizate și calculate, sistemul hidraulică: automată, printer: terminal, încorporat; autotestarea: autodiagnostic, automonitoring, mesaje de erori, raporturi de erori, alarme: acustică, vizuală, când vasele pentru reagenți sunt goale, când vasul pentru deșeurile este plin; softul: softul pentru controlul calității încorporat, cu posibilitate de up-date și up-gradare; memoria: memorarea graficelor, memorarea rezultatelor cu histograme la minim 1000 pacienți, memorarea parametrilor determinați inclusiv diferențierea leucocitară și minim 3 histograme; roler-mixer, viteza de rotație 25-35 grade, viteza de rulare 40-60 rulați/minut . Modulul VSH Canale de citire pentru minim 5 eprubete, canale de citire-da, termostată încorporat pentru minim 5 eprubete, termostată încorporat – da, modul de citire, acces de citire – random acces, productivitatea ≥ 25 teste/oră, afisaj –LCD, citire- automată cu interpretare, alimentarea -220V, 50 Hz; Condiții de livrare: ≥ 5000 eprubete fără vacuum, eprubete pentru colectarea sângelui periferic ≥ 5000 unit., eprubete pentru colectarea sângelui venos ≥ 5000 unit., rolă din policlorură de vinil – 5 buc., reagenți pentru minim 1000 investigații, limba de comunicare: rom/rus.	ISO, CE	
12	Dispozitiv automat pentru colorarea frotiurilor citologice	33100000-1	Dispozitiv automat pentru colorarea frotiurilor citologice	AUTOMATIC SLIDE STAINER, model SS-30	Spania	Especialidades Médicas Myr S.L.	Dispozitiv automat pentru colorarea frotiurilor citologice :Descriere Dispozitiv pentru colorarea automata a lamelor pentru hematologie, citologie, histologie, bacteriologie, s.a. :Parametru Specificația;Caracteristici sistem procesare simultana ≥ 5 stative; statii de procesare, total ≥ 20; statii de incarcare ≤ 2; statii de descarcare ≤ 3; statii de spalare ≤ 3; capacitate stativ ≥ 30 lame; volum reagent / statie ≥ 300 ml; memorie ≥ 20 programe; capacitate program ≥ 50 pasi;posibilitatea de a programa sistemul de agitare pentru fiecare statie in parte posibilitatea de a programa sistemul de agitare pentru fiecare statie in parte da; program special pentru statii de spalare da; moduri de programare ≥ 4; parametri configurabili ≥ 3 (numar, viteza, amplituda);timp de imersie 1 sec - 59 min, pasul ≥ 59 sec;memorie reagenti pre-programati ≥ 32; definiti de utilizator ≥ 20;real-time display pentru protocoalele executate da;functie de drenare reagent da;interfata USB pentru transmiterea datelor spre calculator da;filtru pentru purificare aer cu carbon activat da;conectare la sistem de apa presiunea ≤ 4 bar; temperatura ≤ 30 °C; standard conectare ¾"; sistem dublu de protectie scurgere da;sistem canalizare drenaj prin gravitate da; diametru teava ≤ 20 mm;Caracteristici alimentare Acumulator LI-Ion da; Autonomie acumulator ≥ 2 ore; Alimentare prin bloc de alimentare extern Da;Accesorii :Dispozitivul sa fie livrat impreuna cu toate accesoriile necesare pentru punerea in functiune al dispozitivului ;vas pentru reagenti ≥ 20 buc;vas pentru apa ≥ 3 buc;capac pentru vas ≥ 23 buc;stativ pentru lame (capacitatea 30 lame) ≥ 3 buc;suport pentru stativ cu lame ≥ 3 buc;tub pentru conectarea la sistemul de apa ≥ 1 (~1,5 metri);tub pentru conectarea la sistemul de canalizare ≥ 1 (~3 metri);filtru pentru purificare aer cu carbon activat ≥ 1 buc;Cablul USB pentru conectarea la calculator ≥ 1 buc;bloc de alimentare ≥ 1 buc;calculator pentru programare ≥ 1 buc;	Dispozitiv automat pentru colorarea frotiurilor citologice :Descriere Dispozitiv pentru colorarea automata a lamelor pentru hematologie, citologie, histologie, bacteriologie, s.a. :Parametru Specificația;Caracteristici sistem procesare simultana ≥ 5 stative; statii de procesare, total ≥ 20; statii de incarcare ≤ 2; statii de descarcare ≤ 3; statii de spalare ≤ 3; capacitate stativ ≥ 30 lame; volum reagent / statie ≥ 300 ml; memorie ≥ 20 programe; capacitate program ≥ 50 pasi;posibilitatea de a programa sistemul de agitare pentru fiecare statie in parte posibilitatea de a programa sistemul de agitare pentru fiecare statie in parte da; program special pentru statii de spalare da; moduri de programare ≥ 4; parametri configurabili ≥ 3 (numar, viteza, amplituda);timp de imersie 1 sec - 59 min, pasul ≥ 59 sec;memorie reagenti pre-programati ≥ 32; definiti de utilizator ≥ 20;real-time display pentru protocoalele executate da;functie de drenare reagent da;interfata USB pentru transmiterea datelor spre calculator da;filtru pentru purificare aer cu carbon activat da;conectare la sistem de apa presiunea ≤ 4 bar; temperatura ≤ 30 °C; standard conectare ¾"; sistem dublu de protectie scurgere da;sistem canalizare drenaj prin gravitate da; diametru teava ≤ 20 mm;Caracteristici alimentare Acumulator LI-Ion da; Autonomie acumulator ≥ 2 ore; Alimentare prin bloc de alimentare extern Da;Accesorii :Dispozitivul sa fie livrat impreuna cu toate accesoriile necesare pentru punerea in functiune al dispozitivului ;vas pentru reagenti ≥ 20 buc;vas pentru apa ≥ 3 buc;capac pentru vas ≥ 23 buc;stativ pentru lame (capacitatea 30 lame) ≥ 3 buc;suport pentru stativ cu lame ≥ 3 buc;tub pentru conectarea la sistemul de apa ≥ 1 (~1,5 metri);tub pentru conectarea la sistemul de canalizare ≥ 1 (~3 metri);filtru pentru purificare aer cu carbon activat ≥ 1 buc;Cablul USB pentru conectarea la calculator ≥ 1 buc;bloc de alimentare ≥ 1 buc;calculator pentru programare ≥ 1 buc;	ISO, CE	

Semnat: _____ Numele, prenumele: Poiata Vitalie

În calitate de: Director

Specificații de preț (F4.2)

Numărul procedurii de achiziție					ocds-b3wdp1-MD-1625819712090 din 30 iul 2021, 9:21 - 21 aug 2021, 9:21					
Denumirea procedurii de achiziție:					Dispozitivelor medicale, conform necesităților beneficiarilor lista suplimentară 10, pentru anul 2021					
Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Cod CPV	Cantitatea	Unitatea de măsură	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/ prestare
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
1	Dispozitiv pentru coloratia frotiului, metoda de coloratie Papanicolau	Dispozitiv pentru coloratia frotiului, metoda de coloratie Papanicolau	33100000-1	1	buc.	270,290.25	324,348.30	270,290.25	324,348.30	până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 20 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea)
7	Analizator hematologic, automat (3 diff), cu modul VSH	Analizator hematologic, automat (3 diff), cu modul VSH	33100000-1	1	buc.	90,000.00	108,000.00	90,000.00	108,000.00	
12	Dispozitiv automat pentru colorarea frotiurilor citologice	Dispozitiv automat pentru colorarea frotiurilor citologice	33100000-1	1	buc.	279,527.63	335,433.15	279,527.63	335,433.15	
TOTAL Oferta							639,817.88	767,781.45		

Semnat: _____ Numele, prenumele: Poiata Vitalie

Ofertantul: Biosistem-mld SRL

În calitate de: Director

Adresa: mun.Chisinau, Albisoara 16/1 of.7