

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocde-b3wdp1-MD-1761658643051 din 28.10.2025
Obiectul achiziției: Echipamente pentru încercări de laborator

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1. Cale plan paralele, set. Clasa de exactitate 1.	6061081 70000805	Germania	FWT-gmbh	Conform caietului de sarcini	Cale plan paralele, set. Clasa de exactitate 1., 6061081, FWT-gmbh - Materiale – ceramică - 1,005 mm (1 buc.); 1,01 - 1,09 mm (pasul: 0,01; 9 buc.); 1,1 - 1,9 mm (pasul: 0,1; 9 buc.); 1 - 9 mm (pasul: 1; 9 buc.); 10 - 30 mm (pasul: 10; 3 buc.); 50 mm (1 buc.).	EN ISO 3650
Lotul 4. Instrument de calibrare Orniometru (Wheel Tracker)	78 PV3/KIT	Italia	Controls	Conform caietului de sarcini	Instrument de calibrare Orniometru (Wheel Tracker), 78 PV3/KIT, Controls.	EN 12697-22

					- Celulă pentru verificarea sarcinii roții - cap.min.1000N ± 1N. - Termometru digital pentru verificarea temperaturii aerului sau a apei - -50-150 $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$. - Set de cale plan paralele - 5, 10, 15, 20 mm. - Laptop PC cu un software dedicat. - Geanta de transport robusta din plastic dur. Notă: Pentru utilizarea pe echipamente de altă producere, nu de la Controls, pot fi necesare utilizarea unor adaptoare. Adaptoarele sunt responsabilitatea utilizatorului final.	
Lotul 5. Site pentru cernere cu diametrul 300mm	15 D3335/J 15 D3305/J 15 D3275/J 15 D3245/J 15 D3215/J 15 D3185/J 15 D3550/J 15 D3515/J 15-D3500/J 15 D3480/J 15 D3465/J 15 D3445/J 15 D3442/J 15 D3435/J 15 D3420/J 15 D3004/J	Italia	Controls	Conform caietului de sarcini	Site pentru cernere cu diametrul 300mm, Controls. - 63 μm (5 buc). - 125 μm (4buc). - 250 μm (4 buc). - 500 μm (2 buc). - 1.00 mm (2 buc). - 2.00 mm (2buc). - 4.00 mm (1 buc). - 8.00 mm (1 buc). - 11.2 mm (1 buc). - 16.0 mm (1 buc). - 22.4 mm (1 buc). - 31.5 mm (1 buc). - 40.0 mm (1 buc). - 45.0 mm (1 buc). - 63.0 mm (1 buc). Toate sitele sunt livrate cu certificat de conformitate conform standardelor Europene.	EN ISO 3650

					Certificatul metrologic nu este inclus.	
Lotul 6. Site pentru cernere cu diametrul 200mm	15 D2335/J 15 D2290/J 15 D2285/J 15 D2275/J 15 D2215/J 15 D2185/J 15 D2550/J 15 D2515/J 15-D2500/J 15 D2480/J 15 D2465/J 15 D2445/J 15 D2442/J 15 D2435/J 15 D2420/J 15 D2004/J	Italia	Controls	Conform caietului de sarcini	Site pentru cernere cu diametrul 200mm, Controls. - 63 µm (5 buc). - 180 µm (4buc). - 200 µm (4 buc). - 250 µm (2 buc). - 1.00 mm (2 buc). - 2.00 mm (2buc). - 4.00 mm (1 buc). - 8.00 mm (1 buc). - 11.2 mm (1 buc). - 16.0 mm (1 buc). - 22.4 mm (1 buc). - 31.5 mm (1 buc). - 40.0 mm (1 buc). - 45.0 mm (1 buc). - 63.0 mm (1 buc). Toate sitele sunt livrate cu certificat de conformitate conform standardelor Europene. Certificatul metrologic nu este inclus.	EN ISO 3650
TOTAL						

Semnat Numele, prenumele: **Nicolai Iasîbaş** În calitate de: **Director**
Ofertantul **Lokmera SRL** Adresa: **str. Mitropolit Gurie Grosu 9, Chişinău, MD-2028, Republica Moldova**