

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție nr. **21515926/ ocde-b3wdp1-MD-1764338310520** din **30.12.2025**

Obiectul achiziției: **Reagenți de laborator - SISTEM ÎNCHIS - anul 2026**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
Lot 2 consumabile pentru analizatorul automat ale gazelor și electroliților în sânge Stat Profile Prime Plus, Nova Biomedical (measured parameters: pH, pCO2, pO2, SO2, Hct, Na, K, Cl, iCa, iMg, Glu, Lac, tHb, O2Hb, COHb, Methb, HHb, tBil, HbF)						
Prime-Plus Sensor Card:w\COOx (Standard) (1/100 teste)	61604	SUA	Nova Biomedical	Prime-Plus Sensor Card:w\COOx (Standard)(1/100 teste)	Prime-Plus Sensor Card: w/ COOx (Standard) 1buc/100 teste , compatibil cu analizatorul automat ale gazelor și electroliților în sânge Stat Profile Plus,	ISO, CE
Prime-Plus Sensor Card-BLANK RENAL Sensor Card:(Clinical) la necesitate	58379	SUA	Nova Biomedical	Prime-Plus Sensor Card-BLANK RENAL Sensor Card:(Clinical) la necesitate	Prime Plus Sensor Card –BLANK RENAL Sensor Card(Clinical), compatibil cu analizatorul automat ale gazelor și electroliților în sânge Stat	ISO, CE
Reference Sensor-Prime-Plus (w/ W/R Pump Tubing)(CLINICAL) la necesitate	57823	SUA	Nova Biomedical	Reference Sensor-Prime-Plus (w/ W/R Pump Tubing)(CLINICAL) la necesitate	Reference Sensor- Prime-Plus (w/ W/R Pump Tubing) (CLINICAL), compatibil cu analizatorul automat ale gazelor și electroliților în sânge Stat Profile Plus,	ISO, CE
Stat Profile Prime Plus® Calibrator Cartridge 100 Sample	57825	SUA	Nova Biomedical	Stat Profile Prime Plus® Calibrator Cartridge 100 Sample	Stat Profile Prime Plus® Calibrator Cartridge 1buc/ 100 teste, compatibil cu analizatorul automat ale gazelor și electroliților în sânge Stat Profile Plus,	ISO, CE
Stat Profile Prime Plus® Ampuled Controls BG, COOX Levels 1, 2, 3; 10amp. x 3ml;	57844	SUA	Nova Biomedical	Stat Profile Prime Plus® Ampuled Controls BG, COOX Levels 1, 2, 3; 10amp. x 3ml;	Stat Profile Prime Plus® Ampuled Controls BG, COOX Levels 1, 2, 3; set-10amp. x 3ml., compatibil cu analizatorul automat ale gazelor și electroliților în	ISO, CE
Stat Profile Prime Plus® Ampuled Controls Chemistry Levels 4,5, ; 10amp. x 3ml;	57845	SUA	Nova Biomedical	Stat Profile Prime Plus® Ampuled Controls Chemistry Levels 4,5, ; 10amp. x 3ml	Stat Profile Prime Plus® Ampuled Controls Chemistry Levels 4,5; set-10amp. x 3ml, compatibil cu analizatorul automat ale gazelor și electroliților în	ISO, CE
Kit Clot Syringe 200buc/set Adaptar seringi pentru captarea a cheagurilor	38883	SUA	Nova Biomedical	Kit Clot Syringe 200buc/set Adaptar seringi pentru captarea a cheagurilor	Adapter seringi pentru captarea cheagurilor (set/200 buc) , compatibil cu analizatorul	ISO, CE
Printer Paper	49200	SUA	Nova Biomedical	Printer Paper	Rola hartie termorezistenta, compatibila cu analizatorul automat ale gazelor și electroliților în sânge Stat Profile Plus, Nova Biomedical	ISO, CE

Lot 3 Specificații standard pentru investigații imunologice la paraziti SISTEM ÎNCHIS						
Ascaris lumbricoides IgG, ELISA 96 teste	D-3452 Ascarida IgG	Rusia	Vector Best	Cerințe generale* + Notă ** de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+"și"- calibratori. Metoda ELISA. (Fiecare godeu sa fie detasabil)	Metoda ELISA, 96 godeuri, detasabile, calibrator, control negativ, control pozitiv - incluse în set	ISO, CE
TOXOcară canis IgG, ELISA	D-2752 Toxocara IgG	Rusia	Vector Best	Cerințe generale* + Notă ** de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+"și"- calibratori. Metoda ELISA. (Fiecare godeu sa fie detasabil)	Metoda ELISA, 96 godeuri, detasabile, calibrator, control negativ, control pozitiv - incluse în set	ISO, CE
Liambliia IgG ELISA 96 TESTE	D-3552 Liambliia Ab	Rusia	Vector Best	Cerințe generale* + Notă ** de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+"și"- calibratori. Metoda ELISA. (Fiecare godeu sa fie detasabil)	Metoda ELISA, 96 godeuri, detasabile, calibrator, control negativ, control pozitiv - incluse în set	ISO, CE
Toxo IgG ELISA 96 teste	TOXOG.CE, TOXO IgG	Italia	DiaPro	Cerințe generale* + Notă ** de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+"și"- calibratori. Metoda ELISA. (Fiecare godeu sa fie detasabil)	Metoda ELISA, 96 godeuri, detasabile, calibrator, control negativ, control pozitiv - incluse în set	ISO, CE
Lot 5 Reagenți, calibratori și materiale de control, la Analizatorul Biochimic Semiautomat STAT - FAX 1904 / SISTEM ÎNCHIS						
Fosfataza alcalină(Alkaline Phosphatase)	PASL-0420	Franta	Elitech	Fotometrică fermentativă Determinare Cinetică. Lichid Stabil gata pentru Folosire. Bireagent Ser, plasma heparinizată <3,0	ALP (DEA) SL, set 4 X 62.5 ML Fotometrică fermentativă Determinare Cinetică. Lichid Stabil gata pentru Folosire. Bireagent Ser, plasma heparinizată <3,0	ISO, CE
Albumina (Albumin)(Albumina umana. Standard fl. –5 ml(sa fie inclus în set)	ALBU-0600	Franta	Elitech	Fotometrică cu BCG Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Ser, plasma EDTA sau heparinizată <2.0	ALBUMIN, set 2 X 125 ML+STD Fotometrică cu BCG Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Ser, plasma EDTA sau heparinizată <2.0	ISO, CE
ASAT(GOT)	ASSL-0510	Franta	Elitech	Fotometrică fermentativă Determinare Cinetică. Lichid Stabil gata pentru Folosire. Bireagent Ser, plasma heparinizată <3,0	AST/GOT, set 4+1 SL 5X125 ML Fotometrică fermentativă Determinare Cinetică. Lichid Stabil gata pentru Folosire. Bireagent Ser, plasma heparinizată <3,0	ISO, CE
ALAT (GPT)	ALSL-0510	Franta	Elitech	Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică.EPS-G7 Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Ser, plasma EDTA sau heparinizată <2U/L <2,0 <1,5 Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 3,8 g/l, Lipemie până la 21 g/l. Flacoane cu volumul de la 100ml până la 125ml.	ALT/GOT, set 4+1 SL 5X125 ML Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică.EPS-G7 Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Ser, plasma EDTA sau heparinizată <2U/L <2,0 <1,5 Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 3,8 g/l, Lipemie până la 21 g/l. Flacoane cu volumul de 100 ml.	ISO, CE
alfa-Amilaza (alfa-Amylase)	AMSL-0400	Franta	Elitech	Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. CNP-G3 Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Ser, plasma EDTA sau heparinizată <33,0U/L <5.0 <8.0 Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Lipemie până la 11 g/l, Flacoane cu volumul de la 50— până la— 100ml.	AMYLASE SL, set 2 X 50 ML Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. CNP-G3 Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Ser, plasma EDTA sau heparinizată <33,0U/L <5.0 <8.0 Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Lipemie până la 11 g/l, Flacoane cu volumul de 50 ml.	ISO, CE

Bilirubina totală (Total Bilirubin)	BITO-0600	Franta	Elitech	Fotometrică Indrașec Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Ser, plasma EDTA sau heparinizată <1.3 mmol/l <5.0 <5.0 Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Lipemie până la 21 g/l, Flacoane cu volumul de la100— până la— 125ml.	BILIRUBIN TOTAL, set 2X125 ML Fotometrică Indrașec Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Ser, plasma EDTA sau heparinizată <1.3 mmol/l <5.0 <5.0 Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Lipemie până la 21 g/l, Flacoane cu volumul de 100 ml.	ISO, CE
Bilirubina directă(Direct Bilirubin)	BIDI-0500	Franta	Elitech	Fotometrică Indrașec Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Ser, plasma EDTA sau Heparinizat <1.8 mmol/l <nn'! < 0 01^ VJ .VJ –L Acid Ascorbic până la1,7 mmol/l, Hemoglobina până la5,5 g/l, Lipemie până la 11 g/l, Flacoane cu volumul de La100— până la— 125ml.	BILIRUBIN DIRECT, set 1X125 ML. Fotometrică Indrașec Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Ser, plasma EDTA sau Heparinizat <1.8 mmol/l <nn'! < 0 01^ VJ .VJ –L Acid Ascorbic până la1,7 mmol/l, Hemoglobina până la5,5 g/l, Lipemie până la 11 g/l, Flacoane cu volumul de 100 ml.	ISO, CE
Calciu(Calcium),Calciu Standard fl. 5ml(sa fie inclus in set)	CALA-0600	Franta	Elitech	Fotometrică cu Arsenazo III Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Ser, plasma heparinizat, urina ă <0.01m mol/l <0.3 <0.3 Acid Ascorbic până la1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Lipemie până la 21 g/l, Hemoglobina până la5,5 g/l, Magneziu până la 8 mmol/l Flacoane cu volumul de La100— până la—150 ml.	CALCIUM ARSENAZO, set 2 X 125 ML Fotometrică cu Arsenazo III Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Ser, plasma heparinizat, urina ă <0.01m mol/l <0.3 <0.3 Acid Ascorbic până la1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Lipemie până la 21 g/l, Hemoglobina până la5,5 g/l, Magneziu până la 8 mmol/l Flacoane cu volumul de 125 ml.	ISO, CE
Cholesterol total(Cholesterol), Cholesterol standard fl. 5 ml (sa fie inclus in set)	CHSL-0707	Franta	Elitech	Fotometrică CHOD-PAP Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Ser, plasma EDTA sau Heparinizat < 0 08_ ^mmol/l <2.0 <2.5 Acid Ascorbic până la0,3 mmol/l, Bilirubina până la 0,35 mmol/l, Hemoglobina până la2,1 g/l, Lipemie până la 21 g/l. Flacoane cu volumul de La100— până la— 250ml.	CHOLESTEROL SL, set 4 X 250ML + STD. Fotometrică CHOD-PAP Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Ser, plasma EDTA sau Heparinizat < 0 08_ ^mmol/l <2.0 <2.5 Acid Ascorbic până la0,3 mmol/l, Bilirubina până la 0,35 mmol/l, Hemoglobina până la2,1 g/l, Lipemie până la 21 g/l. Flacoane cu volumul de 250ml.	ISO, CE
Creatinina(Creatinine), Creatinina Standard, fl 5 ml(sa fie inclus in set)	CRCO-0600	Franta	Elitech	Fotometrică Jaffe fără deproteinizare Determinare CINETICĂ cu calibrator Lichid Stabil gata pentru Folosire. Bireagent Cu calibrator. Ser, plasma heparinizată urina <15 Mmol <0.05 <0.05 Acid Ascorbic până la1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la5,5 g/l, Lipemie până la 21 g/l. Flacoane cu volumul de La100— până la— 250ml.	CREATININE JAFFE, set 2 X 125 ML Fotometrică Jaffe fără deproteinizare Determinare CINETICĂ cu calibrator Lichid Stabil gata pentru Folosire. Bireagent Cu calibrator. Ser, plasma heparinizată urina <15 Mmol <0.05 <0.05 Acid Ascorbic până la1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la5,5 g/l, Lipemie până la 21 g/l. Flacoane cu volumul de 125ml.	ISO, CE
Glukoza Glucose),Glukoza Standard, fl 5 ml(sa fie inclus in set)	GPSL-0707	Franta	Elitech	Fotometrică cu GOD-PAP Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu Calibrator Ser, plasma EDTA, Fluorinizată sau heparinizată urina < 0.1 mmol/l <7.0 <3.0 Acid Ascorbic până la0,9 mmol/l, Bilirubina până la 0,9 mmol/l, Hemoglobina până la 5 g/l, Lipemie până la 20 g/l. Flacoane cu volumul de La 250— până la — 500ml.	GLUCOSE PAP SL, set 4 X 250ML + STD. Fotometrică cu GOD-PAP Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu Calibrator Ser, plasma EDTA, Fluorinizată sau heparinizată urina < 0.1 mmol/l <7.0 <3.0 Acid Ascorbic până la0,9 mmol/l, Bilirubina până la 0,9 mmol/l, Hemoglobina până la 5 g/l, Lipemie până la 20 g/l. Flacoane cu volumul de 250ml.	ISO, CE

Fier(Iron)Fier, Standard, fl5 ml (sa fie inclus in set)	FEFE-0600	Franta	Elitech	Fotometrică cu feren. Lichid Stabil Gata pentru folosire. Bireagent. Ser, plasma heparinizată <0.9 mcmol/l <3.0 < 4.0 Bilirubina până la 1,0 mmol/l, Hemoglobina până la1,1 g/l, Lipemie până la 21 g/l, Cupru până la 6,5 mmol/l, Zinc până la 0,06 mmol/l. Flacoane cu volumul de La100— până la— 125ml.	IRON FERENE , set 2x100 R2 1X50ml+STD Fotometrică cu feren. Lichid Stabil Gata pentru folosire. Bireagent. Ser, plasma heparinizată <0.9 mcmol/l <3.0 < 4.0 Bilirubina până la 1,0 mmol/l, Hemoglobina până la1,1 g/l, Lipemie până la 21 g/l, Cupru până la 6,5 mmol/l, Zinc până la 0,06 mmol/l. Flacoane cu volumul de100 ml.	ISO, CE
Magneziu(Magnesium)Magneziu Standard, fl 5(sa fie inclus in set)	MGXB-0600	Franta	Elitech	Fotometrica Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Ser, plasma heparinizată urina, LCR. 0.02m mr>1/1111U/1 <0.03 <0.06 Acid Ascorbic până la1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Lipemie – trigliceride până la 21g/l. Flacoane cu volumul de La100—până la—125 ml.	MAGNESIUM XB, set 2 x 100 mL + Std. Fotometrica Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Ser, plasma heparinizată urina, LCR. 0.02m mr>1/1111U/1 <0.03 <0.06 Acid Ascorbic până la1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Lipemie – trigliceride până la 21g/l. Flacoane cu volumul de 100 ml.	ISO, CE
Proteina Totală(Total Protein),Proteina Totală Standard, fl 5-ml(sa fie inclus in set)	PROB-0600	Franta	Elitech	Fotometrică cu biuret Lichid Stabil Gata pentru folosire. Bireagent. Cu Calibrator Ser, plasma heparinizată <5,0 g/l <0.1 <0.15 Acid Ascorbic până la1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la5,5 g/l, Lipemie – trigliceride până la 11g/l. Flacoane cu volumul de La100— până la— 125ml.	TOTAL PROTEIN PLUS 2 X 125 ML+STD. Fotometrică cu biuret Lichid Stabil Gata pentru folosire. Bireagent. Cu Calibrator Ser, plasma heparinizată <5,0 g/l <0.1 <0.15 Acid Ascorbic până la1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la5,5 g/l, Lipemie – trigliceride până la 11g/l. Flacoane cu volumul de 125ml.	ISO, CE
Trigliceride(Triglycerides),Trigliceride Standard, fl 5ml(sa fie inclus in set)	TGML-0517	Franta	Elitech	Fotometrică GPO Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Ser, plasma EDTA sau Heparinizat <0,01 Mmol/l <3.5 <3.0 Acid Ascorbic până la0,35 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 2,6 g/l. Flacoane cu volumul de La 50— până la—100 ml.	TRIGL MONO SL, set 6X100ML +STD. Fotometrică GPO Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Ser, plasma EDTA sau Heparinizat <0,01 Mmol/l <3.5 <3.0 Acid Ascorbic până la0,35 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 2,6 g/l. Flacoane cu volumul de100 ml.	ISO, CE
Uree(Urea),Uree Standard, fl—5 ml(sa fie inclus in set)	URSL-0507	Franta	Elitech	Cinetică ureaze UV. Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Ser, plasma fara hepariniat de amoniu, urina proaspata <0.3 mmol/l < 2.0 <3.5 Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Lipemie – trigliceride până la 21g/l. Flacoane cu volumul de la100—până la 125— ml.	UREA UV SL, set 5 X 125 ML + STD. Cinetică ureaze UV. Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Ser, plasma fara hepariniat de amoniu, urina proaspata <0.3 mmol/l < 2.0 <3.5 Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Lipemie – trigliceride până la 21g/l. Flacoane cu volumul de 100 ml.	ISO, CE
Acidul Uric (Uric Acid)Acidul Uric Standard, fl 5 ml(sa fie inclus in set)	AUML-0507	Franta	Elitech	Fotometrică fermentativă. Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Ser, plasma EDTA sau heparinizată , urina <4.2 mcmol/ 1 <0.1 <0.15 Bilirubina până la 0,18 mmol/l, Hemoglobina până la 1,1 g/l, Lipemie – trigliceride până la 21g/l. Flacoane cu volumul de la50— până la—100 ml.	URIC ACID MONO SL, set 6X100 ML+STD. Fotometrică fermentativă. Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Ser, plasma EDTA sau heparinizată , urina <4.2 mcmol/ 1 <0.1 <0.15 Bilirubina până la 0,18 mmol/l, Hemoglobina până la 1,1 g/l, Lipemie – trigliceride până la 21g/l. Flacoane cu volumul de 100 ml.	ISO, CE

HDL.Colesterol (HDL Cholesterol)	CHDL-0600	Franta	Elitech	Fotometrică fermentativă cu imunoinhibiția a colesterolului LDL și VLDL. Fara sedimentare. Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator. Ser, plasma EDTA sau heparinizată <0.03 mmol/l <1.5 <2.0 Flacoane cu volumul de la50 — până la— 100ml.	CHOLEST. HDL SL, set 2X120 ML. Fotometrică fermentativă cu imunoinhibiția a colesterolului LDL și VLDL. Fara sedimentare. Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator. Ser, plasma EDTA sau heparinizată <0.03 mmol/l <1.5 <2.0 Flacoane cu volumul de 90 ml.	ISO, CE
Creatinchinaza totală (Creatinkinase totale)	CKSL-0410	Franta	Elitech	Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Ser, plasma EDTA sau heparinizată <2U/L <2,0 <2,5 Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 1,1 mmol/l, lipemie până la 600 mg/dl. Flacoane cu volumul de la50 —până la— 100ml.	CK NAC SL, set 2 X 62.5 ML. Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Ser, plasma EDTA sau heparinizată <2U/L <2,0 <2,5 Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 1,1 mmol/l, lipemie până la 600 mg/dl. Flacoane cu volumul de 50 ml.	ISO, CE
Creatinchinaza MB (Creatinkinase MB)	CMSL-0410	Franta	Elitech	Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Ser, plasma EDTA sau heparinizată <2U/L <2,0 <2,5 Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 1,1 mmol/l, lipemie până la 600 mg/dl. Flacoane cu volumul de la50 —până la— 100ml.	CK-MB SL, set 2 X 62.5 ML. Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Ser, plasma EDTA sau heparinizată <2U/L <2,0 <2,5 Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 1,1 mmol/l, lipemie până la 600 mg/dl. Flacoane cu volumul de 50 ml.	ISO, CE
Control ser normal fl 5 ml	CONT-0060	Franta	Elitech	Lichid Stabil gata pentru folosire. Flacoane cu volumul de la 5 ml	ELITROL I. Lichid Stabil gata pentru folosire. Flacoane cu volumul de 5 ml	ISO, CE
Control ser patologic fl 5 ml	CONT-0160	Franta	Elitech	Lichid Stabil gata pentru folosire Flacon cu volum de 5 ml	ELITROL II. Lichid Stabil gata pentru folosire Flacon cu volum de 5 ml	ISO, CE
Fosfor (Phosphor)	PHOS-0600	Franta	Elitech	Colorimetrică Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Flacoane cu volumul de la100 — până la— 125ml.	Phosphorus, set 2x125m. Colorimetrică Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Flacoane cu volumul de 125ml.	ISO, CE
Clor (Chlor)	80005	Franta	Biolabo	Colorimetrică Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Flacoane cu volumul de la100 — până la— 125ml	CHLORIDE Colorimetric Method, set 2 X 125 ML. Colorimetrică Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Flacoane cu volumul de 125 ml	ISO, CE
Lot 6 Reagenti si materiale de control , la Analizatorul automat p\u hemostaza HELENA C-1 / SISTEM ÎNCHIS						
Tromboplastină cu activ. 11-14 s .și ISI	5267L	Marea Britanie	Helena Biosc.	Flacon 5 ml tromboplastina liofilizata sau lichida	Flacon 10 ml tromboplastina lichida cu clorura de calciu	ISO, CE
Plasma de control nivel patologic nivel H,1 HELENA	5183	Marea Britanie	Helena Biosc.	Flaconul sa contina 1 ml trombin liofilizat sau lichid.	Flacon 1 ml trombin liofilizat.	ISO, CE
Plasma de control nivel normal Helena	5186	Marea Britanie	Helena Biosc.	Flaconul sa contina 1 ml trombin liofilizat sau lichid.	Flacon 1 ml trombin liofilizat.	ISO, CE
Cuvettes Single 500 Pieces.Helena	C-101v	Marea Britanie	Helena Biosc.	Cuvettes Single 500 Pieces.	Single Cuvettes (Voucher) set/500 buc. Compatibile cu coagulometrul C-1	ISO, CE
Lot 8 Tastiera p\u STAT-FAX 1904	183354	SUA	Awareness Tech.	Specific p\u STAT-FAX 1904	Specific p\u STAT-FAX 1904	ISO

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Ceaicovschi Tudor În calitate de: Director general

Ofertantul:”GBG-MLD” SRL Adresa: mun. Chișinău, str. Albișoara 64/2