

Specificații tehnice

Anexa 22

<b>Numărul licitației:</b>	ocds-b3wdp1-MD-1726152695332	Alternativa nr.: _____
<b>Denumirea licitației:</b>	Achiziționarea Dispozitivelor medicale, conform necesităților instituțiilor-medico sanitare publice (lista suplimentară 21)	Pagina: __ din __

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Tara	Pro- du- căto- rul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină oferită	dard e de refer inta
1	2	3	4	5	6	7	8		
3310000-1	14	Centrifugă de laborator (24 tuburi) 150920	Centrifugă de laborator (24 tuburi) 150920	CM-6MT+rotor cu 24 locuri	Leontina	Eli	Centrifugă de laborator (24 tuburi) Cod 150920 Descriere Centrifugele de laborator sunt destinate pentru a centrifuga sângele. Parametrul Specificația Viteza de rotație Minimală, rpm reglabilă Maximală, rpm ≥ 3500 Setări setarea vitezei Capacitatea Tipul tuburilor tuburi de 10 - 15 ml Numărul de tuburi 24 unitati Timer Diapazon minim de timp 1 - ≥ 60 min Incrementarea ≤ 1 min Securitatea Blocarea capacului în timpul lucrului obligatoriu Indicatori Indicarori vizual și acustic obligatoriu Debalansare obligatoriu Pornire/oprire obligatoriu Capac deschis obligatoriu Display Digital obligatoriu Nivelul de zgomot ≤ 65 dB obligatoriu Fereastra, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodica, conform normelor si standartelor in vigoare obligatoriu	Centrifugă de laborator (24 tuburi) viteză redusă Cod 150950 Descriere Centrifugele de laborator sunt destinate pentru a centrifuga sângele. Parametrul Specificația (marcate cu rosu in pliant ,manual) Viteza de rotație Minimală, rpm 100(pliant p 1) Maximală, rpm 3500(pliant p1) Setări setarea vitezei(pliant p1) Capacitatea Tipul tuburilor tuburi de 12 ml,15(pliant p 2) Numărul de tuburi 24 unitati(pliant p2) Timer Gama de timp 1-99 min(manual de utilizare p 2) Incrementarea ≤1( manual de utilizare p 2) Securitatea Blocarea capacului în timpul lucrului da(pliant 1) Indicatori Indicarori vizual și acustic (pliant 1) (manual de utilizare p 2) Debalansare -da(pliant p 1,manual de utilizare p 3) Pornire/oprire da(pliant p 1,manual de utilizare p 3) Capac deschis da(manual de utilizare p 3,8) Display Digital da(pliant p1,manual de utilizare p 3) Nivelul de zgomot 50/60 dB (pliant p1) Capac transparent necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodica, conform normelor si standartelor in vigoare da(manual de utilizare p 3)	DMO2208

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: C. Lazari În calitate de: Manager achizitii

Ofertantul: IM " Becor" SRL Adresa: mun.Chisinau, str.Calea Orheiului 111/5