

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1645715109876 / 21052395 din: conform SIARSAP Mtender							
Obiectul achiziției: Reactivi și consumabile pentru LCCM microbiologic							

Nr.	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	Bunuri/servicii						
122	Măști, triple chirurgicale pe elastic	3ply mask	China	Hefei Mlush	Pe elastic, 50 de bucăți per set, din fibră. Cu certificat de calitate pe lot.	Pe elastic, 50 de bucăți per set, din fibră. Cu certificat de calitate pe lot.	Aviz sanitar / CE / ISO
123	Indicatori chimici pentru sterilizarea cu aburi 1320C 20 min	iPack-Bio	Rusia	Intersan	Indicatori chimici pentru sterilizarea cu aburi. Care arată schimbarea culorii la atingerea nivelului de presiune și temperatură. Conform ISO 11140-1:2014. Clasa a 4-a. Termen minim de valabilitate 2 ani. Cu certificat de conformitate.	Indicatori chimici pentru sterilizarea cu aburi. Care arată schimbarea culorii la atingerea nivelului de presiune și temperatură. Conform ISO 11140-1:2014. Clasa a 4-a. Termen minim de valabilitate 2 ani. Cu certificat de conformitate.	CE / ISO
126	Indicatori chimici pentru sterilizarea cu aburi 121 ⁰ C 20 min, interni	iPack-Bio	Rusia	Intersan	Indicatori chimici pentru sterilizarea cu aburi interni. Care arată schimbarea culorii la atingerea nivelului de presiune și temperatură. Conform ISO 11140-1:2014. Clasa a 4-a. Termen minim de valabilitate 2 ani. Cu certificat de conformitate.	Indicatori chimici pentru sterilizarea cu aburi interni. Care arată schimbarea culorii la atingerea nivelului de presiune și temperatură. Conform ISO 11140-1:2014. Clasa a 4-a. Termen minim de valabilitate 2 ani. Cu certificat de conformitate.	CE / ISO
127	Indicatori chimici pentru sterilizarea cu aburi 110-135, interni	iPack-Bio	Rusia	Intersan	Indicatori chimici pentru sterilizarea cu aburi interni. Care arată schimbarea culorii la atingerea nivelului de presiune și temperatură. Conform ISO 11140-1:2014. Clasa a 4-a. Termen minim de valabilitate 2 ani. Cu certificat de conformitate.	Indicatori chimici pentru sterilizarea cu aburi interni. Care arată schimbarea culorii la atingerea nivelului de presiune și temperatură. Conform ISO 11140-1:2014. Clasa a 4-a. Termen minim de valabilitate 2 ani. Cu certificat de conformitate.	CE / ISO

128	Indicatori chimici pentru sterilizarea cu aburi 121 ⁰ C 15 min	iPack-Bio	Rusia	Intersan	Indicatori chimici pentru sterilizarea cu aburi. Care arată schimbarea culorii la atingerea nivelului de presiune și temperatură. Conform ISO 11140-1:2014. Clasa a 4-a. Termen minim de valabilitate 2 ani. Cu certificat de conformitate.	Indicatori chimici pentru sterilizarea cu aburi. Care arată schimbarea culorii la atingerea nivelului de presiune și temperatură. Conform ISO 11140-1:2014. Clasa a 4-a. Termen minim de valabilitate 2 ani. Cu certificat de conformitate.	CE / ISO
129	Bowie-Dick Test Pack, 121°C-132°C 20 min	iPack-Bio	Rusia	Intersan	pentru verificarea funcționării autoclavelor cu aburi– simulează un pachet de material moale conform ISO 11140-1:2014; Cu certificat de conformitate	pentru verificarea funcționării autoclavelor cu aburi– simulează un pachet de material moale conform ISO 11140-1:2014; Cu certificat de conformitate	CE / ISO
130	Indicatori chimici pentru sterilizarea cu aer uscat 180 ⁰ C 60 min interni	iPack-Bio	Rusia	Intersan	Indicatori chimici pentru sterilizarea cu aer uscat interni. Care arată schimbarea culorii la atingerea nivelului de temperatură. Conform ISO 11140-1:2014. Clasa a 4-a. Termen minim de valabilitate 2 ani. Cu certificat de conformitate.	Indicatori chimici pentru sterilizarea cu aer uscat interni. Care arată schimbarea culorii la atingerea nivelului de temperatură. Conform ISO 11140-1:2014. Clasa a 4-a. Termen minim de valabilitate 2 ani. Cu certificat de conformitate.	CE / ISO

Semnat: _____

Numele, Prenumele Jighili Tatiana

În calitate de: administrator

Ofertantul: SRL Triumf-Motiv

Adresa: str. Grenoble 193 of 1301