Сертификат проверки типа
№ UA.TR.113-0127-18 версия 2
от 23.07.2021 г.

Манометр ДМ 05-МП-3У, Вакуумметр ДВ 05-МП-3У

(знак соответствия и дополнительная метрологическая маркировка)

Паспорт

Манометры ДМ 05-МП-3У, вакуумметры ДВ 05-МП-3У, (далее – приборы), предназначенные для измерения избыточного и вакуумметрического давления газа, воды и применяемые в системах тепловых коммуникаций, водоснабжения, нагревательных приборах, паровых и водяных котлах. Приборы выпускаются по техническим условиям
ЧАО «СТЕКЛОПРИБОР» ТУ У 33.2-14307481-031:2005.

Основные технические данные и характеристики

Наименование и условное обозначение: Манометр ДМ 05-МП-3У,
Вакуумметр ДВ 05-МП-3У

Диапазон измерения давления:
- избыточного: 0-100; 0-400; 0-600 kPa; 0-1; 0-1,6; 0-2,5; 0-4 MPa
- ваккуумметрического: минус 100-0 kPa.

Класс точности – 1,5.
Температура рабочей среды (максимальная) – 150 °C (указано на циферблате).
Диаметр наружной панели корпуса, мм - 100.
Материал рабочей камеры - латунь.
Материал штуцера – латунь.
Присоединение прибора к месту измерения осуществляется с помощью штуцера с резьбовым соединением G ½ или M20x1,5.
Степень защиты по ГОСТ 14254 – IP 40, IP 53, IP 54.
Маса, kg, не более – 0,300.

Требования безопасности

Не допускается использование устройств для измерения давления, значения которых превышают верхние пределы диапазона измерений. Замена, подсоединение и отсоединение приборов от объекта должны производиться при отсутствии давления в системе.

Установка прибора

При выборе места установки прибора необходимо соблюдать следующие условия: - шкала прибора должна быть хорошо видна с места проведения измерений; - окружающая среда не должна содержать примесей агрессивных газов и паров; – прибор должен быть надежно закреплен при монтаже на объекте. Категорически запрещается при установке прибора прикладывать механические усилия к корпусу. Монтаж прибора должен производиться только воздействием на штуцер. При монтаже следует использовать специальные ключи.

Гарантийный срок хранения и эксплуатации 12 месяцев с даты продажи.

Сведения о приемке

Партия № ПВТ2508
Прибор ДМ 05-МП-3У, зав. №_____ отвечает требованиям.
ТУ У 33.2-14307481-031:2005 и признан годным к эксплуатации.
Межповерочный интервал находящихся в эксплуатации приборов - 1 год, согласно Приказу Минэкономразвития от 13.10.2016г. №1747.
Отчисление срока производится от года, указанного в дополнительной метрологической маркировке.

Дата выпуска: август 2025 г. Отметка ОТК _____

Произведено на ЧАО «СТЕКЛОПРИБОР»
тел./факс (044) 330-03-09, E-mail: sales@steklopribor.com

Сертификат проверки типа
№ UA.TR.113-0127-18 версия 2
от 23.07.2021 г.

Манометр ДМ 05-МП-3У, Вакуумметр ДВ 05-МП-3У

(знак соответствия и дополнительная метрологическая маркировка)

Паспорт

Манометры ДМ 05-МП-3У, вакуумметры ДВ 05-МП-3У, (далее – приборы), предназначенные для измерения избыточного и вакуумметрического давления газа, воды и применяемые в системах тепловых коммуникаций, водоснабжения, нагревательных приборах, паровых и водяных котлах. Приборы выпускаются по техническим условиям
ЧАО «СТЕКЛОПРИБОР» ТУ У 33.2-14307481-031:2005.

Основные технические данные и характеристики

Наименование и условное обозначение: Манометр ДМ 05-МП-3У,
Вакуумметр ДВ 05-МП-3У

Диапазон измерения давления:
- избыточного: 0-100; 0-400; 0-600 kPa; 0-1; 0-1,6; 0-2,5; 0-4 MPa
- ваккуумметрического: минус 100-0 kPa.

Класс точности – 1,5.
Температура рабочей среды (максимальная) – 150 °C (указано на циферблате).
Диаметр наружной панели корпуса, мм - 100.
Материал рабочей камеры - латунь.
Материал штуцера – латунь.
Присоединение прибора к месту измерения осуществляется с помощью штуцера с резьбовым соединением G ½ или M20x1,5.
Степень защиты по ГОСТ 14254 – IP 40, IP 53, IP 54.
Маса, kg, не более – 0,300.

Требования безопасности

Не допускается использование устройств для измерения давления, значения которых превышают верхние пределы диапазона измерений. Замена, подсоединение и отсоединение приборов от объекта должны производиться при отсутствии давления в системе.

Установка прибора

При выборе места установки прибора необходимо соблюдать следующие условия: - шкала прибора должна быть хорошо видна с места проведения измерений; - окружающая среда не должна содержать примесей агрессивных газов и паров; – прибор должен быть надежно закреплен при монтаже на объекте. Категорически запрещается при установке прибора прикладывать механические усилия к корпусу. Монтаж прибора должен производиться только воздействием на штуцер. При монтаже следует использовать специальные ключи.

Гарантийный срок хранения и эксплуатации 12 месяцев с даты продажи.

Сведения о приемке

Партия № ПВТ2508
Прибор ДМ 05-МП-3У, зав. №_____ отвечает требованиям.
ТУ У 33.2-14307481-031:2005 и признан годным к эксплуатации.
Межповерочный интервал находящихся в эксплуатации приборов - 1 год, согласно Приказу Минэкономразвития от 13.10.2016г. №1747.
Отчисление срока производится от года, указанного в дополнительной метрологической маркировке.

Дата выпуска: август 2025 г. Отметка ОТК _____

Произведено на ЧАО «СТЕКЛОПРИБОР»
тел./факс (044) 330-03-09, E-mail: sales@steklopribor.com

Сертификат проверки типа
№ UA.TR.113-0127-18 версия 2
от 23.07.2021 г.

Манометр ДМ 05-МП-3У, Вакуумметр ДВ 05-МП-3У

(знак соответствия и дополнительная метрологическая маркировка)

Паспорт

Манометры ДМ 05-МП-3У, вакуумметры ДВ 05-МП-3У, (далее – приборы), предназначенные для измерения избыточного и вакуумметрического давления газа, воды и применяемые в системах тепловых коммуникаций, водоснабжения, нагревательных приборах, паровых и водяных котлах. Приборы выпускаются по техническим условиям
ЧАО «СТЕКЛОПРИБОР» ТУ У 33.2-14307481-031:2005.

Основные технические данные и характеристики

Наименование и условное обозначение: Манометр ДМ 05-МП-3У,
Вакуумметр ДВ 05-МП-3У

Диапазон измерения давления:
- избыточного: 0-100; 0-400; 0-600 kPa; 0-1; 0-1,6; 0-2,5; 0-4 MPa
- ваккуумметрического: минус 100-0 kPa.

Класс точности – 1,5.
Температура рабочей среды (максимальная) – 150 °C (указано на циферблате).
Диаметр наружной панели корпуса, мм - 100.
Материал рабочей камеры - латунь.
Материал штуцера – латунь.
Присоединение прибора к месту измерения осуществляется с помощью штуцера с резьбовым соединением G ½ или M20x1,5.
Степень защиты по ГОСТ 14254 – IP 40, IP 53, IP 54.
Маса, kg, не более – 0,300.

Требования безопасности

Не допускается использование устройств для измерения давления, значения которых превышают верхние пределы диапазона измерений. Замена, подсоединение и отсоединение приборов от объекта должны производиться при отсутствии давления в системе.

Установка прибора

При выборе места установки прибора необходимо соблюдать следующие условия: - шкала прибора должна быть хорошо видна с места проведения измерений; - окружающая среда не должна содержать примесей агрессивных газов и паров; – прибор должен быть надежно закреплен при монтаже на объекте. Категорически запрещается при установке прибора прикладывать механические усилия к корпусу. Монтаж прибора должен производиться только воздействием на штуцер. При монтаже следует использовать специальные ключи.

Гарантийный срок хранения и эксплуатации 12 месяцев с даты продажи.

Сведения о приемке

Партия № ПВТ2508
Прибор ДМ 05-МП-3У, зав. №_____ отвечает требованиям.
ТУ У 33.2-14307481-031:2005 и признан годным к эксплуатации.
Межповерочный интервал находящихся в эксплуатации приборов - 1 год, согласно Приказу Минэкономразвития от 13.10.2016г. №1747.
Отчисление срока производится от года, указанного в дополнительной метрологической маркировке.

Дата выпуска: август 2025 г. Отметка ОТК _____

Произведено на ЧАО «СТЕКЛОПРИБОР»
тел./факс (044) 330-03-09, E-mail: sales@steklopribor.com

Сертификат проверки типа
№ UA.TR.113-0127-18 версия 2
от 23.07.2021 г.

Манометр ДМ 05-МП-3У, Вакуумметр ДВ 05-МП-3У

(знак соответствия и дополнительная метрологическая маркировка)

Паспорт

Манометры ДМ 05-МП-3У, вакуумметры ДВ 05-МП-3У, (далее – приборы), предназначенные для измерения избыточного и вакуумметрического давления газа, воды и применяемые в системах тепловых коммуникаций, водоснабжения, нагревательных приборах, паровых и водяных котлах. Приборы выпускаются по техническим условиям
ЧАО «СТЕКЛОПРИБОР» ТУ У 33.2-14307481-031:2005.

Основные технические данные и характеристики

Наименование и условное обозначение: Манометр ДМ 05-МП-3У,
Вакуумметр ДВ 05-МП-3У

Диапазон измерения давления:
- избыточного: 0-100; 0-400; 0-600 kPa; 0-1; 0-1,6; 0-2,5; 0-4 MPa
- ваккуумметрического: минус 100-0 kPa.

Класс точности – 1,5.
Температура рабочей среды (максимальная) – 150 °C (указано на циферблате).
Диаметр наружной панели корпуса, мм - 100.
Материал рабочей камеры - латунь.
Материал штуцера – латунь.
Присоединение прибора к месту измерения осуществляется с помощью штуцера с резьбовым соединением G ½ или M20x1,5.
Степень защиты по ГОСТ 14254 – IP 40, IP 53, IP 54.
Маса, kg, не более – 0,300.

Требования безопасности

Не допускается использование устройств для измерения давления, значения которых превышают верхние пределы диапазона измерений. Замена, подсоединение и отсоединение приборов от объекта должны производиться при отсутствии давления в системе.

Установка прибора

При выборе места установки прибора необходимо соблюдать следующие условия: - шкала прибора должна быть хорошо видна с места проведения измерений; - окружающая среда не должна содержать примесей агрессивных газов и паров; – прибор должен быть надежно закреплен при монтаже на объекте. Категорически запрещается при установке прибора прикладывать механические усилия к корпусу. Монтаж прибора должен производиться только воздействием на штуцер. При монтаже следует использовать специальные ключи.

Гарантийный срок хранения и эксплуатации 12 месяцев с даты продажи.

Сведения о приемке

Партия № ПВТ2508
Прибор ДМ 05-МП-3У, зав. №_____ отвечает требованиям.
ТУ У 33.2-14307481-031:2005 и признан годным к эксплуатации.
Межповерочный интервал находящихся в эксплуатации приборов - 1 год, согласно Приказу Минэкономразвития от 13.10.2016г. №1747.
Отчисление срока производится от года, указанного в дополнительной метрологической маркировке.

Дата выпуска: август 2025 г. Отметка ОТК _____

Произведено на ЧАО «СТЕКЛОПРИБОР»
тел./факс (044) 330-03-09, E-mail: sales@steklopribor.com

Digitally signed by Pogreban Igor
Date: 2026.02.18 20:20:45 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ