

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1570709504386 / 21013153					Denumirea procedurii de achiziție: «Piese p/u utilaj medical – 2019 (2)»		
Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolul	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
	2	3	4	5	6	7	8
	Lot 6 Set conectori NIBP BP17 și BP18 pentru Monitorul de Pacient Nihon Kohden	BP1718	China	Xinkang Medical	Set conectori NIBP BP17 și BP18 compatibil cu monitorul de pacient Nihon Kohden. Conform recomandărilor producătorului. Termen de garanție 12 luni din momentul instalării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător.	Set conectori NIBP BP17 și BP18 compatibil cu monitorul de pacient Nihon Kohden. Conform recomandărilor producătorului. Termen de garanție 12 luni din momentul instalării.	
	Lot 7 Set conectori NIBP BP12 și BP15 pentru Monitorul de Pacient Drager	BP1215	China	Xinkang Medical	Set conectori NIBP BP12 și BP15 compatibil cu monitorul de pacient Drager. Conform recomandărilor producătorului. Termen de garanție 12 luni din momentul instalării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător.	Set conectori NIBP BP12 și BP15 compatibil cu monitorul de pacient Drager. Conform recomandărilor producătorului. Termen de garanție 12 luni din momentul instalării.	
	Lot 20 Lampă pentru microscop chirurgical 12V/100W	64627	Germania	OSRAM	Compatibil cu microscop chirurgical oftalmologic ZEISS OPMI Lumera i. Conform recomandărilor producătorului. Termen de garanție 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	Compatibil cu microscop chirurgical oftalmologic ZEISS OPMI Lumera i. Conform recomandărilor producătorului. Termen de garanție 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării.	CE/ISO
	Lot 55 Lampă Halogen Assy 12V/50W	727-0536	Japonia	Hitachi	Compatibil cu analizatorul COBAS 6000, durata de viață min. 2000 h. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la	Original de la producător. Compatibil cu analizatorul COBAS 6000, durata de viață min. 2000 h. Termen de livrare	

					producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	20 zile din momentul solicitării.	
	Lot 79 Lampă pentru oftalmoscop 6V/20W Ref: 1012-P-7006	1012-P-7006	Marea Britanie	Keeler	Compatibil cu oftalmoscop Keeler SL4 4AA. Timpul de lucru ≥ 50h. Conform recomandărilor producătorului. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	Original de la producător. Compatibil cu oftalmoscop Keeler SL4 4AA. Timpul de lucru ≥ 50h. Conform recomandărilor producătorului. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării.	CE/ISO
	Lot 80 Lampa pentru oftalmoscop (Ref:xhl#070)	XHL-070	Germania	Heine	Compatibil cu oftalmoscop Heine Beta 200. Timpul de lucru ≥ 500h. Conform recomandărilor producătorului. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	Original de la producător. Compatibil cu oftalmoscop Heine Beta 200. Timpul de lucru ≥ 500h. Conform recomandărilor producătorului. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării.	CE/ISO
	Lot 105 Sistem de duze/ injecție H2O2	E034-0050-00 S015-0030-00 R301-0300-00 S060-0011-00	Coreea	Renosem	Compatibil cu Sterilizator cu plasma Reno-130D. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	Sistemul de injecție original de la producător , compus din : SFS Nozzle – 1buc Heat resisting O- ring – 1 buc NEEDLE ASS'Y – 2buc. Injection Valve Termen de garanție 12 luni.	CE/ISO
	Lot 106 Plasma Housing assembly	R101-0410-03	Coreea	Renosem	Compatibil cu Sterilizator cu plasma Reno-130D. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	PLASMA HOUSING ASSEMBLY Original de la producător. Termen de garanție 1500 de cicluri (5cycles/day, 25days/ Month , 1500cycles/ years) Compusa din partea exterioara de plastic, Corona, si pinul de conectare.	CE/ISO
	Lot 116 Touchscreen (LCD) 8,4 INCH (panou control)	J001-0414-00	Coreea	Renosem	Compatibil cu Sterilizator cu plasma Reno-130D. Termen de garanție 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile	Touchpanel original de la producător (8,4 Inch). Termen de garanție 12 luni.	CE/ISO

Reno-130D				din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		
Lot 124 Ventilator 24V, cod ref : Y634800 compatibil cu ventilator pulmonar Monnal T75	414F	Germania	EBMPA PST	Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. Air Liquide MONNAL T75. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	Piesa originala . .DC axial compact fan Fiberglass-reinforced PA plastic LifetimeL10at20°C 45000 h LifetimeL10at60°C 17500 h 40X40X10MM, 24VDC, 8M3/H, 22.1DBA Datasheet atasat.	CE/ISO
Lot 128 Furtun de interconectare Monitor de pacient-manseta,compatibil cu Drager Infinity Delta,cod ref:1275 275	XT	China	Xinkang Medical	Compatibil cu Monitor de pacient Drager Infinity Delta, reutilizabil. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	Compatibil cu Monitor de pacient Drager Infinity Delta, reutilizabil. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării.	

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Latîșev Anastasia În calitate de: Director

Ofertantul: EDELMEDE SRL mun. Chișinău, b-dul. Traian 1/1 of.80