



Destinatar:
Tel./Fax:
Nr. și data procedurii:

"ECOCHIMIE" S.R.L.
bd. Cuza Vodă 5/1 bir. 403, MD-2060, mun. Chișinău
Tel.: /022/109-111. Fax: /022/109-222
e-mail: info@ecochimie.md

IP Oficiul Național al Viei și Vinului
Cebotari Cristina Telefonul de contact 060012327E-mail ccebotari@wineofmoldova.com
ocds-b3wdp1-MD-1647518727413 din 05.04.2022

Specificații tehnice (F4.1)

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7	8
6,1	38900000-4	Purificator de apă	Labagua Bio	Lituania	Biosan	Pentru purificarea apei de nucleizi, utilizate în biologia moleculară. Rezistența electrică a apei ultrapure: 18,2 MΩ x cm. Conductibilitatea electrică a apei ultrapure: 0,055 μS/cm. Rezistența electrică a apei pure: > 10 MΩ x cm. Conductibilitatea apei pure: < 0,1 μS/cm. Valoarea TOC: < 2 ppb. RNaza: < 0,01 ng/ml. ADNaza: < 4 pg/μl. Bacterii: < 0,01 CFU/ml. Endotoxine: < 0,001 EU/ml. Particule: > 0,22 μm < 1/ml. Module specializate: modul de control al carbonului organic total, ultrafiltru, modul de sterilizare UV.	Pentru purificarea apei de nucleizi, utilizate în biologia moleculară. Rezistența electrică a apei ultrapure: 18,2 MΩ x cm. Conductibilitatea electrică a apei ultrapure: 0,055 μS/cm. Rezistența electrică a apei pure: > 10 MΩ x cm. Conductibilitatea apei pure: < 0,1 μS/cm. Valoarea TOC: < 2 ppb. RNaza: < 0,01 ng/ml. ADNaza: < 4 pg/μl. Bacterii: < 0,01 CFU/ml. Endotoxine: < 0,001 EU/ml. Particule: > 0,22 μm < 1/ml. Module specializate: modul de control al carbonului organic total, ultrafiltru, modul de sterilizare UV.	ISO, CE Marca
6,2	38900000-4	Accesorii de rezervă pentru Purificatorul de apă	BS-070104-AK, BS-070104-IK, BS-070104-BK, BS-070104-CK, BS-	Lituania	Biosan	Prefiltre: min., 3 buc. Modulul de deionizare: min., 2 buc. Modulul de lustruire: min., 2 buc. Lampă UV de sterilizare: min., 2 buc. Lampă de foto oxidare UV: min., 1 buc. Ultrafiltru: min., 2 buc.	Prefiltre: min., 3 buc. Modulul de deionizare: min., 2 buc. Modulul de lustruire: min., 2 buc. Lampă UV de sterilizare: min., 2 buc. Lampă de foto oxidare UV: min., 1 buc. Ultrafiltru: min., 2 buc.	ISO, CE Marca

Specificații de preț (F4.2)

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unit de măsură (U/M)	Cantitatea, U/M	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
6,1	38900000-4	Purificator de apă	buc	1	95 095.0000	114 114.0000	95 095.00	114 114.00	30 zile de la semnarea contractului
6,2	38900000-4	Accesorii de rezervă pentru Purificatorul de apă	buc	12	3 440.0000	4 128.0000	41 280.00	49 536.00	30 zile de la semnarea contractului
Total, lei (Suma fără TVA, Suma cu TVA)							136 375.00	163 650.00	

- Prețurile sunt indicate pentru cantitățile solicitate.
- Oferta este valabilă în decurs de 60 zile din data prezentării.
- Prețurile includ toate taxele și impozitele determinate de legislația în vigoare.
- Condiții de livrare DDP INCOTERMS 2013.
- Termenii de livrare - conform graficului, care va fi stabilit la încheierea Contractului.
- Termenii de valabilitate sunt stabilite de producător, restanța lor fiind nu mai puțin de 80 %.
- CertIFICATELE de calitate ale produselor chimice de la Producător vor fi prezentate la data livrării mărfii.
- Produsele chimice precursori vor putea fi predate doar cu deținerea de către Beneficiar a Autorizației speciale a MS pentru acestea.
- Conform HG Nr. 1088 din 05.10.2004 la data livrării bunurilor Beneficiarul trebuie să prezinte Autorizație pentru activitate cu precursori.

În așteptarea deciziei Dumneavoastră,
Cu respect,
directorul SRL "ECOCHIMIE"
Nicolae Iurcu