

14.08.2025

Catre IMSP Spitalul Clinic Republican

Planul de mentenanta

Specificatia lucrarilor pentru deservirea tehnica a aparatului Luminos DRF s/n 4119,4120,4121,4123 in conformitate cu manual de service

NN	Denumirea lucrărilor						
		7	8	9	10	11	12
1	Testarea funcțiilor de securitate. Testarea butoanelor la consola și la masa pacientului	●					
2	Controlul surselor alimentare, frinelor, ungerea pieselor mecanice.	●					
3	Curățirea și ajustarea monitoarelor	●					
4	Profilactica cabinetului generatorului	●					
5	Testarea și reglarea sistemului	●					
6	Curățirea, ungerea și testarea suportului de tube de Roentgen	●					
7	Evaluarea repoartelor: Error Log - istoria greselilor. Verificarea timpului de scanare	●	●	●	●	●	●
8	Măsurarea rezistenței conexiunii dispozitivelor la punctul de conexiune a pământului interior (panoul distribuiv electric)	●					
9	Calibrarea detectorului și a tubului	●					
10	Testarea cu Quality Assurance-Constansy test Evaluarea calității imaginii	●	●	●	●	●	●
11	Completarea actelor și documentelor	●					
12	Alte servicii necesare: Chemările, diagnostica, reparații curente fara piese de schimb	●	●	●	●	●	●

Director IM Vivamed International SRL  
Beregoi Valeriu