



# WEIDMAN

ELECTRICAL TECHNOLOGY

ОАО «МАЛИНСКАЯ БУМАЖНАЯ ФАБРИКА - ВАЙДМАНН»

## Бумага фильтровальная лабораторная марки "Ф" ГОСТ 12026-76

Данная бумага предназначена для изготовления круглых беззольных фильтров при проведении химических анализов, а также для количественных и качественных анализов общелабораторных работ.

| № | Наименование показателя  |     | Норма                                    | Метод испытаний                            |
|---|--|-----|--|--|
| 1 | Масса бумаги площадью 1м <sup>2</sup>  | г   | 75±3                                     | ГОСТ 13199-94<br>ДСТУ 2297-93<br>(ISO 536) |
| 2 | Сопротивление продавливанию во влажном состоянии, не менее   | кПа | 5  | ГОСТ 26893                                 |
| 3 | Фильтрующая способность, не более  | с   | 45                                       | ГОСТ 7584                                  |
| 4 | Разделительная способность (задерживает осадки)  |     | Сернистого свинца<br>холодно осаждённого | ГОСТ 7584                                  |
| 5 | Массовая доля золы, не более   | %   | 0,20                                     | ГОСТ 7629<br>(ISO 2144)                    |
| 6 | Сорность – число соринок на 1 м <sup>2</sup> площадью от 0,1 до 0,5 мм <sup>2</sup> не более<br>площадью свыше 0,5 мм <sup>2</sup> | шт  | 150<br>не допускается                    | ГОСТ 13525.4                               |
| 7 | Белизна, не менее  | %   | 80                                       | ГОСТ 30113<br>ДСТУ 2570<br>(ISO 2470)      |
| 8 | Влажность  | %   | 6,2 <sup>+1</sup>                        | ГОСТ 13525.19<br>(ISO 287)                 |

Бумага изготавливается в рулонах шириной (740±2) мм или (520±2) мм  
диаметр (600±20) мм.

По соглашению с потребителями изготавливается бумага других форматов.



■ ОАО «Малинская бумажная фабрика - Вайдманн»  
ул. Приходько, 66, г. Малин, Житомирская обл., 11602, Украина  
тел.: +38 (04133) 67 2 22, факс: +38 (04133) 5 33 43  
E-mail: info.wmpm@wicor.com

A Member of the **WIKOR** Group

# WEIDMANN

## СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 290

Потребитель Молдавия г. Кишинёв SRL «Экохимия»

Наименование бумаги

Бумага фильтровальная лабораторная «Ф»

Дата изготовления 11.2014

Дата отгрузки 02.12.2014

|                           |          |  |
|---------------------------|----------|--|
| Партия №                  | 15       |  |
| Масса нетто, кг           | 1021,981 |  |
| Ширина рулонов, бобин, мм | 740,520  |  |


### Технические показатели: ГОСТ 12026-76

| Наименование показателя  | Норма          | Средние данные по партии |  |
|--|----------------|--------------------------|--|
| 1 Масса бумаги площадью 1 м <sup>2</sup> , г   | 75 ± 3         | 75,0                     |  |
| 2 Сопротивление продавливанию во влажном состоянии, кПа, не менее                                    | 5              | 7,2                      |  |
| 3 Фильтрующая способность, С, не более   | 45             | 19                       |  |
| 4 Массовая доля железа, %, не более  | 0,0040         | 0,0009                   |  |
| 5 Массовая доля золы, %, не более  | 0,20           | 0,18                     |  |
| 6 Сорность- число соринок на 1 м <sup>2</sup> , площадью более 0,1 до 0,5 мм <sup>2</sup> , не более | 150            | 45                       |  |
| площадью свыше 0,5 мм <sup>2</sup>   | не допускаются | -                        |  |
| 7 Влажность, %   | 4-7            | 5,5                      |  |

Партия по качеству соответствует ГОСТ 12026-76

Продукция произведена в контролируемых условиях, установленных сертифицированной ИСМ (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001) Сертификат №UA227419, №UA227420, №UA227421

Инженер-лаборант



ПАО "МАЛИНСКАЯ БУМАЖНАЯ ФАБРИКА ВАЙДМАНН"  
ул. Приходько, 66, 11602, г. Малин, Житомирская обл., Украина  
Т +380 4133 67 222, Ф +380 4133 53 343, www.weidmann-electrical.com

A Member of the WICOR Group