

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție : **ocds-b3wdp1-MD-1656666126158**

Denumirea procedurii de achiziție: LP Echipament veterinar

Autoritatea contractanta : **Universitatea Agrara de Stat din Moldova**

Cod CP V	Nr. Lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
3310000-1	2	Concentrator de oxigen	XY6S-5l	China	Shenzhen Hongxinyuan Electronic	Debit oxigen0,5 ~ 5 l / min Concentratia de oxigen95,5-87% Presiune de iesire40 ~ 70 kPa Putere de intrare400VA Alimentare230V-50 Hz	Debit oxigen0,5 ~ 5 l / min Concentratia de oxigen95,5-87% Presiune de iesire40 ~ 70 kPa Putere de intrare400VA Alimentare230V-50 Hz	CE,ISO, Declarati e
	4	Pompa pentru infuzii	ENMIND ENS-7 Smart	China	Shenzhen Enmind Tehnology	Moduri de lucru: modcontrol rata, mod control timp Seringi compatibile: diverse marci 5ml, 10 ml, 20ml, 30 ml, 50ml Acuratete ±2% Volum de infuzat 0~ 1000 ml Volum infuzat 0~9999.9 ml Presiune ocluzie 40~160 kPa Alimentare electrică 220 V 50 Hz.	Moduri de lucru: modcontrol rata, mod control timp Seringi compatibile: diverse marci 5ml, 10 ml, 20ml, 30 ml, 50ml Acuratete ±2% Volum de infuzat 0~ 1000 ml Volum infuzat 0~9999.9 ml Presiune ocluzie 40~160 kPa Alimentare electrică 220 V 50 Hz.	

Semnat:

Numele, Prenumele: **Stela POTINGA** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **SA TEHOPTIMED** Adresa: MD 2052, str. Maria Dragan 19A, Chisinau, Republica Moldova